



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
jednatel: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **DN FORMED Brno s.r.o.**
sídlo: Hudcova 76a, 612 48 Brno
jednatel: Bc. Jiří Bartoněk, jednatel
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn.
IČ: 46982604
DIČ: CZ46982604
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „prodávající“)

II.

Význam a účel smlouvy

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2022-030627 pod názvem „**Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje**“.

Zadávací řízení bylo rozděleno na 11 částí. Prodávající předložil v zadávacím řízení nabídku na část číslo **11 VZ** s názvem: „**Odsávačky**“, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „NABÍDKA“). NABÍDKA byla zpracována podle zadávací dokumentace kupujícího (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. V případě rozporu má ZADÁVACÍ DOKUMENTACE přednost před NABÍDKOU.



Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších souvisejících služeb. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a ve vzájemné shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka zdravotnického prostředku/ů typového označení / výrobce:
 - 1.1. 17x odsávačka Medela Basic, 1x odsávačka Medela Clario AC/DC, 1x odsávačka Medela Clario TONI
souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.
 - 1.2. Součástí dodávky je:
 - doprava přístrojů do místa instalace vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - instalace přístrojů a jejich zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke kompletní instalaci přístroje;
 - instruktáž personálu kupujícího;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
 - technická podpora;
 - manuál obsluhy zařízení v ČJ
2. U předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 této smlouvy prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů a dostupnost spotřebního materiálu po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání kupujícímu.
3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby, součásti a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, pokud nemá vady, a zaplatit za něho kupní cenu na základě vystavené faktury.
4. Předmětem této smlouvy je dále sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle **přílohy č. 3** této smlouvy.

IV.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístrojů typového označení podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle



specifikace požadované kupujícím v **příloze č. 1** této smlouvy. Přesná specifikace přístrojů a příslušenství dodávaných prodávajícím, která vyhovuje požadavkům kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a zahrnuje technické parametry přístrojů podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.

2. Prodávající dodá přístroje dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístrojů je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístrojům, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, registrace na SÚKL, technická dokumentace, návod v českém jazyce, pokyny pro údržbu, certifikace servisního technika dodavatele výrobcem umožňující provádět servis na daném zdravotnickém prostředku apod. Je-li k provozování přístroje třeba jakékoliv programové vybavení či software, poskytuje tímto prodávající kupujícímu nevýhradní, ničím neomezenou licenci k jeho užití. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny.
4. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu spotřební materiál podle **přílohy č. 2** této smlouvy na základě objednávky Kupujícího za ceny uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy. Pro úpravu cen spotřebního materiálu platí ustanovení uvedené v odst. 4 **přílohy č. 3** této smlouvy obdobně.
5. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dodání technicky upraveného typu přístroje:

Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky přístroje a spočívá v dodání technicky upraveného typu přístroje (např. aktualizované verze), oproti přístroji, který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo byl výrobcem nahrazen aktualizovanou verzí přístroje, případně je možné dodat přístroj, který má lepší technické parametry;
- b) prodávající nemohl aktualizovanou verzi přístroje zahrnout do NABÍDKY, neboť technicky aktualizovaná verze přístroje nebyla v době podání NABÍDKY na trhu dostupná;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena aktualizované verze přístroje bude shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE;
- e) aktualizovaná verze přístroje musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v NABÍDCE;



- f) změna přístroje musí být vždy předem projednána s kupujícím a kupujícím musí být schválena dodatkem k této smlouvě; prodávající nemůže vymáhat na kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou kupující nevysloví souhlas.

V.

Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, dosud nepoužívané a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku, ne repasované, ne demo verze.
2. Proávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevzná žádné věcné ani právní vady.

VI.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Proávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 16 týdnů od účinnosti smlouvy.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího viz článek I. této smlouvy.
3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, instruktáž obsluhy kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 7 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepíše smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
5. Proávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 7 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

VII.



Kupní cena a platební podmínky

- Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

cena bez DPH	984.118,10 Kč
DPH sazby 21 %	206.664,80 Kč
cena celkem vč. DPH	1.190.782,90 Kč

(slovy: Jedenmiliostodevadesátisícsetosmedátdvě koruny české devadesát haléřů vč. DPH)
- Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou kupujícího podle čl. X. odst. 7 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
- Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.
- Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII.

Záruční podmínky a servis

- Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastností stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastností obvyklé. Záruční doba činí **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
- Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na dodané přístroje, tj. bezplatné opravy a bezplatné povinné kontroly dle legislativy a doporučení výrobce. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na



náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady týkající se servisní podpory.

3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do **48** hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 14 kalendářních dnů, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je dodavatel povinen na vyžádání zadavatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroje.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy. Kupující má právo navrhnout prodávajícímu jiné řešení.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. ■■■■■■ nebo na e-mailové adrese servis@dnformed.cz, nebo datovou schránkou 2sd24a3.
6. Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

IX.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním záručních vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez



DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.
4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

X.

Ostatní ujednání

1. Předmět koupě je pořizován v rámci projektu spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) Ministerstva pro místní rozvoj, prioritní osa 06.6 REACT-EU, název projektu „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/00/0016387 (dále jen „Projekt“).

Smluvní strany jsou povinny:

- a) při realizaci Projektu a jeho propagaci se řídit pravidly, která jsou stanovena pro projekty spolufinancované z tohoto programu. Pravidla jsou veřejně dostupná na www.mmr.cz,
- b) na všech oficiálních dokumentech spojených s realizací Projektu (protokoly, zprávy, faktury apod.) označovat Projekt takto:

Název Projektu: „Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem“

reg. č. Projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/00/0016387

- c) uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací Projektu a jeho financováním po dobu 10 let od úhrady závěrečné platby příjemci Projektu (zadavateli), tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejmeně však do 31. 12. 2031.
2. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
 3. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.



trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s kupujícím, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.

13. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je prodávající povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující prodávajícího výslovně upozorňuje, že předmět smlouvy je pořizován ze zdrojů Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“) a včasné splnění závazků prodávajícího je zásadní pro čerpání finančních prostředků z IROP.
2. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) v případě ohrožení čerpání finančních prostředků z IROP v důsledku prodlení prodávajícího má kupující právo od této smlouvy jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ s účinky ex tunc
 - b) v případě prodlení prodávajícího se splněním závazku z této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů s účinky ex tunc.
 - c) předmět koupě vykazuje nejméně 3 x se opakující totožnou vadu
 - d) předmět koupě vykazuje vadu pro niž nelze předmět koupě užívat a prodávající takovou vadu neodstraní ve lhůtě 4 dnů od dne reklamace nebo dle dodatečné lhůty do 14 dnů ode dne reklamace dle čl. VIII. odst. 3.
3. Odstoupením od smlouvy nezajímá právo kupujícího na náhradu vzniklé újmy a zaplacení smluvní pokuty za již vzniklé prodlení prodávajícího.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů
Příloha č. 3 – Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis



přístrojů

4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. V případě soudního sporu se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud ve Znojmě.
7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 7 a 8 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouva může být uzavřena v elektronické podobě.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv, jedná-li se o smlouvu, na kterou se povinnost uveřejnění vztahuje a na kterou se neuplatní výjimka ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
11. Účastníci prohlašují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy, že tato je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy, kterými současně osvědčují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat.
12. Případná neplatnost některého ujednání této kupní smlouvy nemůže mít za následek neplatnost celé kupní smlouvy.



13. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by tato smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
14. Prodávající souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
15. Prodávající prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.

V Brně, dne 29.11.2022

Ve Znojmě, dne



Příloha č. 1 Kupní smlouvy Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím

Minimální technické požadavky (technické parametry)

Část 11 VZ: Odsávačky - 19 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	
--	--

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Odsávačka - požadované parametry (17 ks)				
1	Napájení síť (AC)	ano		mandatorní požadavek
2	Sací výkon min. 30 l/min. ($\pm 10\%$)	min. 30 l/min. ($\pm 10\%$)		mandatorní požadavek
3	Podtlak min. 90 kPa	min. 90 kPa		mandatorní požadavek
4	Hlučnost max. 37 dB	max. 37dB		mandatorní požadavek
5	Odsávací systém pístový	ano		mandatorní požadavek
6	Bezpečnostní regulátor vakua	ano		mandatorní požadavek
7	Ochrana proti přesátí 3-stupňová	3-stupňová		mandatorní požadavek
8	Indikace chodu světelná	ano		mandatorní požadavek
9	Tichý chod	ano		mandatorní požadavek
10	Sání	láhev pro opakované použití min. ve dvou objemech včetně víčka s pojistným ventilem	ano	mandatorní požadavek
11		jednorázové vaky min. ve dvou objemech	ano	mandatorní požadavek
12	Příslušenství ke každému ks odsávačky	pojízdný vozík s eurolišťou, kolečka antistatická, min. 2x brzděná	ano	mandatorní požadavek
13		1x láhev polykarbonátová pro použití jednorázových vaků, objem min. 2 litry	ano	mandatorní požadavek
14		1x vak, objem min. 2 litry	ano	mandatorní požadavek
15		1x držák láhve na eurolišťou	ano	mandatorní požadavek
16		1x stop ventil, jednorázový	ano	mandatorní požadavek



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

17		1x hadice odsávací, jednorázová	ano		mandatorní požadavek
Odsávačka pro novorozence - požadované parametry (1 ks)					
18	přenosná, vhodná pro pediatrii a novorozence		ano		mandatorní požadavek
19	Napájení: síť (AC) i na baterie (DC)		ano		mandatorní požadavek
20	Sací výkon: min. 15 l/min (+/- 10 %)		min. 15 l/min (+/- 10 %)		mandatorní požadavek
21	Podklak regulovatelný, 3 stupně nastavení na požadovanou úroveň odsávání	max. 19 kPa	max. 19 kPa		mandatorní požadavek
22		max. 40 kPa	max. 40 kPa		mandatorní požadavek
23		max. 80 kPa	max. 80 kPa		mandatorní požadavek
24	Světelná indikace chodu		ano		mandatorní požadavek
25	Výdrž baterie		min. 50 minut		mandatorní požadavek
26	Madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem		ano		mandatorní požadavek
27	Příslušenství	láhev min. o objemu 0,5l včetně víčka s pojistným ventilem	2 ks		mandatorní požadavek
28		síťový adaptér + kabel	ano		mandatorní požadavek
29		brašna	ano		mandatorní požadavek
30		baterie	ano		mandatorní požadavek
Odsávačka pro novorozence - požadované parametry (1 ks)					
31	přenosná, vhodná pro pediatrii a novorozence		ano		mandatorní požadavek
32	Napájení: síť (AC) i na baterie (DC)		ano		mandatorní požadavek
33	Sací výkon: min. 15 l/min (+/- 10 %)		min. 15 l/min (+/- 10 %)		mandatorní požadavek
34	Podklak regulovatelný, 3 stupně nastavení na požadovanou úroveň odsávání	max. 10 kPa	max. 10 kPa		mandatorní požadavek
35		max. 15 kPa	max. 15 kPa		mandatorní požadavek
36		max. 80 kPa	max. 80 kPa		mandatorní požadavek
37	Světelná indikace chodu		ano		mandatorní požadavek
38	Výdrž baterie		min. 50 minut		mandatorní požadavek
39	Madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem		ano		mandatorní požadavek
40	Příslušenství	láhev min. o objemu 0,5l včetně víčka s pojistným ventilem	2 ks		mandatorní požadavek
41		síťový adaptér + kabel	ano		mandatorní požadavek
42		brašna	ano		mandatorní požadavek
43		baterie	ano		mandatorní požadavek



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

Příloha č. 2 Kupní smlouvy Specifikace dodávaných přístrojů



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje

Část 11 VZ: Odsávačky - 19 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	17x Medela Basic, 1x Medela Clario AC/DC, Medela Clario TONI	1x
--	---	----

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Číslo parametru	Popis požadovaného parametru	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost	
Odsávačka - požadované parametry (17 ks)					
1	Napájení síť (AC)	ano	ano	mandatorní požadavek	
2	Sací výkon min. 30 l/min. (± 10 %)	min. 30 l/min. (± 10 %)	30 l/min.	mandatorní požadavek	
3	Podtlak min. 90 kPa	min. 90 kPa	90 kPa	mandatorní požadavek	
4	Hlučnost max. 37 dB	max. 37dB	36,3 dB	mandatorní požadavek	
5	Odsávací systém pistolový	ano	ano	mandatorní požadavek	
6	Bezpečnostní regulátor vakua	ano	ano membránový	mandatorní požadavek	
7	Ochrana proti přesáti 3-stupňová	3-stupňová	3-stupňová	mandatorní požadavek	
8	Indikace chodu světlelná	ano	ano	mandatorní požadavek	
9	Tichý chod	ano	ano	mandatorní požadavek	
10	Sání	láhev pro opakované použití min. ve dvou objemech včetně víčka s pojistným ventilem	ano	ano, 1,5 l nebo 2,5l	mandatorní požadavek
11		jednorázové vaky min. ve dvou objemech	ano	ano, 1,5 l nebo 2,5l	mandatorní požadavek
12		pojízdný vozík s eurolistou, kolečka antistatická, min. 2x brzděná	ano	ano	mandatorní požadavek
13	Prislušenství ke každému ks odsávačky	1x láhev polykarbonátová pro použití jednorázových vaků, objem min. 2 litry	ano	ano, 2,5l	mandatorní požadavek
14		1x vak, objem min. 2 litry	ano	ano, 2,5l	mandatorní požadavek
15		1x držák láhve na eurolistu	ano	ano	mandatorní požadavek
16		1x stop ventil, jednorázový	ano	ano	mandatorní požadavek
17		1x hadice odsávací, jednorázové	ano	ano	mandatorní požadavek
Odsávačka pro novorozence - požadované parametry (1 ks)					
18	přenosná, vhodná pro pediatrii a novorozence	ano	ano	mandatorní požadavek	
19	Napájení: síť (AC) i na baterie (DC)	ano	ano	mandatorní požadavek	
20	Sací výkon: min. 15 l/min (+/- 10 %)	min. 15 l/min (+/- 10 %)	ano, 15 l/min. (+/-10%)	mandatorní požadavek	
21	Podtlak regulovatelný, 3 stupně nastavení	max. 19 kPa	max. 19 kPa	mandatorní požadavek	
22	na požadovanou úroveň odsávání	max. 40 kPa	36 kPa	mandatorní požadavek	
23		max. 80 kPa	80 kPa	mandatorní požadavek	
24	Světlelná indikace chodu	ano	ano	mandatorní požadavek	
25	Výdrž baterie	min. 50 minut	ano, min. 50 min.	mandatorní požadavek	
26	Medio pro snadnou manipulaci s přístrojem	ano	ano	mandatorní požadavek	
27		láhev min. o objemu 0,5l včetně víčka s pojistným ventilem	2 ks	ano	mandatorní požadavek
28	Prislušenství	síťový adaptéř + kabel	ano	ano	mandatorní požadavek
29		brašna	ano	ano	mandatorní požadavek
30		baterie	ano	ano	mandatorní požadavek
Odsávačka pro novorozence - požadované parametry (1 ks)					
31	přenosná, vhodná pro pediatrii a novorozence	ano	ano	mandatorní požadavek	
32	Napájení: síť (AC) i na baterie (DC)	ano	ano	mandatorní požadavek	
33	Sací výkon: min. 15 l/min (+/- 10 %)	min. 15 l/min (+/- 10 %)	ano, 15 l/min. (+/-10%)	mandatorní požadavek	
34	Podtlak regulovatelný, 3 stupně nastavení	max. 10 kPa	max. 10 kPa	mandatorní požadavek	
35	na požadovanou úroveň odsávání	max. 15 kPa	15 kPa	mandatorní požadavek	
36		max. 80 kPa	80 kPa	mandatorní požadavek	
37	Světlelná indikace chodu	ano	ano	mandatorní požadavek	
38	Výdrž baterie	min. 50 minut	ano, min. 50 min.	mandatorní požadavek	
39	Medio pro snadnou manipulaci s přístrojem	ano	ano	mandatorní požadavek	
40		láhev min. o objemu 0,5l včetně víčka s pojistným ventilem	2 ks	ano	mandatorní požadavek
41	Prislušenství	síťový adaptéř + kabel	ano	ano	mandatorní požadavek
42		brašna	ano	ano	mandatorní požadavek
43		baterie	ano	ano	mandatorní požadavek

Ceník spotřebního materiálu.



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

MEDELA CENÍK platný od 1.9.2022



Kód zboží	Název zboží	MJ	Kč bez DPH	Kč vč. DPH	Min. mn.
Příslušenství pouze pro odsávačku THOPAZ / THOPAZ+					
N079.0011	Kanýstr protipěnicí 0,3 l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	278	336	12
N079.0016	Kanýstr protipěnicí 0,8 l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	424	513	6
N079.0018	Kanýstr protipěnicí 2,0 l, jednorázový, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	1 351	1 635	12
N079.0021	Hadice s 1 konektorem jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	394	477	10
N079.0022	Hadice se 2 konektory jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	416	503	10
N079.0023	Hadice s 1 malým konektorem jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	451	546	10
N079.0024	Hadice se 2 malými konektory jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	472	571	10
N079.0025	Hadice s 1 velkým konektorem jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	418	506	10
N079.0026	Hadice se 2 velkými konektory jednorázová, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	442	535	10
N079.0039	Krytka konektoru hadice, sterilní, Thopaz/Thopaz+	ks	83	100	20
N079.0037	Dok nabíjecí, Thopaz/Thopaz+	ks	8 541	10 335	1
N079.0038	Adaptér k doku pro kanýstr 2,0 l, Thopaz/Thopaz+	ks	92	111	1
N079.0036	Držák s eurolišťou pro uchycení na horizontální/vertikální tyč, Thopaz/Thopaz+	ks	4 316	5 222	1
N079.0040	Držák univerzální s aretací a eurolišťou na horizontální/vertikální tyč, Thopaz/Thopaz+	ks	6 073	7 348	1
N079.1006	Popruh transportní, Thopaz+	ks	469	567	1
N087.0059	Kabel síťový/nabíjecí, Thopaz+	ks	2 950	3 570	1
N079.0034	Kabel USB, Thopaz/Thopaz+	ks	710	859	1
N099.0343	Membrána těsnící oranžová, Thopaz/Thopaz+	ks	86	104	1
N077.0148	Kabel síťový/nabíjecí, Thopaz/Thopaz+	ks	2 459	2 975	1
Příslušenství pouze pro odsávačku CLARIO / CLARIO TONI					
N074.0001	Set - láhev 0,5l + víčko, Clario/Clario TONI	ks	1 025	1 240	1
N074.0003	Hadice odsávací 5,5/8,5 mm, konektor/FingerTip, 150 cm, jednorázová, sterilní, Clario/Clario TONI	ks	87	105	1
N074.0007	Brašna, Clario/Clario TONI	ks	3 312	4 006	1
N074.0017	Kabel pro připojení na autobaterii, Clario/Clario TONI AC/DC	ks	1 843	2 230	1
N074.0005	Baterie NiMH, Clario/Clario TONI AC/DC	ks	5 318	6 435	1
N074.0002	Komora bezpečnostní, Clario	ks	1 766	2 137	1
N014.0030	Komora bezpečnostní, Clario TONI	ks	1 766	2 137	1
N074.0008	Ventil k bezpečnostní komoře, Clario/Clario TONI	ks	128	155	1
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario/Clario TONI	ks	48	58	1
N074.0010	Plovák proti přesátí k víčku, Clario/Clario TONI	ks	176	213	1
Příslušenství pouze pro odsávačku VARIO					
N077.0105	Adaptér pro láhev PC na Medela vak, Vario	ks	243	294	1
N077.0831	Brašna, Vario	ks	4 712	5 702	1
N077.0832	Kabel pro připojení na autobaterii, Vario	ks	4 623	5 594	1
N077.1728	Baterie NiMH, Vario AC/DC	ks	7 246	8 768	1
LÁHVE					
N077.0082	Láhev 1,5 l pro Medela vaky, polykarbonátová	ks	826	999	1
N077.0085	Láhev 2,5 l pro Medela vaky, polykarbonátová	ks	926	1 120	1
N077.0125	Láhev 0,25 l, polysulfonová, autoklávovatelná (pojistná)	ks	1 819	2 201	1
N077.0155	Láhev 0,5 l, polysulfonová, autoklávovatelná	ks	2 290	2 771	1
N077.0110	Láhev 1l, polysulfonová, autoklávovatelná	ks	3 386	4 097	1
N077.0120	Láhev 2l, polysulfonová, autoklávovatelná	ks	4 220	5 106	1
N077.0130	Láhev 3l, polysulfonová, autoklávovatelná	ks	4 719	5 710	1
N077.0150	Láhev 5l, polysulfonová, autoklávovatelná	ks	6 930	8 385	1
JEDNORÁZOVÉ ODSÁVACÍ VAKY					
N077.0083	Medela vak 1,5 l	ks	44	53	40
N077.0084	Medela vak 1,5 l + stužovač	ks	68	82	40
N077.0086	Medela vak 2,5 l	ks	46	56	40
N077.0087	Medela vak 2,5 l + stužovač	ks	69	83	40
VÍČKA					
N077.0420	Víčko velké pro láhve 1,2,3 a 5 litru, polysulfon., autoklávovatelná	ks	1 486	1 798	1
N077.0440	Víčko malé pro láhve 0,25 a 0,5 l, polysulfon., autoklávovatelná	ks	844	1 021	1
N077.0450	Víčko pojistné s úh. konektorem pro pojist. láhve 0,25l, polysulfon., autoklávovatelná	ks	1 165	1 410	1
DRŽÁKY, ZÁSOBNÍKY, KOŠÍKY					
N077.0521	Držák láhve na eurolišťou, plast	ks	439	531	1
N077.0523	Držák láhve C" na přížubování, plast	ks	81	96	1
N077.0522	Držák láhve na lůžko univerzální, nerez	ks	260	315	1
N077.0514	Držák "T" dvojitý (eurolišťou), nerez	ks	2 100	2 541	1
N077.0747	Držák síťové zhuňky / nožního spínače na eurolišťou vozíku odsáv. MEDELA, nerez	ks	800	966	1
N077.0751	Držák odsávací hadice na eurolišťou - levý, nerez	ks	1 917	2 320	1
N077.0752	Držák odsávací hadice na eurolišťou - pravý, nerez	ks	1 917	2 320	1
NB011600003	Zásobník katetrů s úchytem na eurolišťou, nerez	ks	2 808	3 398	1
N077.0743	Košík k vozíku odsávaček Medela, lak	ks	1 366	1 653	1



„Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem – diagnostické, terapeutické a monitorovací přístroje“

VOZÍKY				
N077.0511	Vozík s eurolíštou pro odsávačku MEDELA Vario a centrální sání	ks	7 500	9 075 1
N077.0741	Vozík s eurolíštou pro odsávačky MEDELA Basic/Dominant Flex	ks	10 200	12 342 1
N077.0742	Vozík s eurolíštou pro liposukci dvojíty - pro Dominant Flex a DP 30	ks	11 900	14 399 1
FILTRY VIROVÉ				
N101035263	VIRUS FILTR MEDELA kombinovaný proti přesaťi, jednorázový, konektor Medela - bal. 10 ks	bal.	3 318	4 015 1
N101035264	VIRUS FILTR MEDELA kombinovaný proti přesaťi, jednorázový, konektor kónický - bal. 10 ks	bal.	3 318	4 015 1
N101035265	VIRUS FILTR MEDELA jednorázový, konektor Medela - bal. 10 ks	bal.	2 210	2 674 1
FILTRY BAKTERIOLOGICKÉ				
N077.0571	Filtr MEDELA kombin. proti přesaťi/bakteriolog., konektor Medela, jednorázový - bal. 10 ks	bal.	2 983	3 609 1
N077.0572	Filtr MEDELA kombin. proti přesaťi/bakteriolog., konektor kónický, jednorázový - bal. 10 ks	bal.	2 983	3 609 1
N077.0573	Filtr MEDELA bakteriologický, konektor Medela, jednorázový - bal. 10 ks	bal.	2 009	2 431 1
N077.0575	Filtr MEDELA kombin. protipachový uhlíkový/bakteriolog., konektor Medela, jednorázový - bal. 10 ks	bal.	4 575	5 536 1
HADICE				
N077.0900	Hadice odsávací silikonová, pr. 7/12 mm, autoklávovatelná - 1 m	m	237	287 1
NB011500003	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přeruš. sání FingerTipem, 200 cm, nesterilní	ks	24	29 50
NB011500004	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 200 cm, nesterilní	ks	23	28 50
NB011500008	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a volným koncem, 200 cm, sterilní	ks	29	35 50
NB011500016	Hadice odsávací PVC CH25 se 2 konektory, 300 cm, sterilní	ks	29	35 30
NB011500017	Hadice odsávací PVC CH25 s 1 konektorem a přerušovačem sání FingerTipem, 250 cm, sterilní	ks	39	47 50
NB011500013	Hadice odsávací PVC CH30 s 1 konektorem a volným koncem, 250 cm, sterilní	ks	45	54 30
NB011500015	Hadice odsávací PVC CH30 se 2 konektory, 300 cm, sterilní	ks	35	42 30
PŘÍSLUŠENSTVÍ OSTATNÍ				
N077.1008	Stop ventil, modrý transparentní, s úchytem na zavěšení	ks	26	31 1
N077.0563	Přepínač vakua kompletní - vč. hadic, spojky a držáku na eurolíštu	ks	3 678	4 450 1
N077.0723	Spínač nožní ON/OFF pro el. odsávačky MEDELA	ks	7 886	9 542 1
N077.0095	Konektor vakuový pro sériové propojení Medela vaků, autoklávovatelný	ks	135	163 1
N077.0158	Konektor patientský pro sériové propojení Medela vaků, jednorázový	ks	34	41 1
N077.0542	Konektor pro sériové propojení autokláv. lahví, autoklávovatelný	ks	1 051	1 272 1
N077.0094	Nádobka pro odběr vzorků na Medela vak, jednorázová - bal. 10 ks	bal.	4 011	4 853 1
N077.0562	Nádobka pro odběr vzorků na víčko N077.0420, jednorázová - bal. 10 ks	bal.	4 011	4 853 1
N077.1017	Spojka propojovací oboustranná pr. 7-15 mm, jednorázová	ks	88	106 1
N077.1018	Spojka propojovací přímá, autoklávovatelná	ks	48	58 1
N077.1019	Spojka propojovací 90°, autoklávovatelná	ks	115	139 1
N077.0100	Spojka úhlová žlutá k 1,5 l Medela vaku, plast	ks	29	35 1
N077.0101	Spojka úhlová oranžová k 2,5 l Medela vaku, plast	ks	29	35 1
N077.0102	Spona pojistná k úchytu láhve pro Medela vaky, modrý plast	ks	50	61 1
N077.1013	Klip k víčku, autoklávovatelný	ks	115	139 1
N074.0009	Kroužek „O“ těsnící modrý pro spojky přímé, 90° a Clario/Clario TONI, autoklávovatelný	ks	48	58 1
REGULÁTORY VAKUA - centrální sání				
N0735138	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s rychlospojkou	ks	4 721	5 712 1
N0735148	Regulátor vakua GCE Medievac+ 1000 s držákem na eurolíštu, vakuovou hadicí, rychlospojkou	ks	7 456	9 022 1
VAKUUM EXTRAKCE (VEX) - příslušenství k odsávačce MEDELA Basic				
K077.0731	Regulátor/ovladač vakua nožní pro el. odsávačky Medela - vhodný pro VEX	ks	30 970	37 474 1
K077.0761	Silc Cup, pr. 50 mm - silikon, zvon pro VEX, modrý, autoklávovatelný	ks	5 740	6 945 1
K077.0762	Silc Cup, pr. 60 mm - silikon, zvon pro VEX, žlutý, autoklávovatelný	ks	5 740	6 945 1
K077.0078	Silc Cup Trumpet s nerez. ventilem a držákem, pr. 60 mm - silikon, zvon pro VEX, žlutý, autokláv.	ks	9 925	12 009 1
K077.0080	Caesar Cup, průměr 60 mm - silikon, zvon pro VEX, autoklávovatelný	ks	3 687	4 461 1
Ukončena výroba k 1.5.2022, skladem do vyprodání zásob:				
N101035284	VIRUS FILTR MEDELA jednoráz., konektor kónický - bal. 10 ks	bal.	1 976,00	2 391 1
N077.1014	Filtr MEDELA bakt., jednoráz. - vložka do filtru 077.0581 - bal. 50 ks	bal.	1 582,00	1 914 1
N077.1030	Držák/úchyt kruhový na eurolíštu pro zásobník katetrů - náhr.díl	ks	1 457,00	1 763 1
N077.0821	Držák se šroubem na eurolíštu, Vario	ks	1 721,00	2 082 1

Veškeré výše uvedené položky jsou vyobrazeny na www.dnformed.cz
Ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny.
Ceny na faktuře budou vč. DPH se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.
V cenách není zahrnuto poštovné a balné - bude účtováno dle skutečných nákladů.
Změna cen vyhrazena.

Vydal: DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 48 Brno, www.dnformed.cz
Dne: 01.07.2022



Příloha č. 3 Kupní smlouvy

Sjednání podmínek pro uzavření budoucí servisní smlouvy na pozáruční servis přístrojů

1. Prodávající se zavazuje na výzvu Kupujícího uzavřít servisní smlouvu na pozáruční servis přístrojů dle ujednání níže, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího. Kupující vyzve prodávajícího k uzavření smlouvy nejpozději do 3 měsíců po uplynutí záruční doby. Cenové podmínky pro provádění servisních služeb po ukončení záruční doby uvedené v odst. 2 této přílohy č. 3 smlouvy se nezmění po dobu prvního roku od skončení záruční doby za přístroj. Tato doba bude prodloužena, pokud jedna ze smluvních stran smlouvu nevypoví, na dobu, po kterou budou přístroje kupujícím využívány, přičemž cenové podmínky uvedené v odst. 2 této přílohy č. 3 smlouvy se mohou upravit v závislosti na míře inflace v souladu s odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy. Servisní smlouvu nesmí prodávající vypovědět v době dle věty první v odst. 4 této přílohy č. 3 smlouvy. Výpovědní doba servisní smlouvy se sjednává v délce 3 měsíců. Reakční doba servisního zásahu je stanovena na max. 48 hodin. Doba pro odstranění závady bude 4 pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě delší dílenské opravy je dodavatel povinen zapůjčit náhradní přístroj.
2. Cenové podmínky pro budoucí servisní smlouvu sjednávají smluvní strany takto:
 - 2.1. Fixní roční náklady za provádění BTK, pravidelných kontrol dle legislativy a doporučení výrobce, revizí, validací ve výši 28.310 Kč bez DPH / rok. V ceně BTK jsou započteny ceny takového materiálu, který je předepsán výrobcem k výměně v rámci BTK.
 - 2.2. Hodinová sazba za provádění servisu odborným servisním technikem ve výši 950 Kč bez DPH / hod.
 - 2.3. Účtovaná částka za 1 výjezd tam i zpět ze servisního střediska dodavatele do místa servisního zásahu v sídle kupujícího při provádění pozáručního servisu ve výši 3.000 Kč bez DPH / 1 výjezd.
 - 2.4. Cenové podmínky lze změnit po 1 roce trvání servisní smlouvy podle odst. 4 této přílohy.
3. Z údajů podle odst. 2 této přílohy smlouvy bude vypočítána cena za skutečně provedené servisní služby. Náklady za servisní služby uhradí kupující prodávajícímu na základě faktury – daňového dokladu. Faktura musí být vždy doložena servisním výkazem potvrzeným pracovníkem kupujícího, jinak nebude uhrazena.
Úhrada faktur bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, v němž byly servisní služby poskytovány.
Splatnost daňových dokladů je do 30 kalendářních dnů od doručení do sídla kupujícího.
4. Ceny za servisní služby podle odst. 2 této přílohy smlouvy nelze měnit po dobu 1 roku od skončení záruční doby za přístroj. V dalších letech trvání servisní smlouvy lze cenu servisních služeb změnit v důsledku změny míry průměrné inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:
Pro účely dalšího textu je cena servisních služeb podle odst. 2 této přílohy smlouvy označena jako



„cena“.

- a) V každém následujícím roce trvání servisní smlouvy (po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) může být cena upravena v závislosti na hodnotě míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Úpravy ceny mohou být provedeny tak, že se ceny zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce.
 - b) Úpravy ceny mohou být provedeny v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců.
 - c) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, cena zůstane v platnosti po dalších 12 měsících platnosti servisní smlouvy.
 - d) K úpravě ceny může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě uzavřeného písemného dodatku k servisní smlouvě.
 - e) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny ceny k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců (v dalších letech trvání servisní smlouvy). V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena.
5. Adresa servisního střediska prodávajícího: Hudcova 76, 612 48 Brno.
6. Sankce za nedodržení servisních podmínek:
- a) V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vady, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že prodávající nedodrží reakční dobu, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši **1.000 Kč** za 24 hodin prodlení.