

Příloha č. 3 - Technická specifikace vč. požadavků Zadavatele

PLASMA resektoskop pro resekci v solném roztoku 2 sady

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	2T engineering, s.r.o., IČ:28259068, V. P. Čkalova 502/14 160 00 Praha 6	
Výrobce	[REDACTED]	
Jednoznačný název a typ modelu	[REDACTED]	
Technické požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Poznámky a komentáře
plasma resektoskop pro resekci v solném roztoku	ANO	
průchod elektrického proudu mezi aktivní elektrodou a zbylou částí resektoskopu	ANO	
vnitřní plášť - vysoce odolná keramická izolační špička	ANO	
snadné skládání a rozkládání resektoskopu pomocí rychloupínání „zacvakávání“, bez	ANO	
ergonomický design, vyvážený nástroj pro menší únavu operátéra	ANO	
možnost využití i jako 24 Fr. resektoskop, tzn. připojení samostatných kohoutů	ANO	
na vnitřní plášť v různém provedení (1 kohout, 2 kohouty, rotační...)	ANO	
možnost připojení resekčních klíčků různých velikostí (malá, střední, velká)	ANO	
možnost připojení vaporizační elektrody ve tvaru hříbku nebo oválu	ANO	
možnost připojení vaporizační oválné elektrody	ANO	
možnost připojení páskové resekční elektrody pro větší koagulační efekt	ANO	
možnost připojení jehlové incizní elektrody (kolmé a šikmé)	ANO	
možnost připojení kuličkové koagulační elektrody	ANO	
možnost připojení elektrody pro enukleaci prostaty, tzv. TUEB	ANO	
resektoskop, vč. teleskopu a kabelu jsou resterilizovatelné v parním	ANO	

sterilizátoru na 134°C	ANO	
kompatibilita se stávajícím světlovodným kabelem [REDACTED]	ANO	
kompatibilita s dosud používaným příslušenstvím [REDACTED]	ANO	
kompatibilita s dosud používaným laserovým resektoskopem pro HoLEP enukleaci (2 sady laserových resektoskopů) [REDACTED]	ANO	
kompatibilita s dosud používanými teleskopy [REDACTED]	ANO	
kompatibilita plášťů s dosud používaným nefroskopem pro použití v měchýři (OLYMPUS)	ANO	
kompatibilita s dosud používaným vf generátorem [REDACTED]	ANO	
dodávka musí obsahovat	ANO	
HDTV teleskop, průměr 4 mm, úhel pohledu 12°, 2ks	ANO	
- HDTV teleskop, průměr 4 mm, úhel pohledu 30°, 2k	ANO	
- vnější rotační plášť s kontinuálním proplachem, průměr 27 Fr., 2ks	ANO	
- vnitřní plášť dle parametrů vnějšího pláště, 2ks	ANO	
- obturátor (zavaděč) pro vnitřní plášť, 2ks	ANO	
- aktivní (uro) pracovní element s rychlo-aretačním zámkem elektrody, 2ks	ANO	
- vf kabel pro připojení na generátor, 2ks	ANO	
- sterilizační kontejner dvojpatrový s víkem, 2ks	ANO	
(jedno patro pro aretované umístění resektoskopu, druhé patro pro umístění příslušenství)	ANO	
- stříkačka 150 ml, 2 ks	ANO	
rotační 2 kohouty, 2 ks	ANO	
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	ANO	

Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD, provedení zaškolení personálu.	ANO	
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.	ANO	