

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ SÁLY					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 4 - Operační stůl s příslušenstvím					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany			IČO:	26360900
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. – předseda představenstva, Ing. Michal Filař – místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Mediset-Chironax s.r.o.				
Sídlo:	Lidická tř. 566 / 82, 370 01 České Budějovice			IČO:	48200417
Statutární zástupce:	Pavel Rataj	Kontaktní osoba:	Pavel Rataj		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Operační stůl s příslušenstvím	2	24	Název: Systém operačních stolů s výměnnou pracovní deskou RAMED VD Sériové číslo: 5300VD Výrobce: RAMED Kopřivnice s.r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:					
Mobilní systémový elektromechanický operační stůl s výměnnou pracovní deskou.				ANO	
Sytém obsahuje 1x mobilní základnu, 2x pracovní desku a 1x transportér pracovních desek.				ANO	
Elektromechanické polohování pracovní desky.				ANO	
Všechny elektrické pohyby ovládány prostřednictvím jednoho bezdrátového dálkového ovládače a jednoho záložního kabelového ovládání všech pohybů operačního stolu.				ANO	
Indukční dobíjení bezdrátového dálkového ovládače.				ANO	
Dálkové ovládače vybaveny displayem se zobrazováním přibližné hodnoty elektricky nastavitelných veličin, signalizací stavu akumulátorů operačního stolu a u bezdrátového ovládače i stavu akumulátoru tohoto ovládače.				ANO	
Možnost uživatelem individuálně zaprogramovat pomocí dálkových ovládačů 4 polohy operačního stolu dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou na ovládači.				ANO	
Dostupná přednastavená Nulová poloha elektricky ovládaných pohybů na dálkových ovládačích.				ANO	
Vypínání operačního stolu na základně i na dálkových ovládačích.				ANO	
Operační stůl vybaven režimem spánku pro úsporu energie akumulátorů. Operační stůl vybaven akumulátory s kapacitou pro 7 dní běžného provozu a integrovanou nabíječkou akumulátorů.				ANO	
Mobilita stolu zajištěna kolečky integrovanými v základně stolu, chráněnými krytem před znečištěním. Minimálně 2 kolečka rejdivací. Aretace stolu proti pohybu ve všech směrech zajištěna jedním pohybem.				ANO	
Nerezový kryt základny operačního stolu.				ANO	
Po stranách obou nožních, středového a zádového segmentu umístěny eurolišty pro uchycení příslušenství.				ANO	
Pracovní plocha pokryta odnímatelným antidekubitním čalouněním min. tloušťky 7 cm. Vícevrstvá (sendvičová) výplň čalounění zahrnující viskoelastickou pěnu v tloušťce min 2 cm. Spoje čalounění zajištěny proti vniknutí tekutin do výplně.				ANO	
Mobilní základna:					
Elektricky ovládané pohyby:				ANO	

zdvih pracovní deky v rozsahu min. 380 mm,	ANO	400mm
vyklápění Trendelenburg-antitrendelenburg 25°,	ANO	
laterální vyklápění 20°.	ANO	
Základna stolu umožňující pohyb pomocí vlastních integrovaných koleček bez nutnosti použití transportéru pracovních desek.	ANO	
Pracovní deska:		
Pěti segmentová pracovní deska (hlavový, zádový, pánevní a dělený nožní segment).	ANO	
Plně odnímatelné nožní segmenty a hlavový segment.	ANO	
Elektricky ovládané pohyby pracovní desky:		
vyklápění zádového segmentu +60° až – 25°,	ANO	
Manuálně ovládané pohyby pracovní desky:		
hlavový segment - vyklápění +/- 30° , laterální posuv, výsuv v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výšková stavitelnost rovnoběžně se zádovým segmentem,	ANO	
nožní segmenty – polohování nožního segmentu kolem horizontální osy +30° až – 90° , vyklápění do stran (kolem vertikální osy) 0° až 90°.	ANO	
Transportér pracovních desek:		
Elektricky výšková stavitelnost.	ANO	
Ovládání ručním ovládačem.	ANO	
Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou.	ANO	
Signalizace stavu akumulátorů.	ANO	
Centrálně bržděná kolečka s možností aretace pouze směru pro přímý pojezd.	ANO	
Příslušenství		
2x Závěs ruky s pásem, 2x Úchyt ruky na eurolištu, 2x Infuzní opěrka ruky s poutacím pásem, 2x Infuzní stojan, 2x Kurt na fixaci těla, 2x Stavitelná boční opěra, 2x Gynekologická opěra nohy s poutacím pásem, 2x Kroužek pod hlavu, 1x Stolek pod ruku s teleskopickou podpěrou, 1x Stojan na příslušenství pojízdný	ANO	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDKĚ	
	V Českých Budějovicích	
	Zpracoval: 	

