

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 1 - Monitorovací systém + centrála (dětské odd.)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
Monitorovací systém + centrála	6+1	ano
V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 6ks monitoru vitálních funkcí 1ks monitorovací centrály pro dětské oddělení JIP v KV		
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
<i>*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny</i>		
Obchodní název a typové označení přístroje		Q5
Výrobce přístroje		Biolight Meditech Co., Ltd.
Technické parametry monitorovací centrály:	1ks	1ks
Monitor velikost min. 21" s audio výstupem pro zvukovou signalizaci alarmů z centrálního monitorovacího systému	ANO	ano
Klávesnice, myš, tiskárna	ANO	ano
Možnost připojení minimálně 32 monitorů životních funkcí.	ANO	ano
Plná obousměrná komunikace	ANO	ano
Zobrazení min 2 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase, při pohledu všech monitorů	ANO	ano
Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů.	ANO	ano
Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému	ANO	ano
Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů	ANO	ano
Uložení trendů min. 240 hodin, možnost prohlížení plných křivek EKG min. 72 hodin	ANO	ano
Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta	ANO	ano
Zálohování UPS	ANO	ano
Technické parametry monitorů vitálních funkcí:	6ks	6ks
Modulární provedení monitoru se sloty pro externí zásuvné moduly min. IBP 2kanály a zároveň CO2 (sidestream) a základní modul (3/5EKG, Spo2, NIBP, 2xteplota)	ANO	ano
Barevný dotykový displej o velikosti minimálně	12"	ano, 12,1"
Hmotnost včetně baterie a základního modulu	max. 4,5 kg	ano, < 4,5kg

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 1 - Monitorovací systém + centrála (dětské odd.)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 26365804

Možnost implementace termotiskárny	ANO	ano
Integrovaný modul měření SpO2 s technologií pro potlačení pohybových a i jiných artefaktů u pediatrických a novorozeneckých pacientů včetně zobrazení indexu určujícího prokrvení tkáně v místě měření (tzv. perfuzní index)	ANO	ano, Masimo Set
Možnost softwarového rozšíření pomocí licence o neinvazivní měření variability pletysmografického indexu pro jednoduchou metodu posouzení hemodynamických změn, tekutinové reaktivity a zajištění tekutinového managementu pacientů.	ANO	ano, Masimo Rainbow Set (PVI)
Možnost softwarového rozšíření pomocí licence o měření karboxyhemoglobinu a i celkového hemoglobinu neinvazivně saturačním senzorem pomocí licence od výrobce	ANO	ano, Masimo Rainbow Set (SpCO a SpHB)
Možnost rozšíření o dvou-kanálové IBP, CO2, 12-ti svodové EKG	ANO	ano
Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů	ANO	ano
Režimy displeje pro zobrazení: • minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech • minimálně 12 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení	ANO	ano
Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: • režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů • režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem • režim pro odfiltrování elektrochirurgie	ANO	ano
Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 17 různých analýz arytmií	ANO	ano
Analýza ST segmentu	ANO	ano
Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, ochrana proti defibrilaci na vstupech	ANO	ano
Lišta rychlé volby na displeji monitoru	ANO	ano
Standby režim	ANO	ano
Přehled: • grafických trendů • tabulkových trendů • alarmů • NIBP	ANO	ano
Možnost prohlížení hodin trendů u jednoho pacienta	min. 120 hod	ano, 168hod
Možnost prohlížení alarmových událostí u jednoho pacienta	min. 120	ano, 128
Funkce volání sestry	ANO	ano

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 1 - Monitorovací systém + centrála (dětské odd.)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Další rozšiřující Moduly, které budou součástí dodávky	ANO	ano
Modul Kapnografie – měření EtCO ₂ metodou micro-flow, včetně příslušenství	1ks	1ks
Měření EtCO ₂ , FiCO ₂ , Průměrná frekvence dechu (AwRR)	ANO	ano
Zobrazení dat na displeji max. za 20 sekund od startu – pro účely resuscitace	ANO	ano
Modul IBP 2 kanály	1ks	1ks
Možnost nastavení překryvu IBP křivek (tzv. IBP overlapping)	ANO	ano
Měření CPP – cerebral perfusion index při měření ICP	ANO	ano
Měření 2 kanálů zároveň	ANO	ano
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu: Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému včetně 6ks uchycení monitorů na zeď v místě plnění. 6ks - tlakových manžet 6ks - SpO ₂ čidel – prstové 6ks - EKG 3 – svodové 6ks – IBP kabelů pro systém tlakových převodníků Edwards 6ks – tlakových převodníků Edwards	ANO	ano

V Ústí nad Labem, dne.....

Za uchazeče:
Ladislav Hnízdl, jednatel

Prohlášení o zdravotnických prostředcích

Název veřejné zakázky	ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 1 - Monitorovací systém + centrála (dětské odd.)
-----------------------	--

Prodávající

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	LHL s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Lipová 17/18, Ústí nad Labem 400 10
IČO	27301800

prohlašuje, že:

1. dodávané zboží (prostředek, přístroj, nástroj, vybavení, zařízení apod., případně jejich soubor) **podléhá/nepodléhá¹** notifikaci zdravotnického prostředku dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“);
2. v případě, že dodávané zboží podléhá notifikaci zdravotnického prostředku, splnil ohlašovací povinnost, a to pro výrobu nabízených zdravotnických prostředků, je-li prodávající výrobcem dle definice uvedené v ZZP; pro zastupování výrobce nabízených zdravotnických prostředků usazeného mimo území členských států, je-li prodávající zplnomocněným zástupcem výrobce dle definice uvedené v ZZP; pro dovoz nebo distribuci nabízených zdravotnických prostředků, je-li prodávající dovozcem, či distributorem dle definice uvedené v ZZP; a zároveň pro jejich servis;
3. v případě, že dodávané zboží podléhá notifikaci zdravotnického prostředku, předloží kdykoliv na požádání kupujícího příslušné doklady o splnění notifikačních a ohlašovacích povinností dle ZZP.

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení, funkce	Ladislav Hnízdil, jednatel
Datum podpisu	
Podpis oprávněné osoby	

¹ Nehodící se škrtněte



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Pojištění podnikatele a právnických osob

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4385774376

Pojistník

Název firmy	LHL s.r.o.
Adresa	Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	27301800

Pojištění podnikatele a právnických osob

Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	10 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5000 Kč

Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 6. 3. 2022 do 5. 3. 2023.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 6. 3. 2022

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Dodavatel LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18, Ústí nad Labem 400 10, IČ: 27301800 čestně prohlašuje, že v rámci nabídky pro veřejnou zakázku „**ReactEU-98-KV_Monitorovací systém - Část 1 - Monitorovací systém + centrála (dětské odd.)**“, nemá žádné poddodavatele.

v Ústí nad Labem, dne

.....
Ladislav Hnízdil, jednatel