

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 2 - Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
Monitorovací systém + centrála	4+1	ano 4+1
V rámci veřejné zakázky bude soutěženo: 4ks monitoru vitálních funkcí a 1ks monitorovací centrály pro oddělení GYNEKOLOGIE v KV Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže <i>*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.</i>		
Obchodní název a typové označení přístroje		iM70
Výrobce přístroje		Edan Instruments Inc.
Technické parametry monitorovací centrály:	1ks	1ks
Monitor velikost min. 21" s audio výstupem pro zvukovou signalizaci alarmů z centrálního monitorovacího systému	ANO	ANO
Klávesnice, myš, tiskárna	ANO	ANO
Možnost vzdáleného nahlížení centrálního monitoringu přes síť z jiné PC jednotky	ANO	ANO
Možnost připojení minimálně 32 monitorů životních funkcí, nebo po případě telemetrických jednotek s vlastním displejem min. 3cm úhlopříčky, pro možnost zobrazení měřených křivek a hodnot k aktuálnímu náhledu pacienta	ANO	ANO
Možnost ovládání centrálního monitoru z jiné PC jednotky – plnohodnotně jako v případě kdy uživatel sedí přímo u centrálního monitoru (možnost napojení min. 3 takových stanic k centrálnímu monitoru – vzhledem k požadavkům, že stanice může v případě nouze sloužit jako infekční izolace)	ANO	ANO
Plná obousměrná komunikace (zadávaní dat do monitorů životních funkcí, patientských dat, alarmových mezí, spouštění NIBP, atd. a zpětný přenos nasnímaných dat z monitorů do centrální monitorovací stanice)	ANO	ANO
Zobrazení až 4 křivek pro každého pacienta na centrálním monitorovacím systému v reálném čase.	ANO	ANO
Světelné a zvukové alarmy, více úrovní alarmů.	ANO	ANO
Zobrazení a vyhodnocení alarmových událostí na centrálním monitorovacím systému.	ANO	ANO
Umožňuje zobrazení, vyhodnocení a záznam	ANO	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 2 - Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

grafických a numerických trendů		
Uložení trendů min. 240 hodin, možnost prohlížení plných křivek min. 72 hodin	ANO	ANO
Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, patientských záznamů, tisk záznamů	ANO	ANO
Umožňuje detailní pozorování a analýzu vybraného pacienta	ANO	ANO
Statistické zhodnocení záznamu pacienta	ANO	ANO
Kalkulace: - Dávkování léků - Ventilace - Hemodynamika - Renální funkce - Okysličení	ANO	ANO
Synchronizace času monitorů dle centrálního monitoru	ANO	ANO
Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému včetně 6ks uchycení monitorů na zeď v místě plnění.	ANO	ANO
Umožňuje ovládání a nastavování monitorů životních funkcí dálkově z centrály (zadání dat pacienta, alarmové meze povolené ovládat vzdáleně, nastavení, spuštění měření NIBP apod.)	ANO	ANO
SW v českém jazyce	ANO	ANO
Zálohování UPS	ANO	ANO
Technické parametry monitorů vitálních funkcí:	4ks	4ks
Barevný dotykový displej o velikosti minimálně	12"	ano, 12,1"
Hmotnost bez baterie	max. 5,5 kg	ANO, < 5,5 kg
Provedení s pasivním chlazením bez větráku	ANO	ANO
Možnost implementace termotiskárny	ANO	ANO
Měření parametry 3/5 svodové EKG, SPO2, HR, RESP (transtorakální impedance), NIBP, PR, 2x teplota	ANO	ANO
Možnost rozšíření o dvou-kanálové IBP, CO2, 12-til svodové EKG	ANO	ANO
Možnost rozšíření o modul měření anestetických plynů	ANO	ANO
Režimy displeje pro zobrazení: - minimálně 4 měřených parametrů ve velkých fontech - minimálně 11 křivek a číselné parametry v režimu standardního zobrazení	ANO	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 2 - Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

Možnost volby filtrace EKG signálu ve 3 úrovních: • režim diagnostický s omezeným vlivem filtrů • režim monitorovací s optimalizovaným filtračním mechanismem • režim pro odfiltrování elektrochirurgie	ANO	ANO
Synchronizace času monitorů v síti dle centrální monitorovací stanice	ANO	ANO
Detekce EKG arytmií, klasifikace minimálně 16 různých analýz arytmií	ANO	ANO
Analýza ST segmentu	ANO	ANO
Analogový výstup pro synchronizaci defibrilátoru, ochrana proti defibrilaci na vstupech	ANO	ANO
Uživatelsky volitelná lišta rychlé volby na displeji monitoru	ANO	ANO
Noční režim a Standby režim	ANO	ANO
Kalkulace: • dávkování léků • ventilace • hemodynamika • renální funkce • okysličení	ANO	ANO
Přehled: • grafických trendů • tabulkových trendů • alarmů • NIBP • arytmií	ANO	ANO
Možnost prohlížení minimálně 120 hodin trendů u jednoho pacienta	ANO	ANO
Možnost prohlížení minimálně 60 alarmových událostí u jednoho pacienta	ANO	ANO
Možnost prohlížení minimálně 120 sekund zmrazené křivky u jednoho pacienta	ANO	ANO
Funkce volání sestry	ANO	ANO
Systém uchycení monitoru na zeď:	4ks	4ks
Zadavatel požaduje systém pro upevnění monitorů vitálních funkcí na zeď a to v počtu 4ks Zadavatel připouští pouze typ upevnění a to jedno ze dvou možností: 1) Uchycení je od výrobce daného monitoru a zároveň je uveden v uživatelském návodu v seznamu	Uved'te Vaše řešení	Ano, 1) Uchycení je od výrobce daného monitoru a zároveň je uveden v uživatelském návodu v seznamu příslušenství

Formulář technických specifikací dodávky pro: ReactEU-98-KV_Monitorovací systém část 2 - Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie)

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 26365804

2) Uchycení je od jiného výrobce, nežli je výrobce monitorů, ale tento typ upevnění je uveden v seznamu doporučeného příslušenství v uživatelském návodu k monitorům, který účastník nabízí		
K systému pro upevnění monitorů životních funkcí na zeď musí být dodán návod od výrobce	ANO	ANO
Volitelné nastavení polohování výšky monitorů vitálních funkcí od země minimálně v rozsahu +20cm od hranice spodní polohy	ANO	ANO
Uživatelsky volitelné natočení monitorů vitálních funkcí do stran podél vertikální osy, minimálně 5° na každou stranu	ANO	ANO
Uživatelsky volitelné naklopení monitorů vitálních funkcí (resp. obrazovky monitoru) podél horizontální osy, minimálně 5° nahoru	ANO	ANO
Košík pro možnost odkládání příslušenství.	ANO	ANO
Monitor vitálních funkcí musí být možno odpojit ze systému pro uchycení na zeď bez použití nástrojů	ANO	ANO
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu Montáž síťové infrastruktury centrálního monitorovacího systému v místě plnění. 4ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro dospělé) 4ks - tlakových manžet s univerzální velikostí (pro větší dospělé) 4ks - SpO2 čidel – prstové 4ks - EKG 3 – svodové 4ks – teplotní čidlo (povrchové)	ANO	ANO

V Ústí nad Labem, dne..... Za uchazeče:

Prohlášení o zdravotnických prostředcích

Název veřejné zakázky	ReactEU-98-KV_Monitorovací systém - část 2 - Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie)
-----------------------	---

Prodávající

Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	LHL s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Lipová 17/18, Ústí nad Labem 400 10
IČO	27301800

prohlašuje, že:

1. dodávané zboží (prostředek, přístroj, nástroj, vybavení, zařízení apod., případně jejich soubor) **podléhá/nepodléhá¹** notifikaci zdravotnického prostředku dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZP“);
2. v případě, že dodávané zboží podléhá notifikaci zdravotnického prostředku, splnil ohlašovací povinnost, a to pro výrobu nabízených zdravotnických prostředků, je-li prodávající výrobcem dle definice uvedené v ZZP; pro zastupování výrobce nabízených zdravotnických prostředků usazeného mimo území členských států, je-li prodávající zplnomocněným zástupcem výrobce dle definice uvedené v ZZP; pro dovoz nebo distribuci nabízených zdravotnických prostředků, je-li prodávající dovozcem, či distributorem dle definice uvedené v ZZP; a zároveň pro jejich servis;
3. v případě, že dodávané zboží podléhá notifikaci zdravotnického prostředku, předloží kdykoliv na požádání kupujícího příslušné doklady o splnění notifikačních a ohlašovacích povinností dle ZZP.

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele	
Titul, jméno, příjmení, funkce	Ladislav Hnízdil, jednatel
Datum podpisu	
Podpis oprávněné osoby	

¹ Nehodící se škrtněte



Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Pojištění podnikatele a právnických osob

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 4385774376

Pojistník

Název firmy	LHL s.r.o.
Adresa	Lipová 17/18, 400 10 Ústí nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	27301800

Pojištění podnikatele a právnických osob

Pojištění odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojišťovny poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	10 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	5000 Kč

Počátek a doba pojištění

Pojištění se sjednává na dobu od 6. 3. 2022 do 5. 3. 2023.
Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 6. 3. 2022

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.



Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Čestné prohlášení o poddodavatelích

Dodavatel LHL s.r.o., se sídlem Lipová 17/18, Ústí nad Labem 400 10, IČ: 27301800 čestně prohlašuje, že v rámci nabídky pro veřejnou zakázku „**ReactEU-98-KV_Monitorovací systém Část 2 – Monitorovací systém + centrála (odd. gynekologie)**“, nemá žádné poddodavatele.

v Ústí nad Labem, dne

.....
Ladislav Hnízdil, jednatel