

příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Lineární ultrazvukový gastroskop			
EG-580UT			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Kompatibilita			
Kompatibilita s UZV procesorem SU-1H (Fujifilm) a videoprocesorem VP-7000 (Fujifilm)	ANO	ANO	
Technické údaje			
Optický systém:			
Pozorovací vzdálenost 3 - 100 mm	ANO	ANO	
Zorné pole 140°	ANO	ANO	
Směr pohledu 40° šikmý	ANO	ANO	
Zaváděcí část:			
Průměr distálního konce 13,9 mm	ANO	ANO	
Průměr pracovního kanálu 3,8 mm	ANO	ANO	
Pracovní délka 1250 mm	ANO	ANO	
Rozsah ohybu:			
Nahoru/dolů 150°/150°	ANO	ANO	
Doprava/doleva 120°/120°	ANO	ANO	
Ultrazvukové funkce:			
Zobrazovací módy B, M (Flow, PowerFlow)	ANO	ANO	
Color Doppler, Power Doppler, Pulse Doppler	ANO	ANO	
Metoda snímání elektronická lineární	ANO	ANO	
rozsah skenování 150°	ANO	ANO	
Směr snímání paralelně se směrem zavádění	ANO	ANO	
Frekvence 5-12 MHz	ANO	ANO	
Metoda kontaktu - balónková a přímá kontaktní	ANO	ANO	
Možnost kontaktní metody ve vodním prostředí	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V dne

.....
Podpis