

TECHNICKÁ SPECIFIKACE						
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY						
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE						
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY						
Část 5 EKG - klasické						
ZADAVATEL						
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.					
Sídlo:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice			IČO:	26361078	
Statutární zástupce:	[REDAKOVANÉ]					
Druh VZ:	dodávky		Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL						
Název dodavatele:	POLYMED medical CZ, a.s.					
Sídlo:	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové			IČO:	27529053	
Statutární zástupce:	[REDAKOVANÉ]		Kontaktní osoba:	[REDAKOVANÉ]		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE						
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>						
TECHNICKÁ SPECIFIKACE						
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO	
1.	EKG – klasická	5	26	Název: EKG SE-1201		

		Sériové číslo: Bude doplněno při předání na dodacím listě
Závazná specifikace zadavatele:		Výrobce: EDAN Instruments, Inc.
EKG klasické		DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
12 svodový EKG přístroj		ANO
kontinuální monitoring se záznamem události (arytmií)		ANO
digitalizace EKG signálu		ANO
režimy snímání: automatický, manuální, sledování arytmií		ANO
software pro rozměření a interpretaci EKG záznamu od 0 roku věku až po dospělé		ANO
funkce pro náhled všech 12 křivek současně před tiskem či odesláním záznamu		ANO
vnitřní paměť minimálně na 100 EKG záznamů		ANO
displej minimální velikosti 7" se zobrazením všech 12 svodů		ANO
klávesnice s funkčními klávesami		ANO
provozu ze sítě a na baterie (na baterie minimálně po dobu 3 hodin)		ANO
uživatelé volitelný tisk 12 svodového záznamu na teplocitlivý papír formátu se všemi potřebnými údaji o pacientovi, nastavení a libovolné sestavy (oddělení, nemocnice apod.)		ANO
tisk na skládaný papír (ne role) velikosti A4		ANO
rychlost posuvu papíru 12,5/25/50 mm/s		ANO
záruční i pozáruční servis v ČR		ANO
lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání,...)		ANO
součástí dodávky musí být export základních dat pacienta (rodné číslo, jméno, příjmení, pohlaví) a export EKG křivky v datové podobě (nikoliv její obrázek v pdf, tif, jpg...)		ANO
EKG přístroj musí být umístěn na pojízdném stabilním vozíku		ANO
splnění bezpečnostního standardu EN 60601-1		ANO
přístroj musí být dezinfikovatelný běžnými desinfekčními prostředky		ANO
kompletní příslušenství – EKG kabel, končetinové a hrudní elektrody, pojízdný vozík, držák svodů		ANO
připojení do sítě LAN, export do stávajícího systému SEMA EKG nebo do PACS		ANO
výstup pro běžnou počítačovou tiskárnu a umožnění tisku na obyčejný kancelářský papír		ANO
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.		Přílohy: Návod k použití
		V Hradci Králové dne 27.6.2022
		

