

## Nabídka

1 018418

ze dne: 19.09.2022

Vaše objednávka:

Dodavatel:



RQL s.r.o.  
U Jelena 109/7  
73601 Havířov

IČO: 25860020  
DIČ CZ25860020

Objednal:

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Jeremenkova 1191/40a  
77900 Olomouc - Hodolany  
Česká republika

tel:

email

Kontakt:

Příjemce:

Nemocnice Přerov

Dvořákova 1800/75  
75152 Přerov  
Česká republika

tel:

email

Kontakt:

Termín dodání:

Doprava: Dodavatelem

Vystavil:

zákazník CZ+SK

Nabízíme Vám následující zboží:

Kód:		Množství	DPH%	cena/mj	pc s DPH/mj	celkem	celkem s DPH	
G 06 22	GOLEM 6ET ESP - gynekologický a urologický vyšetřovací stůl	1,00	21	119 999,00	145 198,79	119 999,00	145 198,79	CZK

Pracovní plocha rozdělena na sedák s výřezem a opěradlo s přizvednutým hlavovým dílem, nožní díl nastavitelný elektropohonem. Ovládání všech elektropohonů ručním ovladačem. Kompletní výbava pro ambulanci: nerezová miska, madla pro pacienta, držák papírové role. Nosnost 150 kg. Výška nastavitelná elektropohonem 640 - 940 mm, nastavení sklonu opěradla elektropohonem 0°+ 80°, nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem 0°+ 30°. Elektronika umožňuje naprogramovat 3 pracovní polohy. Včetně lampičky na ohebném krku a nástupního schůdku  
Včetně dopravy, montáže a instalace  
Záruční doba 24 měsíců  
Včetně PBTk po dobu záruky

ID položka 00003196

EXTRA dublované ovládání ruční + nožní ovladač současně

- Brzděná kolečka O 75 mm
- Šauty
- koženka bez určení barvy
- ovládání ručním ovladačem (6ET ESP)
- Miska s odtokem, včetně kbelíku s víkem

Celkem ve měně:

119 999,00 145 198,79 CZK

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na další spolupráci

**3. KŘESLO  
GYNEKOLOGICKÉ/UROLOGICKÉ -  
specifikace minimálních požadavků**

Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

- Nemocnice AGEL Píerov

Kód ID: 00003196

Množství: 1 ks

Technické parametry	Uchazeč	RQL s.r.o.
	Název nabízené technologie	Golem 6ET ESP
	Výrobce	RQL s.r.o.
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>		
Polohování	elektrické	ANO
Gynekologická vyšetřovací poloha	ANO	ANO
Poloha v leže (vyšetřovací lehátko)	ANO	ANO
Poloha pro vyšetření ultrazvukem vč. vaginální sondy	ANO	ANO
Nastavitelná výška	elektricky	ANO
Výškové nastavení	min. 640 - 940 mm - elektricky	ANO 640 - 940 cm
Nastavitelný sklon opěradla	ANO, elektricky	ANO
Rozsah nastavení opěradla	min. 0° až 75°	ANO 0 - 80°
Nastavitelný sklon sedáku (Trendelengurg)	sedák může být pevný, uvede dodavatel	ANO
Rozsah nastavení sedáku	Ne	ANO 0° až 20°
Paměť na naprogramovatelné polohy	uvede uchazeč	ANO 3 pracovní polohy
Provedení	min. Stacionární provedení	ANO
Nosnost	min. 150 kg	ANO 150 kg
Volitelná barva koženky i konstrukce	možnost výběru dekorů a barev (k nabídce přiložte vzorník)	ANO 20 odstínů
<b>OVLÁDÁNÍ KŘESLA</b>		
ruční ovladač	ANO	ANO
nožní ovladač	ANO	ANO
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
Nožní segment	NE	ANO
Držák role papíru	ANO	ANO
Šauty s kloubem	ANO	ANO
Podpěry paží	ANO	NE
Lampička	ANO	ANO
Miska	NE	NE
Miska s odtokem do podlahy	NE	NE
Miska s odtokem do kbelíku, vč. kbelíku s víkem	ANO	ANO
Nástupní stupínek	ANO	ANO
<b>KOLPOSKOP</b>		
Pracovní vzdálenost	NE	NE
Zvětšení	NE	NE
Krokové zvětšení	NE	NE
Zdroj světla	NE	NE
držák pro kolposkop	NE	NE
držák pro kolposkop a monitor	NE	NE
Samostatný stojan	NE	NE
<b>SADA PRO FOTOKOLPOSKOPII</b>		
dělič, adapter, kabely	NE	NE
fotoaparát	NE	NE
Monitor	NE	NE
<b>OSTATNÍ</b>		
Záruka (během záruky BTK a servis zdarma)	ANO, min. 24 měsíců	ANO 24 měsíců
Přístroj musí mít prohlášení o schodě a CE označení	ANO	ANO

