

NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dodavatel : MEDIAL spol. s r.o.

Na Dolinách 128/36
147 00 Praha 4

IČ : 14892901

DIČ : CZ14892901

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 1299

Řada dokladu : 802

Číslo dokladu : 220333

Sklad : 800.00100

Zakázka :

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Telefon : +

Místo určení : AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
odštěpný závod Nemocnice Šternberk

Jivavská 20
785 01 Šternberk

Odběratel : AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
odštěpný závod Nemocnice Šternberk

Jivavská 20
785 01 Šternberk

Datum pořízení : 22.11.2022

Datum dodání :

Termín dodání :

IČ : 27797660

DIČ : CZ699000899

řádek č.	Označení Kód VZP	KódSÚKL	Popis dodávky Klas.tř.	EAN	Množství	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Celkem bez DPH		Celkem s DPH	
										po slevě	DPH %	po slevě	
1	17-10244		Sterile Field Post		1,00	ks	35 000,00						
2	17-10269		Standard Wishbone Frame		2,00	ks	4 000,00						
3	17-10270		Small Wishbone Arm IIa		2,00	ks	3 800,00						
4	17-11050		Support Arm IIa		1,00	ks	36 000,00						
5	17-3335		Mayo Swivel retract 7x5cm IIa		2,00	ks	2 000,00						
6	17-3784		Deaver Swivel retract 7x11 IIa		1,00	ks	2 100,00						
7	17-3864		Kelly Modified Swivel Retr IIa		1,00	ks	2 000,00						
8	17-3888		Splanchnic Swivel retract IIa		1,00	ks	2 500,00						
9	17-4040		Snap clamp - upínací svor IIa		4,00	ks	6 500,00						
							15,00	123 200,00			123 200,00		149 072,00

Celkem Kč

149 072,00

Stanovené výrobky jsou označeny CE a splňují odpovídající směrnice EU a nařízení vlády České Republiky.
ES prohlášení o shodě jsou uložena v sídle společnosti.

MEDIAL
LEKÁŘSKÁ TECHNIKA A SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL
Provozovna: Vlastibořská 2790/4, 193 00 Praha 9

Břišní rozvěrač - specifikace minimálních

požadavků

Lokace: *Agel Středomoravská nemocniční a.s.-*

Nemocnice Šternberk

Kód ID: 00008447

Množství: 1 SET

	Uchazeč	Medial spol. s r.o.
	Název nabízené technologie	OMNI-TRACT
	Výrobce	Integra
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita		
Kompatibilita se stávajícím vybavením	ANO; systémem Omni- trac (výr. Integra)	ANO
Medicínský účel		
Technické parametry		
Multifunkční operační rozvěrač pro složitější břišní operace	Ano	ANO
Možnost fixace rozvěrače k liště operačního stolu	Ano	ANO
Upevnění nosné tyče přes sterilní rouškování	Ano	ANO
Fixace lopatek na rám rozvěrače pomocí rychloupínacích svorek (vaček)	Ano	ANO
Možnost nastavení lopatek v horizontálním i vertikálním směru	Ano	ANO
Sestava musí obsahovat různé typy lopatek, které bude možné zaměňovat na míru každého pacienta (různé typy a velikosti vhodné pro retrakci měkkých tkání, břišní stěny i břišních orgánů)	Ano	ANO
Sestava musí být určena pro opakované použití, musí být odolná vůči dezinfekci a sterilizaci v autoklávu při 134°C. Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení kvality jednotlivých komponent	Ano	ANO
Odchylky od požadovaných parametrů mohou být v toleranci ± 10%	Ano	ANO
Součástí nabídky musí být popis a vyobrazení nabízeného zboží	Ano	ANO
Nosná tyč pro fixaci k eurolišti operačního stolu včetně fixační svorky	Ano; 1 ks	ANO
Základní fixační tyč pro ramena rozvěrače včetně svorek	Ano; 1 ks	ANO
Rameno příčné zahnuté - delší	Ano; 2 ks	ANO
Rameno příčné zahnuté - kratší	Ano; 2 ks	ANO
Lopatka výměnná 7 x 5 cm	Ano; 2 ks	ANO
Lopatka výměnná 7 x 11,4 cm	Ano; 1 ks	ANO
Lopatka výměnná 7,6 x 10,2 cm	Ano; 1 ks	ANO
Lopatka výměnná 5 x 11,4 cm	Ano; 1 ks	ANO
Upínací svorky lopatek	Ano; 4 ks	ANO

MEDIAL