



**OPTIKY artroskopie- specifikace  
minimálních požadavků**  
Lokace: AGEL Středomoravská nemocniční  
a.s. - Nemocnice AGEL ŠTERNBERK  
Kód ID: 00003150  
Množství: 4 ks

Technické parametry	Uchazeč	Perfect Distribution a. s.
	Název nabízené technologie	Arthrex Synergy
	Výrobce	Arthrex, Inc.
	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita / POLOŽKA Č.:	POLOŽKA Č. 5	
Kompatibilita včetně zámečků	<i>kompatibilita s artroskopickou sestavou Karl Storz</i>	ano
Medicinský účel		
<i>Uživatel uvede výkony, ke kterým chce optiku využívat</i>	<i>artroskopie</i>	artroskopie
Technické parametry		
Autoklavovatelná optika	<i>celkem 4ks optik</i>	4ks
Safírová sklička	<i>Ano</i>	ano
Pozorovací úhel	<i>30°</i>	30°
Průměr tubusu	<i>4 mm</i>	4mm
Pracovní délka	<i>cca 180 mm</i>	cca 152,5
artroskopický trokar se dvěma ventily, průměr min 4,5mm vč obturátoru pro každou optiku	<i>Ano</i>	Ano
Příslušenství		
světlovodný kabel, vysokovýkonný, délka min 2,5 m pro každou optiku	<i>ANO; kompatibilní s optikami a světelnými zdroji STORZ na COS</i>	ano
Autoklavovatelný sterilizační kontejner	<i>NE</i>	ne
Sterilizační košík nerez pro každou optiku včetně světlovodného kabelu	<i>NE</i>	ne
Silikonové držáky pro uložení optik	<i>NE</i>	ne
Možnost nabídnout stávající poškozenou optiku dodavateli na protúčec	<i>NE</i>	ne