

RADIX CZ
zdravotnická technika

Ing. Jan Hušek
RADIX CZ s.r.o.
Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora, Karlov
tel.:
fax:
e-m:

Komu: **AGEL a.s.**
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1
Česká Republika

Název: FLEXIBILNÍ RHINO-LARYNGOSKOP PRO SPOLEČNOST AGEL STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ

Nabídka číslo: **337-22-JH-R4** **30.11.2022**


kat. číslo	název	kusů / MJ	DPH%	cena / kus / MJ bez DPH	CELKEM BEZ DPH
11101RP2	Flexibilní rhino-laryngoskopKARL STORZ, pracovní délka 300 mm, průměr 3.5 mm, směr pohledu 0°, úhel pohledu 70°, angulace distálního konce nahoru/dolů 180°/90°. Součástí je kufr a tlaková zátka	1	21		
13242XL	Testr těsnosti	1	21		

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Základní cena bez DPH:	103 475,00 Kč
0%	0,00	0,00	Cena celkem bez DPH:	103 475,00 Kč
15%	0,00	0,00	DPH:	21 729,75 Kč
21%	103 475,00	21 729,75		

Cena celkem včetně DPH: **125 204,75 Kč**

Doprava, instalace a zaškolení je v ceně dodávky, servis zajišťuje RADIX CZ s.r.o.

Děkuji Vám za Váš zájem a v případě dotazů se na mne, prosím, kdykoliv s důvěrou obraťte.
S pozdravem



174321
 X CZ
 Technika
 HORA
 YNA

**Rhinolaryngoskop flexibilní - specifikace
 minimálních požadavků**
 Lokace: **Agel Středomoravská nemocniční a.s. -
 Nemocnice Píerov - ORL**
 Kód ID: **00008478**
 Množství: **1 ks**

Technické parametry	Uchazeč	RADIX CZ s.r.o.
Technické parametry	Název nabízené technologie	Flexibilní rhino laryngoskop
Technické parametry	Výrobce	Karl Storz
Technické parametry	Požadovaná hodnota	Uchazečem uvedená hodnota
Kompatibilita		
Kompatibilita se stávajícím vybavením	Kompatibilita s kamerovými systémy, zdroji světla a světlovodnými kabely různých známých výrobců - jako např.: KARL STORZ, Olympus, WOLF, AESCULAP	Ano
Technické parametry		
Směr pohledu	přímý	Ano
Zorné pole	min. 70°	Ano
Pracovní délka	max. 300 mm	Ano, 300 mm
Vnější průměr	max. 3,5 mm	Ano, 3,5 mm
Pohyb distálního konce nahoru/dolů	130°/130°, případně 180°/90°	180°/90°
Hloubka zorného pole	min. 5 - 50 mm	Ano, 1-50 mm
Možnost přímého pohledu do fibroskopu + možnost připojení fibroskopu ke standardním kamerovým hlavám	Ano	Ano
Kontinuální ostření obrazu	Ano	Ano
Možnost stávajícího endoskopu protihodnotou za nový	Ano	Ano
Příslušenství		
Základní příslušenství: testr těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr	Ano	Ano
Integrovaný světlovod	NE	Ne
LED bateriový zdroj	NE	Ne
100% výkon po dobu	NE	Ne
Dobíjecí nebo bateriové provedení, společně s akumulátorem, ev. společně s nabíjecím zařízením a čtyřmi kusy AA baterií	NE	Ne