

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA

### ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 6 - URGENTNÍ TRANSPORTNÍ LŮŽKO (STRETCHER) S PŘÍSLUŠENSTVÍM

### ZADAVATEL

Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:	[REDAKCE]				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené

### DODAVATEL

Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:	[REDAKCE]	Kontaktní osoba:	[REDAKCE]		

### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
		Urgentní transportní lůžko s příslušenstvím		36	Název: Sprint 100 Sériové číslo: 1ES15409-199
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
	Stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka.			ANO	
	Hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 60-85 cm, nožní ovládací páky na obou stranách lůžka.			ANO, 55,5 - 88 cm	
	Čtyřdílná ložná plocha cca 190x65 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním (pomocí plynových pružin, apod.)			ANO, 193 x 66 cm	
	Hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°.			ANO, 18°	
	Integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka s ochranou proti nechtěnému spuštění, bezpečné brzděné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou			ANO	
	Kolečka s centrálním ovládním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm + výsuvné a odpružené centrální páte kolečko pro snadnou manipulaci.			ANO, 200 mm	
	Prostor na umístění tlakové lahve O2.			ANO	
	Univerzální držáky na drobné příslušenství.			ANO	
	Ochranná kolečka v rozích lůžka a nárazníky po celém obvodu lůžka			ANO	
	Nosnost minimálně 250 kg.			ANO, 320 kg	
	Možnost snímání pacienta C ramenem kontinuálně bez omezení od hlavy k pánvi pacienta, držák RTG kazety posuvný pod ložnou plochou.			ANO	
	Integrované řídicí madlo u nohou pacienta. Sklopný stolek dokumentaci, příp. transportní monitor vitálních funkcí s popruhem k jeho uchycení při transportu			ANO	
	2x integrovaný sklopný/výsuvný infuzní stojan u hlavy pacienta.			ANO	
	Matrace ze studené PUR pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem.			ANO, Standard	

Integrovaný systém usnadňující přesun pacient			ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			<b>Přílohy:</b> Katalog Sprint 100, Prohlášení o shodě Sprint 100
			V Želevčicích [REDACTED]

