

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – VZDUCHOTECHNIKA**

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Část 1 - Přístroj pro dezinfekci vnitřních prostor**

ZADAVATEL

Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice	IČO:	26361078		
Statutární zástupce:	[REDAKCE]				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení

DODAVATEL

Název dodavatele:	Stanislav Kotlár		
Sídlo:	Čelakovická 3267, 40747 Varnsdorf	IČO:	01342690
Statutární zástupce:	[REDAKCE]	Kontaktní osoba:	[REDAKCE]

**POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

- V souladu se čl. 5.3 **Zadávací dokumentace** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).** V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.** Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty),** požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELEVLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1	Přístroj pro dezinfekci vnitřních prostor		24	<b>Název:</b> Nocospray <b>Sériové číslo:</b> 2000.001	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>				<b>Výrobce:</b> Oxypharm s.r.l., 829 rue Marcel Paul - 94500 Champigny-sur-Marne	
• K dezinfekci povrchů parami vodíku a komplexů iontů stříbra				ANO	
• Hmotnost do 7 kg				ANO	6kg
• Napájení 220-240 V, 230-240 V				ANO	230 V
• Odchozí rychlost částic: min. 80 m.s-1				ANO	80 m/s
• Automatické vypnutí, zpožděný start				ANO	
• Pro velikost prostor: 10-1000 m <sup>3</sup>				ANO	10-1000 m3
• Funkce časovače a USB tracking				ANO	
• Dezinfekční činidlo z 99,9 % biologicky odbouratelné - kompatibilní s přístrojem				ANO	99,9% biologicky odbouratelné činidlo
• Virucidní, baktericidní, sporicidní a fungicidní účinky				ANO	
• Šetrné ke všem druhům povrchů – nezpůsobuje korozi				ANO	
• Při použití správného činidla možná dezinfekce				ANO	
• Servis v ČR				ANO	
• Starter KIT - 10 ks balení činidla pro každý přístroj				ANO	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchyłka +/- 10 %.				<b>Přílohy:</b> www.oxypharm.cz	
					