

Příloha č. 1 b) - Technická specifikace - Automat pro zpracování tkání (parafínový procesor)

ČÁST 2 : Automat pro zpracování tkání (parafínový procesor)

Interní číslo části 2 VZ: 2022_055_02_00

Dodavatel (účastník, název / IČ)		INTES BOHEMIA s.r.o./48110639
Výrobce		Epredia, Shandon Diagnostics Ltd.
Model nabídnutého přístroje		Revos
Položka číslo	Požadovaný parametr s uvedenou mezní hodnotou požadavku	Hodnota požadovaného parametru pro nabízený systém (Vyplní účastník)
1.	Automat pro zpracování tkání (parafínový procesor)	Ano
1.1	s certifikací pro IVD zdrav. prostředky	Ano, IVDr třída A
1.2	systém rotace kazet v komoře během zpracování tkání	Ano
1.3	systém rotace roztoků navazující na měření kvality dehydratačního roztoku	Ano
1.4	používání běžných druhů roztoků	Ano
1.5	automatická rotace roztoků během procesu	Ano
1.6	barevný display a software v českém jazyce	Ano
1.7	kapacita zpracování min. 300 vzorků	Ano, 300 vzorků
1.8	odsávání a filtrace par ze skladovacích prostor pro roztoky a komory	Ano, nezávislý odsávací systém s filtry.
1.9	min. 11 nádob na roztoky pro zpracování tkání	Ano, 2x Fixce, 6x Dehydratace, 3x Xylen, 3x Parafín, 3xČistící, 2x doplňovací
1.10	min. 3 parafínové zásobníky	Ano, 3x parafín
1.11	oddělené zásobníky roztoků pro čistící cyklus	Ano, 3x oddělené zásobníky
1.12	vestavěný záložní napájecí zdroj na dobu provozu min. 2h	Ano, 3 hodiny
1.13	naprogramování odloženého startu procesu	Ano
1.14	vzdálená správa	Ano
1.15	modul pro zasílání SMS v případě poruchy	Ano
1.16	připojení do LIS zadavatele	Ano

V: Praze Dne:6.1.2023

.....
za INTES BOHEMIA s.r.o.,Ing. Jiří
Bejček, jednatel