



Část 1 VZ	Stůl operační 2ks	Projekt: A3-054-RT
-----------	-------------------	--------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** mobilní modulární operační stoly k použití na operačních sálech

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. Specifikace:

Mobilní operační stůl MEERA

5. *Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
Stůl operační mobilní modulární		
1. Modulární operační deska s 5ti segmenty (hlava, horní zádový, dolní zádový, dva nožní segmenty)	Ano	Návod k obsluze od str. 99
2. Základní deska s gynekologickým výřezem	Ano	Návod k obsluze od str. 76
3. Elektromotorický systém ovládání polohovatelnosti stolu	Ano	Návod k obsluze od str. 55
4. Nožní část dělená, dvoudílná a odnímatelná (možnost roztažení)	Ano	Návod k obsluze od str. 76
5. Zádová a nožní část elektricky polohovatelná	Ano	Návod k obsluze str. 101, str. 102
6. Podélný posun operační desky	Ano, 310 mm	Návod k obsluze str. 100
7. Hlavový díl odnímatelný, sklopný upevněný dvěma klouby	Ano	
8. Horní zádový díl odnímatelný	Ano	
9. Mobilní systém <ul style="list-style-type: none"> základna včetně podvozku z nerezů kolečka 4ks, průměr 100 mm s centrální mechanickou brzdou kolečka integrovaná v základně s dosednutím základny na podlahu 	Ano	Návod k obsluze str. 64
10. Operační deska stolu RTG transparentní	Ano	
11. Šířka stolu min. 540 mm bez postranních lišt	Ano	Návod k obsluze str. 99
12. Nastavení výšky pracovní desky stolu elektricky v rozsahu 600–950 mm (bez polstrů)	Ano, 600 – 1050 mm	Návod k obsluze str. 99
13. Napájení stolu vysokokapacitními bateriemi	Ano	Návod k obsluze str. 57
14. Ovladač stolu dálkový vč. nabíjecí stanice	Ano	
15. Ovladač nouzový na základně stolu (bok) s indikací aktuálního stavu baterií	Ano	Návod k obsluze str. 27
16. Nosnost stolu min. 400 kg	Ano	Návod k obsluze str. 117
17. Polstry <ul style="list-style-type: none"> min. 80 mm vysoké snižující riziko vzniku proleženin (měkké) snadno odnímatelné snadná údržba/čištění (omyvatelné) 	Ano, 80 mm	



Příloha č. 1. Technická specifikace

18. Alarmy akustické a optické	Ano	Manuál str.55
19. Elektricky polohovatelné náklony:		
a. Trendelenburg/ reverzní Trend. min. $\pm 30^\circ$	Ano, $35^\circ/25^\circ$	Operační stůl lze sestavit v normální nebo reverzní pozici, tudíž lze zvolit hodnotu trend/antitrend dle potřeby. Uvedený parametr má také vždy odchylku, nelze naměřit přesně. Návod k obsluze str. 100
b. Polohování nožní části + 80° / - 90°	Ano, $80^\circ/90^\circ$	Návod k obsluze str. 102
c. Laterální náklon min. $\pm 20^\circ$	Ano, 20°	Návod k obsluze str. 101
d. Polohování zádové části min. + 70° / - 40°	Ano $70^\circ/40^\circ$	Návod k obsluze str. 101
20. Příslušenství ke každému stolu:		
a. 1ks rám anesteziologický		
b. 1pár podložka ruky anesteziologická		
c. 1ks pás poutací s popruhem pro fixaci pacienta		
d. 1pár upínka ruky k eurolišťe		
e. 1pár zarážka ramenní vč. svorek		
f. 1pár šauty gynekologické mechanické vč. svorek		
g. 1ks miska nerezová s odtokem		