

Nextractor[®] NX-48S

Technická specifikace



 Nextractor[®] NX-48S



Automatický izolátor RNA/DNA z různých typů vzorků

- 1-48 vzorků v jednom cyklu
- předvyplněné izolační kazety
(variabilita v počtu vzorků – 1/8/24 izolační kazety)
- 15-30 minut izolační protokol
- rozměry: 36.4 x 38.6 x 42 (cm), hmotnost 25 kg
- extrakce na principu magnetických kuliček
- extrakce virové/bakteriální DNA/RNA z různých typů vzorků –
výtěry, krev, moč, sliny, sérum, plasma, BAL, sputum, tkáň,
FFPE
- 7" barevná dotyková obrazovka pro ovládání
- Senzor dvířek pro zajištění bezpečnosti
- Integrovaná UV lampa pro sterilizaci
- USB konektory
- Napájení 240 V/ 50Hz
- Objemy vzorů 200-400 µl
- Eluční objemy 50-150 µl



Distribuce pro ČR:
GALI spol. s r.o.
Ke Stadionu 179 51301
Semily
Tel.: 
Email: 





Prohlášení o shodě

My

Genolution Inc

se sídlem

Rm 506, Rm 804, Bldg. A, 11, Beobwon-ro 11-gil, Songpa-gu, Seoul 05836, Korejská republika

tímto prohlašujeme, že produkty na seznamu níže jsou v souladu se základními požadavky a ustanoveními dle směrnice 97/79/EC.

EC směrnice: IVDD
EDMA kód: 26.02
Popis: Automatický izolátor nukleových kyselin

Seznam výrobků:

Číslo	Kód výrobku	Název výrobku
1	NX-48S	Nextractor®


Evropský autorizační zástupce:

Cargo Alliance Service GmbH, Cargo City South, BLDG 534, RM 7078 60549
Frankfurt nad Mohanem, Německo

Klasifikace: IVDD (Směrnice 98/79/EC) Příloha III, Všeobecně

Seznam použitých norem:

EN ISO 13485:2016	EN ISO 15223-1:2016
EN ISO 18113-1:2011	EN 62304:2006
EN ISO 18113-2:2011	EN ISO 14971:2012
EN 61010-1:2010	IEC 61326-1:2012
EN 61010-2-051:2015	EN 61010-2-101:2017



2020-03-17

Datum

Prohlášení o shodě

My

Genolution Inc

se sídlem

Rm 506, Rm 804, Bldg. A, 11, Beobwon-ro 11-gil, Songpa-gu, Seoul 05836, Korejská republika

tímto prohlašujeme, že produkty na seznamu níže jsou v souladu se základními požadavky a ustanoveními dle směrnice 97/79/EC.

EC směrnice: IVDD
EDMA kód: 15.90.40.01
Popis: Reagencie pro izolaci nukleových kyselin

Seznam výrobků:

Číslo	Kód výrobku	Název výrobku
1	BD143, BD153, BD163, BD146, BD156, BD166,	NX-48S Bakteriální DNA souprava
2	CD141, CD151, CD161	NX-48S Buněčná DNA souprava
3	CR141, CR151, CR161	NX-48S Buněčná RNA souprava
4	FF141, FF151, FF161	NX-48S FFPE DNA souprava
5	PD141, PD151, PD161, PD142, PD152, PD162	NX-48S Rostlinná DNA souprava
6	SD141, SD151, SD161	NX-48S souprava DNA ze stolice
7	SR141, SR151, SR161	NX-48S souprava RNA ze stolice
8	TD141, TD151, TD161	NX-48S Tkáňová DNA souprava
9	US141, US151, US161, US142, US152, US162	NX-48S Moč/výtěrová DNA souprava
10	VD141, VD151, VD161	NX-48S Virová DNA souprava
11	VN141, VN151, VN161, VN142, VN152, VN162, VN143, VN153, VN163	NX-48S Virová NA souprava
12	VR142, VR152, VR162	NX-48S Virová RNA souprava
13	FD141, FD151, FD161	NX-48S Potravinová DNA souprava
14	GD141, GD151, GD161, GD142, GD152, GD162	NX-48S Genomová DNA souprava

Evropský autorizační zástupce:

Cargo Alliance Service GmbH, Cargo City South, BLDG 534, RM 7078 60549
Frankfurt nad Mohanem, Německo

Klasifikace: IVDD (Směrnice 98/79/EC) Příloha III, Všeobecně

Seznam použitých norem:

EN ISO 13485:2016
EN ISO 18113-1:2011
EN ISO 18113-2:2011
EN ISO 15223-1:2016
EN ISO 23640:2011
EN ISO 14971:2012

2020-03-17

Datum

Genolution Inc.
Rm 506, Bldg.A. 11
Beobwon-ro 11-gil, Songpa-gu
Seoul 05836, Republic of Korea
t: +82-2-449-8670
f: +82-2-449-8671
www.genolution1.com



TRAINING CERTIFICATE

We hereby certify, the Genolution Inc., located Rm 506, Bldg.A. 11 Beobwon-ro 11-gil, Songpa-gu Seoul 05836, Republic of Korea, that we are the manufacturer of the **Nextractor® NX-48S** system.

We also confirm that [REDACTED] has been trained for the installation and technical service of the NX-48S system.

Training details:

Equipment/Machine trained	Nextractor NX-48S system
Focus of training	Installation of new machine at customers site and technical service (preventive and failure) of Nextractor NX-48S system
Trained person (date of birth)	[REDACTED]
Trained person company	GALI spol. s.r.o., Semily 513 01, Czech Republic
Date of training	10.-13. February 2020
Place of training	Genolution Inc, Rm 506, Bldg.A. 11, Seoul 05836, Republic of Korea
Result of training	Passed

This certificate was issued by manufacturer of **Nextractor® NX-48S** system, Genolution Inc. Company

Seoul, the 23th of July 2020

