

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO ROKYCANSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ČÁST 1 - Resuscitační lůžko			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Rokycanská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Voldušská 750, 337 01 Rokycany	IČO:	26360900
Statutární zástupce:	Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Ing. Michal Filaf, člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL			
Název dodavatele:	PROMA REHA, s.r.o.		
Sídlo:	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice	IČO:	63219107
Statutární zástupce:	Mgr. Filip Vojtěch, výkonný ředitel, na základě plné moci	Kontaktní osoba:	Štěpán Čermák
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude požadováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících
1.	Resuscitační lůžko	2	36
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE			
Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:		ANO	
Název: INVENT 3C			
Sériové číslo:			
Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.			
Závazná specifikace zadavatele:			
Bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění.			
Velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka.			
Bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg.			
Zdvíh ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta.			
Elektricky polohovatelná čtyřlůžná ložná plocha cca 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu.			
Minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů).			
Ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka.			
Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm.			
Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu.			
Funkce laterálního náklonu-oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15°.			
Mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR.			
Kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytáhnutí při transportu.			
Kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači.			
Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 40cm nad ložnou plochou, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř.			
Centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možnosti blokáce (zámký) jednotlivých funkcí a přednastavenými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu 30°, kardiacké křeslo, případně další...).			
Automatická (proudová) ochrana všech motorů před přetížením.			
Oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci.			
Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm.			
Systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka), nejlépe automatická brzda.			
Centrální páteř kolečka pro snadnou manipulaci s lůžkem.			
Univerzální lišty a držáky na příslušenství.			
Ochranná kolečka v rozích lůžka.			
Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti.			
Svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel.			
příslušenství:			
Hrazda se samonavíjecí rukojetí.			
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.			
		V České Skalici	
		Zpracoval:	

