

Příloha č. 3 - Technická specifikace

Část 2

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Ultrazvuková čistička	Regulovatelná intenzita ultrazvuku -	ANO
	Funkce pro homogenní rozdělení zvukového	ANO
	Funkce pro odplynění v čisticí tekutině.	ANO
	Možnost ohřevu vody v lázni.	ANO
	Víko a nerezový koš součástí dodávky.	ANO
	Materiál lázně nerezová ocel, materiál pláště	ANO
	Objem lázně v rozsahu 26 - 35 l.	ANO
	Výtokový kohout.	ANO
	Minimální vnitřní rozměry lázně: šířka 400	ANO