

## Příloha č. 3 - Technická specifikace

### Část 1

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
<b>Multimetr</b>	Digitální víceparametrový přístroj pro	ANO
	Tříkanálový vstup.	ANO
	Barevný grafický displej.	ANO
	Bateriový provoz.	ANO
	Paměť dat, USB rozhraní.	ANO
	V kufříkové soupravě.	ANO
	Elektrody min.: digitální pH elektroda, digitální vodivostní cela, optická kyslíková	ANO, Součástí dodávky: digitální pH elektroda, digitální vodivostní cela, optická kyslíková sonda
	Dodání včetně počátečního kalibračního kitu, síťový napáječ, stativ, softwarový	ANO, Součástí dodávky: QSC Kit, síťový napáječ, stativ, softwarový ovládač pro USB, kabel
	Dodání včetně: pufr pH 4,01, pufr pH 7,00, KCl-50, min 50 ml standardu 1413 uS/cm,	ANO, Součástí dodávky: pufr STP 4, pufr STP 7, KCl-50, 50 ml standardu 1413 uS/cm, SM Pro