

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 2 - VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO - ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ VÝŠKA					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice	IČO:	263 61 078		
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	PROMA REHA, s.r.o.				
Sídlo:	Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice	IČO:	63219107		
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Vyšetřovací lehátko – elektricky nastavitelná výška		36	Název: ELEVA E Sériové číslo: bude doplněno až po vyrobení Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:					
	Dvoudílné vyšetřovací lehátko bez otvoru pro obličej			ano	
	Výška lehátka nastavitelná elektricky			ano	
	Výškové nastavení minimálně v rozsahu 35 cm			ano	52-89 cm, tedy 37 cm
	kovová konstrukce			ano	
	Rozměry ložné plochy: šířka min. 70 cm, délka maximálně 200 cm			ano	72x200 cm
	Nastavitelný sklon podhlavníku plynovou pružinou (vzpěrou)			ano	
	Délka podhlavníku min. 60 cm			ano	78 cm
	Nosnost min. 160 kg			ano	230 kg
	Polstrování i konstrukce omyvatelná a odolná desinfekci			ano	
	min. 4 ks manipulačních koleček pro pojezd lehátka po místnosti (pohyblivé pouze v nejnižší poloze nebo s centrální brzdou)			ano	150 mm s centrální brzdou
	držák na roli			ano	
	Barva – možnost výběru ze standardního vzorníku			ano	
				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
U všech číselné vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.				Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍ	
					