

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Torakoskopický systém			
Tele Pack+ Karl Storz			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Přenosná jednotka s integrovaným LED zdrojem světla, kamerovou jednotkou, obrazovkou a záznamovým zařízením nebo samostatné řešení	ANO	Přenosná jednotka s integrovaným LED zdrojem světla, kamerovou jednotkou, obrazovkou a záznamovým zařízením	
MDE monitor 1 ks			
LCD technologie	ANO	Ano	
Úhlopříčka min. 18"	ANO	Ano, 18,5"	
Rozlišení obrazu 1920 x 1080	ANO	1920 x 1080	
Svítivost min. 400 cd/m ²	ANO	500 cd/m ²	
Kontrast min. 1000:1	ANO	Ano, 1000:1,5"	
Režim HDTV	ANO	Ano	
Obrazové výstupy min.: 1x SD/HD/3G-SDI nebo 1x DVI-D	ANO	1x DVI-D	
Připojení VESA 100	ANO	Ano, VESA 100	
HDTV video-systém vč. integrovaného LED zdroje světla 1 ks			
HDTV video-systém s rozlišením 1080p	ANO	Ano	
Zdroj světla, životnost min. 2000 hodin	ANO	Ano, 30 000 hodin	
Výstup digitálního signálu - DVI	ANO	Ano	
Digitální zoom min. 2x	ANO	Ano, 2x	
Možnost ukládání: min. 6x USB, konektor pro externí pevné disky a případně tiskárny	ANO	Ano, 6x USB	
Formát obrázku JPEG	ANO	Ano	
Formát videa MPEG - 4	ANO	Ano	
Ukládání patientských zpráv (informace o pacientovi, obrázky, videa)	ANO	Ano	
Kamerová hlava 1 ks			
Jednočipová CMOS FULL HD nebo jednočipová CCD s min. rozlišením FULL HD endoskopická kamerová hlava	ANO	Ano, 1-čipová CMOS FULL HD	
Zvětšení 1,0x	ANO	Ano, 2x v pěti krocích	
Možnost mechanického ostření	ANO	Ano	
Vestavěný moiré filtr	ANO	Ano	
Připojení k optikám standardních výrobců	ANO	Ano	
Délka přípojného kabelu min. 3 m	ANO	Ano, 3 m	
2 programovatelná ovládací tlačítka	ANO	Ano	
Váha kamerové hlavy max. 140 g	ANO	Ano, 130 g	
Rigidní optika s přímým pracovním kanálem o průměru 6 mm 1 ks, světlovodný kabel 1 ks			
Optika s podporou úzkopásmového zobrazování	ANO	Ano	
Optika o průměru 10 mm	ANO	Ano	
Směr úhlu pohledu 0°	ANO	Ano	
Pracovní délka optiky min. 270 mm	ANO	Ano, 270 mm	
Autoklávovatelná optika	ANO	Ano,	
Sterilizační kontejner pro optiku	ANO	Ano,	
Světlovodný kabel průměr 4,25 mm, délka min. 2,5 m, autoklávovatelný	ANO	Ano, délka 2,5 m	
Rigidní optika 1 ks, světlovodný kabel 1 ks			
Optika s podporou úzkopásmového zobrazování	ANO	Ano	
Optika o průměru 10 mm	ANO	Ano	

Nastavitelný úhel pohledu v rozsahu 0° - 120°	ANO	Ano	
Pracovní délka optiky min. 320 mm	ANO	Ano, 320 mm	
Autoklávovatelná optika	ANO	Ano	
Sterilizační kontejner pro optiku	ANO	Ano	
Světlovodný kabel průměr 4,25 mm, délka min. 2,5 m, autoklávovatelný	ANO	Ano, délka 2,5 m	
Záznamové zařízení, pokud není součástí přenosného systému 1 ks			
Medicinské nahrávací zařízení kompaktních rozměrů s vestavěným informativním LCD min. 3,5"	ANO	Ano, součástí přenosného systému	
Náhrávání foto, video až 1080p a zvukového doprovodu	ANO	Ano	
Zadávání patientských dat pomocí klávesnice	ANO	Ano	
Ovládání z tlačítek endoskopu	ANO	Ano	
Možnost kontroly nahraného foto/video na vestavěném LCD	ANO	Ano	
Příslušenství - Bioptické kleště pro použití v pracovním kanále rigidní optiky 5 mm - 1 ks			
Bioptické kleště	ANO	Ano	
Průměr 5 mm, délka min. 330 mm	ANO	Ano, délka 430 mm	
Délka branží min. 14 mm	ANO	Ano, 15 mm	
Rukojeť s monopolárním připojením	ANO	Ano	
Přístrojový vozík (MDE) 1 ks			
Izolační transformátor	ANO	Ano	
Nastavitelné rameno pro LCD monitor nebo přenosnou jednotku	ANO	Ano	
4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich brzděná	ANO	Ano, 4 brzděná	
Držák infuzních vaků	ANO	Ano	
Police pro klávesnici	ANO	Ano	
Držák nebo šuplík na kamerovou hlavu	ANO	Ano, držák kamerové hlavy	
Manipulační madla	ANO	Ano	
Antistatická povrchová úprava	ANO	Ano	
Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry – hodnotící kritérium			
hodnotící kritérium - 5 bodů			
Integrovaný LED zdroj světla, životnost min. 30 000 hodin	ANO/NE ANO = 5 bodů NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 3 body			
Dva různé konektory pro videopříslušenství vč. možnosti přepínání mezi různými hlavami kamer nebo videoendoskopů	ANO/NE ANO = 3 body NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 3 body			
Přímý pracovní kanál o průměru 6 mm, určený pro rigidní endoskopické (laparoskopické) instrumenty s průměrem 5 mm	ANO/NE ANO = 3 body NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 10 bodů			
Přenosná kompaktní jednotka	ANO/NE ANO = 10 bodů NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 4 body			
Kamera FULL HD	ANO/NE ANO = 4 body NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 1 bod			
Svítivost min. 500 cd/m ²	ANO/NE ANO = 1 bod NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 1 bod			
Kontrast min. 1200:1	ANO/NE ANO = 1 bod NE = 0 bodů	Ano	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)