



Část 1 VZ	Podložka vyhřívací ochlazovací	Projekt: A3-001-RT
-----------	--------------------------------	--------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: přístroj pro řízený teplotní management pacienta pro použití v intenzivní péči

3. Kompatibilita: není požadována

4. Specifikace: CritiCool® (230V), výrobce Belmont Medical Technologies

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na č. stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Přístroj k řízení teplotního managementu pacienta, pro všechny věkové kategorie (děti, dospělí)	ANO	Prospekt str. 2
2. Mikroprocesorem řízený hyper-hypotermický vodní systém	ANO	Prospekt str. 2 Návod str. 2-2
3. Systém pro pokrytí 85 % povrchu těla	ANO	Prospekt str. 2
4. Automatické režimy normotermie (ohřev, ochlazování a udržování teploty pacienta)	ANO	Návod k použití str. 2-12,4-15,4-28
5. Displej ovládací barevný	ANO	Prospekt str. 2
6. Zobrazení cílových/aktuálních hodnot, zpráv, grafu teploty	ANO	Prospekt str. 2
7. Alarmy akustické a optické (vadný sensor, překročení teploty a nedostatek kapaliny)	ANO	Návod k použití str. 7-4 až 7-8
8. Čidla bezpečnostní spojená s alarmy	ANO	Návod k použití např. str. 4-39 Prospekt str. 3
9. Přesnost sensorů min. 0,3°C	ANO	Prospekt str. 3
10. Připojení příkrývek pro opakované použití, nebo jednorázových příkrývek (velikost dospělí a děti)	ANO, jednorázové	Prospekt str. 2
11. Filtr mikronový pro ochranu vodní pumpy	ANO	Prospekt str. 3
12. Objem nádrže min. 5 l	ANO	Prospekt str. 3
13. Regulace teploty pacienta v rozmezí min. 32°C–38°C	ANO 30°C–40°C	Návod k použití str. 2-12,4-23
14. Teplota výstupu vody v rozmezí minimálně 13°C až 40 °C	ANO 13°C až 40°C	Prospekt str. 3
15. Přednastavené funkce pro ohřev a chlazení	ANO	Návod k použití str. 4-22,4-23,4-27
16. Mobilní přístroj, min. 2 kolečka brzděná	ANO	Prospekt str. 3
17. <u>Příslušenství společné k oběma přístrojům:</u> a. 10 ks jednorázových příkrývek pro dospělé, nebo 4ks matrace pro opakované použití vč. matrace antidekubitní a 2ks pokrývky hlavy b. 2ks propojovací kabel c. 2ks sonda teplotní kožní vč. propojovacích kabelů d. 4ks sonda teplotní rektální vč. propojovacích kabelů	ANO	Příložená cenová nabídka