

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI A.S. – ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA A DEZINFEKČNÍ TECHNIKA - VZMR

### ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 3 - Laryngoskopická rukojeť se sadou lžic a dokovací stanicí

### ZADAVATEL

Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 22 Domažlice			IČO:	26361078
Statutární zástupce:	[REDAKOVANÉ]				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	poptávkové

### DODAVATEL

Název dodavatele:	POLYMED medical CZ, a.s.				
Sídlo:	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové			IČO:	27529053
Statutární zástupce:	[REDAKOVANÉ]	Kontaktní osoba:	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]	[REDAKOVANÉ]

### POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se **čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky** dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. **Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné)**. V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce**. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky**, že se jedná o **parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele**. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)**, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.

- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	Laryngoskopická rukojeť se sadou lžic a dokovací stanicí		36	<p>Název: Laryngoskopická sada</p> <p>Sériové číslo: bude doplněno při předání na dodacím listu</p> <p>Výrobce: Rhein Enterprises (Pvt) Ltd.,</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>ANO</p> <p>Přílohy: Prospekty</p>	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b> Laryngoskopická kovová sada s vláknovou světelnou technologií a LED zdrojem světla, resterilizovatelné kovové lžice. Rukojeť laryngoskopu kovová průměr 28 mm Laryngoskopická lžice Mc Intosh velikost 3 Laryngoskopická lžice Mc Intosh velikost 4 Laryngoskopická lžice FLEX Mc Intosh velikost 3 Laryngoskopická lžice FLEX Mc Intosh velikost 4 Lžice Mc Intosh vel. 1 a 2 + pro novorozence lžice Miller (Maxlite) vel. 0 a 1 Dobíjecí stojánek s dobíjecí baterií U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylnka +/- 10 %.				V Hradci Králové dne 29.9.2022 	