# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - LABORATORNÍ TECHNIKA**

**ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**ČÁST 5 - Úpravna vody pro sterilizátor**

**ZADAVATEL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Název zadavatele:** | **Stodská nemocnice, a.s.** | | | | |
| Sídlo: | Hradecká 600, 333 01 Stod | | | IČO: | 26361086 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.; MUDr. Iva Pešková, člen představenstva | | | | |
| Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | nadlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení |

**DODAVATEL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Název dodavatele:** | AquaOsmotic s.r.o. | | |
| Sídlo: | Vrchlického 720, 666 01 Tišnov | **IČO:** | 4763084 |
| Statutární zástupce: | [redacted] | Kontaktní osoba: | [redacted] |

**POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.

- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele.** Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE" bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.** Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.

- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky**, že se jedná o **parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele**. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.

- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE | | | | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ** | **Počet kusů** | **Záruka v měsících** | ***Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:*** | ANO / NE |
| 1. | **Úpravna vody pro sterilizátor** | 1 | | **Název:** AQ 300K<br>**Sériové číslo:** 2915/2022<br>**Výrobce:** AquaOsmotic s.r.o. | |
| **Závazná specifikace zadavatele:** | | | | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) | |
| **Úpravna vody pro sterilizátory o výkonu 1.500 litrů/den** | | | | | |
| Příkon : cca 1 KW | | | | ANO | |
| Kvalita vody : splnění normy ČSN EN 285+A2, vodivost pod 1mikroS/cm | | | | ANO | |
| Výkon : 250 l/hod | | | | ANO | |
| Typy vody : změkčená + demineralizovaná | | | | ANO | |
| Max. denní výroba : 3.000 litrů | | | | ANO | |
| Sestava v konstrukci respektující normu ČSN EN 285 +A2 | | | | ANO | |
| 2 x vstupní mechanický filtr 20" nejlépe s automatickým propalchem | | | | ANO | |
| Změkčovač digitální objemové řízení Z 70 (2,0 m3/hod.) | | | | ANO | |
| Náhradní provoz při případné odstávce | | | | ANO | |
| Instalační sada, úprava odpadu, přepady, potrubní přípojky PVC. | | | | ANO | |
| 2 x filtrace pro reverzní osmózu UFB 20" včetně bloku akt. uhlí 20" | | | | ANO | |
| Reverzní osmóza včetně veškerého příslušenství | | | | ANO | |
| DEMI 2 x 835 | | | | ANO | |
| Zásobník vody 500 l skříňové provedení s výbavou, přepadem, plováky atd. | | | | ANO | |
| Digitální měřič specifické vodivosti se sondou (sklo / platina) | | | | ANO | |
| Nerezové dopravní čerpadlo s frekvenčním řízením | | | | ANO | |
| Instalace na místě při definování požadované přípravy | | | | ANO | |
| recyklace filtrátu, úspora vody, úspora filtrací, úspora el. energie | | | | ANO | |
| Vstupní tvrdost vody 7 °dH | | | | ANO | |
| U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10% | | | | [redacted] | |
| | | | | [redacted] | |