

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - INTENZIVNÍ PÉČE					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 8 – Vozík resuscitační					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šima, MBA – předseda představenstva; MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	na dle limitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	KLARO, spol. s r.o.				
Sídlo:	Podolská 103/126, 147 00 Praha 4	IČO:	61460478		
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKyny K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZARÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO / NE
	Vozík resuscitační	4	36	<p>Název: Zdravotnický vozík BASIC ZV1251N + příslušenství</p> <p>Sériové číslo: ZV1251N*+příslušenství: 5761*, 5770*, 5781*, 5756*, 5757*, 5755*, 5753ZN*, 5763P*, 5758*, 11244B, 5762*</p>	
Základní specifikace zadavatele:				Výrobce: KLARO, spol. s r.o.	
Vozík resuscitační				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Vozík musí být vybaven:					
infuzní stojan,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5761* - Nerez infuzní držák na korpus	
9x plastový výklopný box,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5770* - 9x plastový výklopný box	
nerezový držák pro 100 kusů rukavic,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5781* - Nerez držák rukavic 100ks	
nerezový otočný stolek se zajišťovacími pásy,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5756* - Nerez otočný stolek	
držák kontejneru na použité jehly,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5757* - Držák kontejneru na použité jehly	
nerezová kapsa na dokumenty,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5755* - Odkládací kapsa na dokumenty	
nerezový sklopný stolek s prolisem,				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5753ZN* - Nerez sklopný stolek	
Plstový odlamovací ampulí				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5763P* - Plastový odlamovací ampulí	
nerezový držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg),				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5758* - Nerez držák kyslíkové lahve	
elektrická zásuvková lišta s min. 6 zásuvkami a min.10A				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 11244B - Zásuvková lišta 6 x 220V, přívod 3m	
resuscitační podložka				ANO - Viz CN N3220162/01 - kat.č. 5762* - Resuscitační podložka	
575 cm x h55 cm x v105 cm (vysoká verze) - zkl. rozměry vozíku bez příslušenství				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výtuhla nebo nerezová ocel AISI304				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), koše možnost rozdělit příčkami; nosnost: 20kg				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
čelo zásuvky dle vzorníku barev (bude specifikováno uživatelem před podepsáním smlouvy na dodavatele na uživatele), počet zásuvek: min. 4 kusy				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
teleskopické kulíkové plnovýšuvy s dotahem a dotlumením				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
centrální zamykání				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
tlačné madlo: nerez ocel AISI304				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
4x kvalitní plastové kolo minimálně d=125 mm; 2x brzda; plastové nárazníky				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
celková nosnost: do 150 kg				ANO - Viz CN N3220162/01 - viz základní popis zdravotnického vozíku ZV1251N*	
Barevné určení bude specifikováno uživatelem před podepsáním smlouvy na dotaz dodavatele na uživatele				ANO	
Návod v českém jazyce					
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.					