

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ KŘESLA			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ČÁST 3 - Matrace antidekubitní IV st.			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL			
Název dodavatele:	Hilding Anders Česká republika a.s.		
Sídlo:	Branská 329, 514 01 Jilemnice	IČO:	26173212
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučováním, vypouštěním, doplňováním nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			
VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE			
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZARÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
1. Matrace antidekubitní IV st.	102	60	ANO / NE
Název: Ergonomix Visco Sériové číslo: unikátní pro každý kus matrace (bude přiděleno v průběhu výrobního procesu) Výrobce: Hilding Anders Česká republika a.s., Branská 329, 514 01 Jilemnice			
Závazná specifikace zadavatele:			
jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny			ANO
nosná část z PU pěny o hustotě min. 50kg/m3			ANO
odpor proti stlačení max. 3,0 kPa/m2			ANO
na celém povrchu vrstva min. 5cm z HR pěny s odporem proti stlačení max. 2,0 kPa/m2			ANO
jádro zajišťující zónovou tuhost alespoň v 7 zónách a dobrou ventilaci			ANO
všechny pěny s sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)			ANO
okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2)			ANO
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění			ANO
paropropustný			ANO
voděodolný			ANO
spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené			ANO
materiál potahu bakteriostatický			ANO
desinfikovatelný běžnými prostředky			ANO
pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)			ANO
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci			ANO
nosnost min. 150 kg			ANO
funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem Eleganza1			ANO
200x90cm			ANO
výška min. 14cm			ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			