

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - VYBAVENÍ GYNEKOLOGICKO-PORODNÍ ODDĚLENÍ			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 4 - Lůžko novorozenecké			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 610 86
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šima, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
Druh řízení:	otevřené řízení		
DODAVATEL			
Název dodavatele:	DARTIN spol. s r.o.		
Sídlo:	Suchbolská 688, 252 62, Horoměřice	IČO:	40763781
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
1. Lůžko novorozenecké	1	24	ANO
Závazná specifikace zadavatele: Lůžko novorozenecké - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: kompletně "ustrojené" lůžko k pozdnímu podvazu pupečníku, včetně vyhřívání matrace a resuscitačního příslušenství s odsávačkou, mixérem a T-resuscitátorem rPAP mobilní základna, 4 kolečka s brzdou malý půdorys umožňující umístění v bezprostřední blízkosti rodičky, podvozek max. 64cm x 65cm výška matrace el. nastavitelná nožním ovladačem rozsah nastavení výšky matrace minimálně 40cm z porodní výšky do resuscitační výšky minimálně 110cm nízká hmotnost pro snadnou manipulaci, maximálně 30kg prostor pro novorozence kónického tvaru s rozšířením v hlavové části integrované el. zásuvky 230V pro přídavné příslušenství bez horního nebo bočního tepelného zářiče pro zcela neomezený přístup k lůžku ze 4 stran vestavěný časovač s akustickým signálem po 1, 2 a 3 minutách, funkční i bez připojení ke zdroji el. energie 230V minimálně 2 eurolišty/medilíšty a kotevní bod pro nosič příslušenství integrované držáky tlakových lahví pro vzduch a kyslík minimálně pro lahev 1x 2 litry vzduch a 1x 2 litry kyslík košík na materiál hygienický sterilní jednorázový návlek na kompletní lůžko pro zrychlení přípravy před dalším použitím a pro operační sály			Název: LifeStart Sériové číslo: Výrobní čísla budou uvedena na dodacím listu při předání předmětu plnění Výrobce: Inspiration Healthcare Limited DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
			ANO
			ANO
			ANO, 64cm x 65cm
			ANO
			ANO, rozsah 40cm, výška 110cm
			ANO, 30kg
			ANO
			ANO
			ANO, 2 eurolišty a kotevní body
			ANO
			ANO
			ANO
			ANO, 30 minut
			ANO
Matrace			
matrace s aktivním vyhříváním			ANO
ovládací jednotka matrace s barevným dotykovým displejem			ANO
rozsah nastavení teploty 25-40°C s krokem po 1°C			ANO
možnost připojení minimálně 3 matrací/příkrývek k jedné ovládací jednotce s nezávislým nastavením teploty pro jednotlivé matrace/příkrývky			ANO
alarmy ve 3 stupních priority			ANO
záložní akumulátor na minimálně 20 minut provozu			ANO, 30 minut
monitorování kožní teploty se zobrazením teploty na barevném dotykovém displeji ovládací jednotky matrace jako volitelná funkce			ANO

Příslušenství pro resuscitaci	
odsávací jednotka s plynulým nastavením intenzity sání a vypínačem ON/OFF, který neovlivňuje nastavenou intenzitu sání	ANO
směšovač vzduch/kyslík s průtokoměrem	ANO
držák resuscitátoru	ANO
T-resuscitátor s precizním nastavením PIP i PEEP a bezpečným fixně přednastaveným pojistným přetlakovým ventilem na 30cm H ₂ O. Určený k resuscitaci s maskou i nasální resuscitaci/stabilizaci pomocí kanylek/nostrílek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow. Umožňující plynulé nastavení CPAP úrovně k podávání nCPAP pomocí kanylek/nostrílek (nasálních aplikátorů) obecně známých jako Infant Flow, Inspire nebo nFlow přímo na přístroji. Kompaktní rozměry maximálně 20x10x5cm, nízká hmotnost max. 0,5kg pro snadnou manipulaci a použití jako bezpečnou náhradu za samorozpínací vak	ANO
aplikační materiál pro resuscitaci minimálně 10-ti novorozenců	ANO pro 10 novorozenců
možnost opčního doplnění o zvlhčovač a vyhřívané okruhy pro resuscitaci / podávání nCPAP	ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.	
	