

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - INFUZNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 2 - Infuzní pumpy					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice			IČO:	26361078
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	POLYMED medical CZ, a.s.				
Sídlo:	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové			IČO:	27529053
Statutární zástupce:			Kontaktní osoba:		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Infuzní pumpa		26	Název: Volumetrická pumpa HP60 Sériové číslo: Bude doplněno při předání na dodacím listu	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: MEDCAPTAIN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.	

Infuzní pumpa - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:	DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
Přesnost dávkování: $\pm 5\%$,	ANO
Minimální rozsah rychlosti dávkování: 1 – 999 ml/hod.,	ANO
Nastavení dodaného objemu v rozsahu od 1 do 9999 ml	ANO
Možnost nastavení v režimu rychlost/objemu nebo objem/čas	ANO
Bolusy - manuální i s přednastavením objemu	ANO
Možnost podání bolusu v rozsahu min. 1 - 999 ml/hr a 1-99 ml	ANO
Mechanické, automatické zabezpečení proti volnému průtoku infuzní kapaliny - zabránění volného toku infuze do pacienta při otevření dvířek pumpy	ANO
Antibolusová funkce při okluzi	ANO
Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve třech úrovních v rozsahu min. 100-900 mmHg	ANO
Možnost funkce eliminující riziko podání nežádoucího bolusu po odstranění okluze infuzního setu	ANO
Systém KVO s více rychlostmi v rozsahu min. 1-5 ml/h	ANO
Detektor vzduchu s nastavitelným alarmovým limitem	ANO
Nastavení limitu alarmu pro velikost jedné bubliny vzduchu min. v rozsahu 50, 100, 250 a 500 μ l	ANO
Ke každé pumpě je požadováno dodání kapkového senzoru	ANO
Použití různých infuzních setů v pumpě od více výrobců, min. 3 výrobců: set pro běžnou infuzi, set pro transfuzi a set pro fotocitlivé léky	ANO
Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 6 hodin provozu při rychlosti 25 ml/h , automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě,	ANO
Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 min. IP32 chrání všechny části přístroje proti zatečení desinfekce/infuze	ANO
Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy: vzduch v lince, okluze, vybitá baterie, otevřené dvířka	ANO
Upevnění na infuzní stojan o průměru min. 20-40 mm nebo eurolištu	ANO
Hmotnost max. 2 kg vč. akumulátoru a upevnění na stojan/eurolištu	ANO
Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná identifikace alarmů	ANO
Provoz infuzní pumpy ze sítě (síťový adaptér bude součástí každé infuzní pumpy)	ANO
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.	Přílohy: Návod k použití
	V Hradci Králové dne 23.6.2022 
	