

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále OZ)

č.j. 341/23/CN

1 SMLUVNÍ STRANY

Prodávající

L I N E T spol. s r.o.

Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný

IČO/DIČ: 00507814/CZ00507814

Statutární zástupce:

E-mail:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále „**Prodávající**“)

a

Kupující

Domažlická nemocnice, a.s.

Sídlo: Kozinova 292, 344 01 Domažlice

IČO/DIČ: 26361078/ CZ699005333

Statutární zástupce:

E-mail:

Tel.:

Bankovní spojení:

(dále „**Kupující**“)

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. – ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA**“, Část 1a-g – **Zdravotnická lůžka a matrace**. Nabídka Prodávajícího byla Kupujícím jako zadavatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.

- 2.2. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s požadavky Kupujícího v uvedené veřejné zakázce, s rozsahem a povahou věci, která je předmětem koupě, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, servisní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné.
- 2.3. Účelem Smlouvy je dodání přístroje, který bude sloužit léčbě pacientů ve zdravotnickém zařízení.

3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zdravotnické přístroje, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy v množství uvedeném v této příloze (dále „přístroj“).
- 3.2. Součástí dodávky a plnění Smlouvy bude:
- doprava a dodání přístroje včetně příslušenství ve lhůtě stanovené ve čl. 6.1. Smlouvy,
 - vykládka v místě určeném Kupujícím,
 - provedení kompletního odborného zapojení, instalace, montáže a zprovoznění přístroje,
 - dodání návodu k obsluze, technických listů a prohlášení o shodě v českém jazyce,
 - základní a následné zaškolení k používání a údržbě přístroje podle čl. 8.2. Smlouvy,
 - likvidace případně vzniklého odpadu,
 - poskytnutí záruky za jakost v souladu se čl. 7.3. Smlouvy,
 - bezplatné provádění BTK po celou záruční dobu v intervalech určených právními předpisy a výrobcem přístroje,
 - provedení dalších činností sjednaných v této Smlouvě nebo nezbytných k řádnému fungování přístroje,
 - pro část 1b-g VZ dle Přílohy č. 1 Smlouvy také garance provádění PBTK a dalších opakovaných servisních činností v rámci pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby za podmínek uvedených v čl. 4.4. a v čl. 4.5. Smlouvy.
- 3.3. Prodávající odevzdáním přístroje umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci.
- 3.4. Přístroj musí být nový, kompletní a plně funkční. Dodaný přístroj musí být v souladu s požadavky Kupujícího a nabídkou Prodávajícího ve veřejné zakázce podle čl. 2.1. Smlouvy. Přístroj bude vhodný a plně použitelný pro sjednaný účel jeho použití v rámci této Smlouvy a v rozsahu, v jakém není tento účel konkrétně popsán, také vhodný a použitelný pro účel, k němuž se obvykle používá.
- 3.5. Prodávající prohlašuje, že je do předání výlučným vlastníkem přístroje, že na přístroji nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s přístrojem podle této Smlouvy disponovat. Prodávající dále prohlašuje, že dodávaný přístroj nemá žádné vady.
- 3.6. Kupující se zavazuje přístroj převzít a uhradit Prodávajícímu kupní cenu v souladu se čl. 4.1. Smlouvy.

4 KUPNÍ CENA

- 4.1. Kupující zaplatí Prodávajícímu za kompletní dodávku přístroje uvedeného ve čl. 3.1. Smlouvy a provedení dalších činností dle této Smlouvy **kupní cenu** ve výši **12 745 073,60 Kč** bez DPH (slovy: **dvanáct milionů sedm**

set čtyřicet pět tisíc sedmdesát tři korun českých šedesát haléřů bez DPH). Výše Kupní ceny včetně DPH podle zákona č. 235/2004 Sb. činí **14 739 391,28 Kč**. Položkové ceny jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy.

- 4.2. Kupní cena vychází z nabídky Prodávajícího, kterou podal na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná. Změna kupní ceny je přípustná pouze tehdy, je-li to sjednáno v této Smlouvě, dojde-li ke změně DPH nebo umožňují-li to právní předpisy.
- 4.3. Kupní cena zahrnuje náklady na provedení všech činností podle této Smlouvy, zejména na dodávku, montáž, instalaci, zaškolení, průběžné školení, BTK, záruční servis, dopravné, skladné, provedení předepsaných zkoušek, zajištění certifikátů, atestů, převod práv, pojištění, daně, poplatky a další náklady spojené s plněním Smlouvy. Prodávající není oprávněn účtovat další částky nad rámec kupní ceny.
- 4.4. Prodávající garantuje, že po skončení záruční doby dle čl. 7.3. Smlouvy bude poskytovat kompletní pozáruční servis dodaných přístrojů uvedených v části 1b-g Přílohy č. 1 Smlouvy po dobu 5 let. Prodávající je povinen pozáruční servis provádět tehdy, vyzve-li jej k tomu Kupující.

Pozáruční servis zahrnuje:

- provádění PBTK, jiné opakované servisní činnosti, elektrické revize, další zkoušky,
 - vystavení protokolu, dodávku náhradních dílů vč. kitů (jejich periodická výměna),
 - dodávku spotřebního materiálu,
 - náklady na dopravu včetně času stráveného na cestě.
- 4.5. Cena za provedení 1 PBTK za 1ks po dobu pozáručního servisu, která zahrnuje náklady na činnosti pozáručního servisu uvedené v čl. 4.4. Smlouvy, činí **7 206,00 Kč** bez DPH.

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Kupující uhradí kupní cenu podle čl. 4.1. Smlouvy na základě daňového dokladu (faktury), který Prodávající doručí do 10 dnů od předání a převzetí přístroje na základě předávacího protokolu. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na kontaktní e-mail Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.2. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení Kupujícímu. Termínem úhrady se rozumí den odepsání částky z účtu Kupujícího ve čl. 1 Smlouvy.
- 5.3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb.
- 5.4. Fakturu, která neodpovídá požadavkům, vrátí Kupující ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění Prodávajícímu. Od opětovného zaslání opravené faktury běží nová lhůta splatnosti. Faktura bude zejména obsahovat: označení smluvních stran, jejich identifikační údaje, den odeslání, splatnosti a den zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu, číslo účtu Prodávajícího vč. platebních symbolů, účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, označení dodaného přístroje, odkaz na Smlouvu, označení projektu (*Název projektu: Domažlická nemocnice - rozvoj a posílení odolnosti a připravenosti zdravotnického zařízení, Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016329*), kopie předávacího protokolu, podpis zástupce Prodávajícího.

6 DOBA A MÍSTO DODÁNÍ

- 6.1. Prodávající dodá přístroj do **12 týdnů** od účinnosti této Smlouvy. Dodáním se rozumí doprava přístroje do sídla Kupujícího, vykládka, odborné zapojení, montáž, instalace, předání souvisejících dokladů a úvodní zaškolení.

- 6.2. Přístroj bude dodán do sídla Kupujícího: **Domažlická nemocnice, a.s., Kozinova 292, 334 01 Domažlice**.
Kupující oznámí přesný termín dodání přístroje Kupujícímu alespoň 5 pracovních dnů předem.
- 6.3. Po předání přístroje, instalaci a úvodním zaškolení podepíše Kupující předběžný protokol, ve kterém potvrdí umístění přístroje ve svém sídle. Je-li zařízení předáváno po částech, o každém dílčím předání se pořídí dílčí zápis. Následně Kupující provede technické testování po dobu 7 dnů, kdy si vyzkouší fungování přístroje v provozu a ověří, zda přístroj splňuje požadavky podle této Smlouvy. O výsledku technického testování Kupující předem uvědomí Prodávajícího. Odpovídá-li přístroj Smlouvě, podepíší smluvní strany předávací protokol. Okamžikem podpisu předávacího protokolu přechází na Kupujícího vlastnictví přístroje a nebezpečí škody na něm. V případě nesplnění požadavků a parametrů Kupující přístroj nepřevzme a provede reklamaci v souladu se čl. 7 Smlouvy. Prodávající odpovídá za případné škody, ztráty, rizika a nebezpečí, které vzniknou do okamžiku převzetí přístroje. Prodávající nese náklady spojené s odevzdáním přístroje v sídle Kupujícího.
- 6.4. Kupující zajistí Prodávajícímu přístup do prostor, kde bude přístroj umístěn. Prostory budou uzamykatelné a přístup k přístroji bude umožněn pouze oprávněným zástupcům smluvních stran.

7 ZÁRUKA ZA JAKOST A REKLAMACE

- 7.1. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě (přístroj) v ujednaném množství, jakosti a provedení, bez právních či faktických vad, současně provede veškeré související činnosti dle čl. 3.1. Smlouvy. Prodávající odpovídá za vady přístroje v plném rozsahu dle příslušných ustanovení § 2099 a násl. OZ.
- 7.2. Kupující není povinen převzít dodaný přístroj, pokud bude vykazovat jakoukoli vadu nebo nedodělek.
- 7.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného přístroje dle čl. 3.1. Smlouvy ve výši **36 měsíců**.
- 7.4. Prodávající se poskytnutím záruky zavazuje, že dodaný přístroj bude po celou záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- 7.5. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí přístroje od Prodávajícího na základě řádně podepsaného předávacího protokolu dle čl. 6.3. Smlouvy.
- 7.6. Po celou záruční dobu bude Prodávající Kupujícímu poskytovat úplný a bezplatný záruční servis včetně dodávky potřebných náhradních dílů. Jsou vyloučeny jakékoli platby ze strany Kupujícího spojené s komplexním záručním servisem. Součástí záruky za jakost je též provádění bezpečnostní technické kontroly (BTK) podle zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 89/2021 Sb., v platném znění, a to v intervalech určených výrobcem přístroje.
- 7.7. Poskytovaná záruka za jakost se nevztahuje na vady, které vzniknou neoprávněným zásahem do přístroje Kupujícím nebo třetí stranou, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání Kupujícímu, nesprávnou údržbou či užíváním, neplněním technických podmínek pro jeho provoz nebo které vzniknou neautorizovanou opravou, úpravou či jinou změnou výrobku.
- 7.8. Kupující je povinen ohlásit vady Prodávajícímu neprodleně poté, co je zjistí, a to písemně kontaktní osobě Prodávajícího uvedené ve čl. 11.4. Smlouvy. Uznána bude také reklamáce odeslaná Kupujícím v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.9. Prodávající se zavazuje v záruční době nastoupit k odstranění vad bezodkladně, nejpozději do 24 hodin ode dne nahlášení vady Kupujícím, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Okamžik nahlášení vady Kupujícím se považuje za uplatnění vady vůči Prodávajícímu. Bude-li to přípustět charakter vady, je

Prodávající povinen odstranit vadu v místě plnění. V opačném případě ji Proávající odstraní ve své provozovně.

- 7.10. Záruční opravy provede Proávající bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady přístroje. Proávající je povinen odstranit závadu a uvést zboží do provozu nejpozději do 48 hodin od příjezdu servisního technika na místo plnění, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta je dodržena též v případě, pokud Proávající zapůjčí Kupujícímu po dobu opravy náhradní zboží, jehož funkčnost bude plně srovnatelná se zbožím opravovaným. Pokud nebude závada do 48 hodin odstraněna, bude dodáno náhradní odpovídající zařízení až do odstranění závady, jinak je v prodlení.
- 7.11. V této souvislosti bere Proávající na vědomí, že k odstranění vad může nastoupit v pracovní den v době od 8:00 hod do 16:00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.12. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne odstranění této vady.
- 7.13. Reklamací může Kupující uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. Prokáže-li se ve sporných případech, že Kupující reklamoval neoprávněně, nahradí Kupující Proávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.
- 7.14. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyměněné a nahrazené vadné díly se stávají majetkem Proávajícího.
- 7.15. Pro uplatnění práv z vadného plnění podle § 2099 a násl. OZ se při reklamaci použijí obdobně ustanovení čl. 7.1., 7.2., 7.8. (bez druhé věty), 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.14. Smlouvy.
- 7.16. Vadou se rozumí odchylka v množství, jakosti a provedení předmětu koupě (přístroje), jež určuje tato Smlouva nebo obecně závazné právní předpisy. Proávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má přístroj v době jeho předání Kupujícímu a dále za ty, které se na přístroji vyskytnou v záruční době. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má přístroj při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Proávající způsobil porušením své povinnosti.
- 7.17. Kupující je povinen přístroj zkontrolovat bezprostředně po jeho převzetí tak, aby zjistil vady, které je možné zjistit při vynaložení odborné péče. Zjevné kvalitativní a kvantitativní vady musí být oznámeny při převzetí přístroje za účasti zástupce nebo dopravce Proávajícího, který tuto skutečnost potvrdí. Kupující při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, zvolí postup v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Za podstatnou vadu se považují i vady v dokladech, jež jsou nutné k převzetí a k užívání přístroje, jakož i v dalších dokladech stanovených ve Smlouvě.
- 7.18. Práva z vadného plnění a záruky za jakost musí být uplatněna v písemné formě na místě při převzetí přístroje anebo prostřednictvím e-mailu, včetně popisu vady. Proávající je povinen potvrdit přijetí tohoto oznámení obratem. V režimu práv z vadného plnění Proávající vyřídí oznámení způsobem, který Kupující zvolí v souladu s § 2106 odst. 1 OZ. Pokud v rámci uplatnění práv z vadného plnění Proávající vadu neodstraní, má Kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či od této Smlouvy odstoupit.

8 OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 8.1. Proávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Proávající na vyzvání a ve spolupráci s Kupujícím (zadavatelem) poskytne kontrolnímu orgánu jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci veřejné zakázky a předmětu Smlouvy, podá potřebné informace a umožní vstup do svého sídla nebo jakýchkoli dalších prostor a pozemků souvisejících s

realizací veřejné zakázky. Prodávající poskytne na výzvu kontrolnímu orgánu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s veřejnou zakázkou či s plněním Smlouvy. Prodávající je dále povinen provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění, o čemž bezodkladně informuje kontrolní orgán a Kupujícího. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly. Prodávající poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ a projektu ze strany operačního programu. Prodávající je v této souvislosti povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 10 let od finančního ukončení projektu. Prodávající je povinen v této lhůtě poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu (předmětu Smlouvy) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 8.2. Po předání přístroje provede Prodávající úvodní základní zaškolení Kupujícího k obsluze přístroje v potřebném rozsahu, a to nejpozději do skončení technického testování ve čl. 6.3. Smlouvy. Následně Prodávající zajistí po předchozí žádosti Kupujícího další školení pro pověřené zaměstnance Kupujícího v potřebném rozsahu. Prodávající současně zaškolí určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Prodávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Kupující může o provedení následného školení požádat nejpozději do konce záruční doby přístroje.
- 8.3. Prodávající je povinen k plnění této Smlouvy využít pouze těch poddodavatelů, které uvedl v nabídce na veřejnou zakázku dle čl. 2.1. Smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Pokud se jedná o změnu poddodavatele prokazujícího kvalifikaci, musí Prodávající doložit s oznámením veškeré kvalifikační doklady nového poddodavatele. Prodávající s předstihem písemně oznámí Kupujícímu plánovanou změnu technika uvedeného ve čl. 11.4. Smlouvy. Před zahájením činnosti nového technika poskytne Prodávající Kupujícímu originál nebo ověřenou kopii certifikátu na provádění obsluhy přístrojů od nového technika, příp. další doklady. Nový technik bude oprávněn vykonávat činnost pouze s písemným souhlasem oprávněného zástupce Kupujícího.
- 8.4. V případě, že se Prodávající při plnění této Smlouvy dostane do kontaktu s osobními či citlivými údaji, zejména s počítačovými daty v dodaném přístroji a IT systému Kupujícího, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení této Smlouvy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní a citlivé údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 8.5. Kupující jako správce ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, poskytuje Prodávajícímu jako zpracovateli oprávnění zpracovat osobní a citlivé údaje pouze za účelem řádného plnění této Smlouvy.
- 8.6. Pokud je součástí předmětu Smlouvy dodávka softwarových produktů, pak Prodávající vyhrazuje Kupujícímu časově neomezené, nikoliv výhradní a přenosné právo užívat tyto softwarové produkty a zařízení, se kterým byly dodány, v nezměněné formě a pro stanovené účely. Úplata za užívání software je zahrnuta v kupní ceně.

9 SANKCE

- 9.1. V případě prodlení Prodávajícího se splněním jeho závazku z této Smlouvy, nepředá-li přístroj ve lhůtě dle čl. 6.1. Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH dle čl. 4.1. Smlouvy za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Nenastoupí-li Prodávající k opravě ve lhůtě dle čl. 7.9. Smlouvy nebo v jiné dohodnuté lhůtě, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. To neplatí, pokud je včas zapůjčen náhradní přístroj podle čl. 7.10. Smlouvy.
- 9.3. Pokud Prodávající neprovede řádně opravu ve lhůtě podle čl. 7.10. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Neprovede-li Prodávající školení v souladu se čl. 8.2. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé nesplnění povinnosti.
- 9.5. Jestliže v případě změny kvalifikačního poddodavatele Prodávající nepředloží požadované doklady ve lhůtě stanovené ve čl. 8.3. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s dodáním dokladů.
- 9.6. Změní-li Prodávající odbornou osobu dle čl. 11.4. Smlouvy bez písemného souhlasu Kupujícího, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.7. Nezajistí-li Prodávající dodržování pracovněprávních předpisů podle čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každé zjištěné porušení.
- 9.8. Pokud bude zjištěno, že dodaný přístroj obsahuje škodlivé látky, jak je specifikováno ve čl. 2.6 Zadávací dokumentace veřejné zakázky uvedené ve čl. 2.1. Smlouvy, zaplatí prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % kupní ceny bez DPH za každý zjištěný případ.
- 9.9. Nezajistí-li Prodávající pozáruční servis podle čl. 3.2. a 4.4. Smlouvy, zaplatí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny bez DPH za každý neprovedený servisní úkon (PBTk a další opakované servisní činnosti) v rámci pozáručního servisu.
- 9.10. Je-li Kupující v prodlení s úhradou faktury, zaplatí Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 9.11. Souhrn všech smluvních pokut nárokových na Prodávajícím nepřekročí 80 % kupní ceny bez DPH.
- 9.12. Strana povinná musí uhradit straně oprávněné smluvní pokutu, a to na účet ve čl. 1 Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování od druhé smluvní strany.
- 9.13. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na trvání závazků, které vyplývají ze Smlouvy. Nárok na zaplacení smluvní pokuty trvá i v případě ukončení Smlouvy. Při porušení několika povinností lze nárokovat více smluvních pokut vedle sebe.
- 9.14. Po zaplacení smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu.

10 UKONČENÍ SMLOUVY

- 10.1. Tato Smlouva může být ukončena:

- a) splněním této Smlouvy,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem.
- 10.2. Od této Smlouvy může smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení smluvní povinnosti druhou stranou. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se zejména považuje:
- a) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude řádně dodán v dohodnutém termínu tak, aby Prodávajícímu vzniklo právo na úhradu kupní ceny vystavením příslušné faktury,
 - b) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj neobstojí v technickém testování podle čl. 6.3. Smlouvy,
 - c) na straně Prodávajícího, jestliže přístroj nebude mít vlastnosti deklarované Prodávajícím v této Smlouvě či vlastnosti z této Smlouvy vyplývající, zejména bude-li dodáno zboží s nevyhovujícími technickými parametry požadovanými Kupujícím,
 - d) na straně Prodávajícího, jestliže neodstraní závadu do 30 dnů ode dne, kdy byl na ni Kupujícím prokazatelně upozorněn, nebo ji neodstraní v dodatečně přiměřené lhůtě,
 - e) na straně Prodávajícího, jestliže ve své nabídce v rámci veřejné zakázky dle čl. 2.1. Smlouvy uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - f) na straně Prodávajícího, jestliže bude zahájeno insolvenční řízení u Prodávajícího,
 - g) na straně Kupujícího nezaplacení kupní ceny ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury.
- 10.3. Odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně, bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dověděla. Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé straně.
- 10.4. V případě odstoupení od této Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této Smlouvě, a to do 30 dnů od právních účinků odstoupení, nebo v dohodnuté lhůtě. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu případnou vzniklou majetkovou i nemajetkovou újmu.
- 10.6. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 1 ZZVZ, kdy je oprávněn prodloužit dodací lhůtu v případě závažných okolností o dobu trvání překážky, nejdéle však o 30 kalendářních dnů, navýšit kupní cenu v případě změny sazby DPH v daňových předpisech a prodloužit předpokládaný termín dodání, z důvodů průtahů v zadávacím řízení.
- 10.7. Kupující si vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, konkrétně v čl. 2.5 Zadávací dokumentace, změnu závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ, kdy je oprávněn v případě předčasného ukončení této Smlouvy uzavřít novou smlouvu s dodavatelem, který se umístil další v pořadí.

11 KOMUNIKACE

- 11.1. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran podle této Smlouvy budou adresovány níže uvedeným zástupcům smluvních stran, a to v českém jazyce.

- 11.2. Komunikace bude probíhat písemně prostřednictvím e-mailu nebo listinnou formou, výjimečně datovou schránkou. Dokumenty zásadní povahy jako (žádost, upozornění, protokol, odstoupení apod.) budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem, resp. vlastnoručním podpisem zástupce smluvní strany. Ústní komunikace se přípouští v případě formálních záležitostí, dále nesnese-li situace odkladu za podmínky, že poté bude bezodkladně zasláno písemné podání.
- 11.3. Elektronická písemnost je doručena následující den po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li adresát doručení dříve. Listinné podání je doručeno okamžikem převzetí ze strany zástupce smluvní strany nebo na základě pravidel poskytovatele poštovních služeb. Zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky je doručena okamžikem, kdy se zástupce smluvní strany do datové schránky přihlásí.
- 11.4. Prodávající pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno:

E-mail:

Tel.:

Technické a provozní záležitosti, osoba odpovědná za provádění záručního servisu

Jméno:

E-mail:

Tel.:

- 11.5. Kupující pověřuje komunikací ve věcech plnění této Smlouvy následující osoby:

Smluvní a zásadní záležitosti

Jméno:

E-mail:

Tel.:

Provozní a administrativní záležitosti

Jméno:


E-mail:

Tel.:

12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 12.2. Smlouva se řídí českým právem, konkrétně příslušnými ustanoveními OZ. Jakýkoli spor vzniklý z této Smlouvy bude spadat do soudní pravomoci českého soudu místně příslušného dle sídla Kupujícího.
- 12.3. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
- 12.4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými očíslovanými dodatky, které budou opatřeny podpisy smluvních stran.

- 12.5. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva včetně příloh a případných dodatků bude uveřejněna v registru smluv s odkazem na profil Kupujícího (zadavatele) v elektronickém nástroji E-ZAK. Kupující zajistí uveřejnění Smlouvy v registru smluv ve stanovené lhůtě.
- 12.6. Nastane-li skutečnost, která brání plnění této Smlouvy, oznámí to příslušná smluvní strana bezprostředně druhé straně s návrhem na zahájení jednání.
- 12.7. Pokud by některé ustanovení Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení zůstávají nedotčena.
- 12.8. Nedílnou součástí Smlouvy je následující příloha:
- Příloha č. 1 – Technická specifikace*
- 12.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této Smlouvy, která byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1a - Antidekubitní matrace nosnost min. 200 kg					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želečnice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:			Kontaktní osoba:		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Antidekubitní matrace nosnost min. 200 kg		36	Název: CliniCare10 Sériové číslo: 4PPG21100AS Výrobce: L I N E T spol. s r.o. ANO ANO ANO, 46kg/m3, 6,5kPa/m2 ANO ANO, CRIB 7 ANO ANO, 200 kg ANO, 14 cm U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%. Přílohy: Katalog pasivní matrace, Prohlášení o shodě pasivní matrace V Želevčicích Z	
Závazná specifikace zadavatele:					
pasivní antidekubitální matrace				ANO	
jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny				ANO	
okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2)				ANO, 46kg/m3, 6,5kPa/m2	
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené				ANO	
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)				ANO, CRIB 7	
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci				ANO	
nosnost min. 200kg				ANO, 200 kg	
plná rozměrová a tvarová kompatibilita s lůžky, výška min. 14 cm				ANO, 14 cm	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1b - Antidekubitní matrace (dekubity III.-IV. stupně) nosnost min. 250 kg					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:	Ing. Petr Hájek, MBA, člen představenstva, Ing. Petr Hájek, MBA - člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želečnice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		

1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Antidekubitní matrace (dekubity III.-IV. stupně) nosnost min. 250 kg		36	Název: Virtuoso 300 (Head & Heel Zoner) Sériové číslo: 1VNM000220H00 (matrace), 1VNKE21000030 (kompresor) Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:					
s aktivním antidekubitálním systémem					ANO
pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů III-IV.stupně					ANO
šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 3-1 (třícelový) nebo vyšší					ANO
kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod)					ANO
možnost samostatně ovládat/vypustit celý pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod.					ANO
možnost samostatně ovládat/vypustit celý pod patami pro zvýšenou ochranu pat					ANO
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)					ANO
velmi vyspělý plně automatický systém					ANO
možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru)					ANO
možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče					ANO
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezují zapadání pacienta mezi celý při polohování					ANO
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta					ANO
dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta					ANO
podélné celý na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.					ANO

nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut			ANO, 7,5 minuty
možnost rychlého vypuštění pro KPR			ANO
systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením			ANO
nosnost minimálně 250kg			ANO, 254 kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti			ANO
integrováná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el.sítě (transport pacienta, výpadek, apod.)			ANO
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra			ANO
plná rozměrová a tvarová kompatibilita s resuscitačními lůžky, výška maximálně 23cm			ANO, 23 cm
samosoný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování (bez integrované pěnové podložky!)			ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			Přílohy: Katalog Virtuoso, Prohlášení o shodě Virtuoso
			V Želevcích [REDACTED]

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1c - Antidekubitní matrace (dekubity II.-III. stupně) nosnost min. 200 kg					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želečnice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Antidekubitní matrace (dekubity II.-III. stupně) nosnost min. 200 kg		36	Název: Air2Care20 (Air + Air) Sériové číslo: 1VAM000220600 (matrace), 1VAKE20000020 (kompresor) Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:				ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO, 12 minut	
s aktivním antidekubitálním systémem					
pro vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů II.-III.stupně					
šetrný a účinný dynamický systém					
režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.), režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.)					
vyspělý systém řízený mikroprocesorem					
možnost transportu pacienta (udržení tlaku bez kompresoru)					
možnost připojení kompresoru na aktivní podložku pro sezení mimo lůžko (na křesle, židli, apod.) - 24hodinová péče					
uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezy cely při polohování					
uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta					
dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta					
podélné cely na obou bocích pro stabilizaci ležícího pacienta, podporu vstávání (mobilizaci), atd.					
nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 15 minut					

možnost rychlého vypuštění pro KPR			ANO
nosnost minimálně 200kg			ANO, 210 kg
alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti			ANO
potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra			ANO
plná rozměrová a tvarová kompatibilita s lůžky, výška maximálně 18cm			ANO, 17 cm
samosnosný systém k použití přímo na ložnou plochu lůžka, snadná mobilita a skladování (bez integrované pěnové podložky!)			ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			Přílohy: Katalog Air2Care, Prohlášení o shodě Air2Care
			V Želevčicích

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1d - Dětské elektricky polohovatelné lůžko včetně matrace					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:	[REDACTED]				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:	[REDACTED]	Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Dětské elektricky polohovatelné lůžko včetně matrace		36	Název: TOM 2 Sériové číslo: 1K40B511-107 Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Určeno pro děti předškolního věku				ANO	
Vnější rozměry 159,8 x 83,0 cm				ANO, 151 x 83 cm	
Doporučené rozměry matrace 142 x 70 cm				ANO, 137 x 70 cm	
Maximální doporučená výška matrace 10 cm				ANO, 10 cm	
Výška ložné plochy (elektricky nastavitelná) min-max 58-83 cm				ANO, 58 - 83 cm	
Výška postranic nad ložnou plochou 80 cm				ANO, 80 cm	
Autoregrese zadního dílu 11 cm				ANO, 12,5 cm	
Maximální náklon zadního dílu (elektricky nastavitelný) 40°				ANO, 41°	
Náklon TR/ATR (elektricky nastavitelný) 15°/15°				ANO, 15°/15°	
Hmotnost (dle příslušenství) 120kg				ANO, 120 kg	
Podjednost 13 cm				ANO, 13,9 cm	
Bezpečné pracovní zatížení 75 kg				ANO, 80 kg	
Výškové nastavení – motor				ANO	
Funkce náklonu TR-ATR – motor				ANO	
Nastavení zádového dílu – motor				ANO	
Průhledná, odnímatelná čela s magnetickými zámky				ANO	
Nerozbitná výplň čel vysoce odolná proti poničení				ANO	
Teleskopická postranice				ANO	

Nastavení polohy výšky postranic podle aktuální potřeby			ANO
Go tlačítko pro elektrické poohování			ANO
Otevíratelné příčky v postranicích			ANO
2-dílná ložná plocha			ANO
Sloupová konstrukce			ANO
Individuálně nebo centrálně bržděná kolečka			ANO, individuálně bržděná kolečka
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			Přílohy: Katalog TOM 2, Prohlášení o shodě TOM 2
			V Želevčicích

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1e - Pediatrické nemocniční lůžko včetně matrace					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Pediatrické nemocniční lůžko včetně matrace		36	Název: Eleganza 1 Sériové číslo: 1GTP4827-255 Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:				ANO	
Určeno pro děti 4 – 15 let				ANO	
Náklon zádového dílu 70°				ANO, 70°	
Autoregrese zádového dílu 11 cm				ANO, Ergoframe 10 cm + 6 cm	
Náklon do TR/ATR ±16°				ANO, ±15°	
Sesterský ovládací panel ACP s přednastavenými funkcemi a možností uzamknutí				ANO	
Ruční ovladač pro pacienta				ANO	
Vybavení zádového dílu CRP odblokováním pro případnou okamžitou resuscitaci				ANO	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění				ANO	
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka				ANO	
bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg, vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 205x100cm				ANO, 200 kg, 205 x 99,5 cm	
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta				ANO, 39,5 - 76 cm	
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha minimálně 190x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů				ANO, 190 x 90 cm	
minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)				ANO	
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm				ANO, 15 cm	
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru				ANO, 15°	

oboustranně mechanické rychlospuštění záďového dílu při KPR			ANO
kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu			ANO
kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice			ANO
bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř			ANO
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další...)			ANO
automatická (proudová) ochrana všech motorů před mechanickým přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochranných fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)			ANO
konektorem snadno odnímatelný patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s integrovanou LED svítlnou (nebo LED osvětlením okolí lůžka)			ANO, LED svítlna
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm			ANO, 150 mm
centrální páte kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem, ovládané pákou centrálního ovládání brzd, musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm			ANO, 45 mm
univerzální lišty a držáky na příslušenství			ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka			ANO
svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s EU zástrčkou 230-240V			ANO
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad			ANO
<u>Příslušenství:</u>			
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí			ANO
infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez			ANO, chrom

<u>Pasivní antidekubitální matrace:</u>			CliniCare10
jádro matrace kombinované ze studené PU a viskoelastické pěny			ANO
okraje matrace vyztuženy studenou PUR pěnou o vyšší tuhosti (hustota min. 45kg/m3, odpor proti stlačení 6-7kPa/m2)			ANO, 46kg/m3, 6,5kPa/m2
potah snadno snímatelný - tj. zip ze všech čtyř stran (360°) s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně svařované či lepené			ANO
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 7)			ANO, CRIB 7
nosnost min. 200kg			ANO, 200 kg
na spodní straně potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci			ANO
plná rozměrová a tvarová kompatibilita s lůžky, výška min. 14 cm			ANO, 14 cm
pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku			ANO, Eleganza Classic
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!)			ANO
kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná			ANO, 75 mm, dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře zásuvka, nika, dole skříňka s dvířky			ANO
stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky			ANO
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku			ANO
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky			ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			Přílohy: Katalog Eleganza 1, pasivní matrace, Eleganza Classic, Prohlášení o shodě Eleganza 1, pasivní matrace, Eleganza Classic
			V Želevcích

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1f - Lůžko elektrické polohovatelné (zátěž min. 250 kg)					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:	[REDACTED]				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:	[REDACTED]	Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Lůžko elektrické polohovatelné (zátěž min. 250 kg)		36	Název: Eleganza 5 Sériové číslo: 1GE512055-342 Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:				ANO	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění				ANO	
velmi stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka				ANO	
bezpečná pracovní zátěž minimálně 250kg, vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm				ANO, 250 kg, 219 x 100 cm	
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta				ANO, 43,5 - 81,5 cm	
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu				ANO, 208 x 90 cm	
minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)				ANO	
ložná plocha umožňující RTG vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka				ANO	
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm				ANO, 22 cm	
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu				ANO, 14°	
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR				ANO	
kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu				ANO	
kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice s integrovanými ovladači				ANO	

výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, minimálně 45cm nad ložnou plochou, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř			ANO, 45 cm
oboustranně v postranicích integrovaný centrální LCD sesterský ovládací panel pro ovládání lůžka, vážícího systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřen ochranou proti nechtěné aktivaci, možnosti blokáce (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu 30°, kardiacké křeslo, případně další...)			ANO
integrovaný vážicí systém umožňující vážení pacienta s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta			ANO
alarm opuštění lůžka pacientem			ANO
alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka			ANO
automatická (proudová) ochrana všech motorů před mechanickým přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochranných fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)			ANO
oboustranně v postranicích integrovaný patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s integrovanou LED svítílnou (nebo LED osvětlením okolí lůžka)			ANO
oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci			ANO
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm			ANO, 150 mm
systém ochrany před opomenutím nezabrzdnutého lůžka (alarm nezabrzdnutého lůžka), nejlépe automatická brzda			ANO, automatická brzda
centrální páté kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem, ovládané pákou centrálního ovládání brzd, musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm			ANO, 45 mm
univerzální lišty a držáky na příslušenství			ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka			ANO
záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti			ANO

svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s EU zástrčkou 230-240V			ANO
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad			ANO
oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15° - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokáce náklonu při spuštění postranici			ANO, +/-15°
<u>Příslušenství:</u>			
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí			ANO
infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez			ANO, chrom
pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku			ANO, Eleganza Classic
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!)			ANO
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů			ANO
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídlem min. 580x340mm, nosnost min. 8kg			ANO, 600 x 345 mm, 9 kg ve středu desky
kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná			ANO, 75 mm, dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitními výsuvy na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky se zámkem (alespoň 2 sady klíčků)			ANO
stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a policíka skříňky			ANO
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku			ANO
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky			ANO

U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.	Přílohy: Katalog Eleganza 5, Eleganza Classic, Prohlášení o shodě Eleganza 5, Eleganza Classic
	V Želevčicích [REDACTED]

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ČÁST 1g - Lůžko elektrické polohovatelné (zátěž min. 200 kg)					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice			IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:					
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené
DODAVATEL					
Název dodavatele:	L I N E T spol. s r.o.				
Sídlo:	Želevčice 5, 274 01 Slaný			IČO:	00507814
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Lůžko elektrické polohovatelné (zátěž min. 200 kg)		36	Název: Eleganza 1 Sériové číslo: 1GTP4827-252 Výrobce: L I N E T spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:				ANO	
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění					
stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka					
bezpečná pracovní zátěž minimálně 200kg, vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm					
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta					
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů					
minimálně zádový díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)					
integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 15 cm					
náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru					
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu při KPR					
kompaktní (velmi snadno čistitelná) celoplastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu					
kompaktní (velmi snadno čistitelné) celoplastové dělené postranice					
bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř					

centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěné aktivaci, možnosti blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, kardiacké křeslo, případně další...)			ANO
automatická (proudová) ochrana všech motorů před mechanickým přetížením (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)			ANO
konektorem snadno odnímatelný patientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěné aktivaci s integrovanou LED svítilnou (nebo LED osvětlením okolí lůžka)			ANO, LED svítilna
kolečka s centrálním ovládním brzd, průměr minimálně 125 mm			ANO, 150 mm
centrální páte kolečko pro snadnou manipulaci s lůžkem, ovládané pákou centrálního ovládním brzd, musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm			ANO, 45 mm
univerzální lišty a držáky na příslušenství			ANO
ochranná kolečka v rozích lůžka			ANO
svod el. potenciálu, bezpečnostní barevně zvýrazněný kroucený přívodní kabel s EU zástrčkou 230-240V			ANO
možnost exportu servisních dat z řídicí jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad			ANO
<u>Příslušenství:</u>			
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí			ANO
infuzní stojan výškově stavitelný, chrom/nerez			ANO, chrom
patientský stolek k lůžku s jídelní deskou: pojízdný oboustranný stolek k lůžku			ANO, Eleganza Classic

stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku - kov, plast, HPL, apod. (nikoli dřevo či LTD!)			ANO
odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů			ANO
integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním pružinou či plynopružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro táč s jídelm min. 580x340mm, nosnost min. 8kg			ANO, 600 x 345 mm, 9 kg ve středu desky
kolečka o průměru minimálně 60mm, minimálně dvě kolečka brzditelná			ANO, 75 mm, dvě kolečka brzditelná
provedení stolku – nahoře zásuvka s kvalitními výsuvy na ložiskách, nika, dole skříňka s dvířky se zámkem (alespoň 2 sady klíčků)			ANO
stolek dobře čistitelný, vyjímatelná vložka zásuvky a polička skříňky			ANO
držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku			ANO
design odpovídající lůžku, možnost výběru barevných dekorů shodných s lůžky			ANO
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			Přílohy: Katalog Eleganza 1, Eleganza Classic, Prohlášení o shodě Eleganza 1, Eleganza Classic
			V Želevčicích