

# KRYCÍ LIST

## NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### NÁKUP PACIENTSKÉ VANY A SPRCHOVACÍHO BOXU PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

Zadavatel:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZ malého rozsahu	Druh řízení:	III. skupina

#### DODAVATEL

Název dodavatele:	EUROTEC Medical, s.r.o.			
Sídlo:	Baranova 1486/18, 130 00, Praha 3	IČO:	27601242	
Statutární zástupce:	[REDAKCE]			
Kontaktní osoba:	[REDAKCE]			
Email:	[REDAKCE]	Telefon:	[REDAKCE]	

#### NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJE - Hodnotící kritérium č. 1 - váha 60%

Název položky	Počet ks	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH	Cena v Kč včetně DPH
Pacientská vana	1	[REDAKCE]	21%	[REDAKCE]
Sprchový box se sprchovým pultem se splachovačem	1	[REDAKCE]	21%	[REDAKCE]
CELKEM	1+1	[REDAKCE]	21%	[REDAKCE]

#### DĚLKA ZÁRUČNÍ DOBY (min. 24 měsíců) - Hodnotící kritérium č. 2 - váha 10%

(délka záruční doby musí být pro oba přístroje shodná)

v měsících:	24
-------------	----

#### NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ 1 PBTK ZA 1KS OBOU PŘÍSTROJŮ (tj. 1 PBTK za 1 ks pacientské vany + 1PBTK za 1 ks sprchového boxu) PO DOBU POZÁRUČNÍHO SERVISU - Hodnotící kritérium č. 3 - váha 30%

Pozn.: Pokud je dodavatelem doporučena pravidelná výměna některých komponentů či celých kitů, která nemá roční periodiku, dodavatel je povinen zahrnout do ceny za 1 PBTK i poměrnou část nákladů za tyto komponenty za 1 rok v závislosti na předpokládané životnosti přístroje.

Cena za 1 PBTK - Pacientská vana	[REDAKCE]	Cena za PBTK - Sprchový box	[REDAKCE]
CELKEM v Kč bez DPH	[REDAKCE]	CELKEM v Kč včetně DPH	[REDAKCE]

#### CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (NABÍDKOVÁ CENA ZA PŘÍSTROJE + NABÍDKOVÁ CENA ZA PROVEDENÍ 1 PBTK ZA 1 ks obou přístrojů PO DOBU POZÁRUČNÍHO SEVISU NESMÍ PŘEKROČIT PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU DANÉ ČÁSTI)

v Kč bez DPH	[REDAKCE]	v Kč včetně DPH	[REDAKCE]
--------------	-----------	-----------------	-----------

#### PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;

- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- garantuji poskytování pozáručního servisu po dobu 5 let po skončení záruční doby;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky ve výše uvedené veřejné zakázce, včetně Návrhu kupní smlouvy uveřejněného na profilu zadavatele: [https://ezak.cnpk.cz/contract\\_display\\_10169.html](https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10169.html)
- dodavatel a jeho případní poddodavatelé splňují podmínky právních předpisů a mezinárodních předpisů ohledně mezinárodních sankcí proti Rusku, když plnění této veřejné zakázky nebude ani zčásti realizováno včetně plateb osobami na sankčních seznamech, a to konkrétně: a) na plnění zakázky se nebude podílet jakýkoli ruský státní příslušník, fyzická či právnická osoba nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku, b) právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v předchozím písm. a), nebo c) fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v předchozích písm. a) nebo b); týká se to také poddodavatelů a osob prokazujících kvalifikaci (nad 10 % hodnoty části VZ).

Štěpán  
Vrána

Digitálně podepsal

Štěpán Vrána

Datum: 2023.02.14

16:59:01 +01'00'

V Praze

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
NÁKUP PACIENTSKÉ VANY A SPRCHOVACÍHO BOXU PRO ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZ malého rozsahu	Druh řízení: III. skupina	
DODAVATEL					
Název dodavatele:	EUROTEC Medical, s.r.o.				
Sídlo:	Baranova 1486/18, 130 00, Praha 3	IČO:	27601242		
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídek dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</b></p> <p>- Dodavatel dále <b>vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.</b> Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce <b>související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)</b>, požadované v této příloze, popř. ve Výzvě k podání nabídek. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- <b>Není přípustné měnit strukturu tabulky</b> v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p> <p><b>U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.</b></p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE		
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Pacientská vana	1	24	Název: GK Magic 1000 Sériové číslo: -	
Závazná specifikace zadavatele:			Výrobce: Georg Krämer Ges.m.b.H. & Co.KG, Neuhauserweg 14061 Pasching, Austria		
Celotělová vana elektricky výškově nastavitelná s rovným dnem			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)		
elektricky výškově stavitelná vana s pultovým zdvihem, přístupná pro patientský zvedák nebo stropní transportní systém ze tří stran			ANO		
korpus vany s vnitřním rovným dnem pro pohodlné koupání vleže, uvnitř rozšířený prostor			ANO		
v oblasti ramen, zesílený sklolaminát opatřený povrchovou úpravou splňující hygienické předpisy ve zdravotnictví, odolnou desinfekcím			ANO		
ovládání všech funkcí vany z čelního elektronického ovládacího dotykového panelu			ANO		
s integrovaným displejem zobrazujícím teplotu vody a chybová a provozní hlášení			ANO		
podsvícené aktivní ovládací symboly na dotykovém panelu pro intuitivní obsluhu			ANO		
automatické vypnutí všech funkcí vany po proceduře			ANO		
bezpečnostní magnetická karta pro uvedení vany do provozu pouze oprávněnou osobou			ANO		
vestavěná dvě opěrná madla uvnitř korpusu vany			ANO		
termostat pro jednorukové nastavení teploty vody s bezpečnostní pojistkou proti opaření			ANO		
automatické plnění vany na přednastavenou hladinu			ANO		
dálkové mechanicky ovládaný odpad ovladačem integrovaným v čelním korpusu vany			ANO		
flexibilní odpadní hadice zaústěná do čelního panelu vany			ANO		
vana bez hydromasážního systému			ANO		
vestavěná desinfekce s plynule nastavitelným regulátorem koncentrace desinfekčního roztoku a s uzamykatelným integrovaným zásobníkem uvnitř vany v ovládacím panelu			ANO		
automatické blokování opětovného napouštění vany a sprchování po neprovedené desinfekci			ANO		
volitelně nastavitelná doba působení desinfekce (automatické znemožnění spuštění dalších funkcí vany po tuto dobu)			ANO		
automatické blokování napouštění vany po neprovedeném oplachu desinfekce korpusu vany vodou			ANO		
oplachová a desinfekční sprcha s integrovaným pistolovým uzávěrem a držákem, elektronicky spustitelné z ovládacího panelu			ANO		
vyjímatelný zkracovač vany umístitelný do několika pozic v korpusu			ANO		
pošťáček			ANO		
integrované stabilizátory pro rovnoměrný zdvih			ANO		
minimální vnitřní rozměry vany: délka: 1750, šířka 600mm			ANO Délka 1750 mm, šířka 600 mm		
maximální rozměry vany včetně panelu: délka: 2300mm, šířka 1000mm			ANO Délka 2240 mm, šířka 940 mm		
minimální zdvih vany: 350mm			ANO 400 mm		
objem vany maximálně: 240 l			ANO 220 l		
2.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Sprchový box se sprchovým pultem se splachovačem	1	24	Název: GK ZEUS + GK DP WC Sériové číslo: -	
Závazná specifikace zadavatele:			Výrobce: Georg Krämer Ges.m.b.H. & Co.KG, Neuhauserweg 14061 Pasching, Austria		
Profesionální sprchovací kabina s WC a desinfekčním a sprchovacím panelem se splachovačem pro osoby s omezenou pohyblivostí a inkontinencí			DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)		
a) Sprchovací kabina					
Samonosná, celoplašťová, volně stojící kabina ze sklolaminátu a zesíleného polyesteru, opatřena povrchovou úpravou splňující hygienické předpisy ve zdravotnictví, odolnou desinfekcím			ANO		
Kovová konstrukce kabiny s povrchem ošetřeným proti korozi, čtyři výškově nastavitelné protiskluzové nožičky			ANO		

Integrovaný sedák s toaletním otvorem z měkkého hypoalergenního materiálu se zádech opěrkou, sňmatelnou ze sedáku	ANO	
Vyjímatelný a výsuvný sedák s automatickou bezpečnostní aretací v zasunuté a vysunutě poloze	ANO	
Vyjímatelný kryt toaletního otvoru sedáku	ANO	
Jednokrokové vyjímatelný celý sedák s opěradlem	ANO	
Možnost zajetí patientského zvedáku nebo stropního transportního systému do kabiny a sprchování přímo na zvedáku či v závěsu	ANO	
Bezpečnostní integrovaná madla	ANO	
Čelní zábrana proti stříkající vodě – snadno vyjímatelná	ANO	
Dva samostatné odpady z prostoru WC otvoru a z podlahy vlastní kabiny	ANO	
Kabina napojena na odpad průměr 100 mm – možno využít pro inkontinentní pacienty i k vykonání potřeby v průběhu sprchování	ANO	
Kabina kompatibilní se sprchovacím a desinfekčním panelem	ANO	
Zásobování mědi:	ANO	
Teplá voda, studená voda, splachovací voda a dezinfekce přes sprchovací a desinfekční panel		
Rozměry kabiny: výška: min. 1000 mm, max: 1100, hloubka: min: 1000 mm, max: 1100 mm, šířka: min: 800 mm, max: 900 mm	ANO	výška 1050, hloubka 1060, šířka 810 mm
<b>b) Sprchovací a desinfekční panel s nádrží a splachovačem WC</b>		
Panel s integrovanou desinfekcí s vlastní sprchou, oplachovou sprchou, zásobníkem vody se splachovačem	ANO	
Všechny funkce ovládané z čela panelu	ANO	
Kapacita splachovací nádrže minimálně 10l	ANO	10 litru
Vestavěný termostat pro přesnou jednokrokovou regulaci teploty vody	ANO	
Dvoukrokové bezpečnostní spouštění dezinfekce a oplachové sprchy	ANO	
Vestavěná schránka se zásobníkem dezinfekce	ANO	
Vestavěná dezinfekce s automatickým regulátorem dávkování dezinfekce	ANO	
Ovládání splachovacího ventilu hydraulikou	ANO	
Snadno vyjímatelný horní kryt pro snadný přístup k uzávěrům vody	ANO	
Regulátor koncentrace dezinfekce na čelním panelu se stupnicí	ANO	
Materiál sklolaminát s povrchovou úpravou splňující hygienické předpisy ve zdravotnictví, odolné desinfekcím	ANO	
Pistolové ovládače sprchové a desinfekční hlavice	ANO	
Výstup na napojení kabiny na splachovací systém panelu	ANO	
Panel kompatibilní se sprchovací kabinou	ANO	
Rozměry panelu: výška max: 650 mm, šířka max: 1050 mm, hloubka max: 320 mm	ANO	výška: 510, šířka 1010, hloubka 320 mm
<b>Odkazy na přílohy</b>		<b>Přílohy:</b> Prospekt vana GK Magic, prospekt box Zeus + DP-WC, instalační podklad GK Magic a Zeus s DP-WC