

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – TRANSPORTNÍ TECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE – II. VYHLÁŠENÍ (VZMR)			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 3 - Resuscitační vozík			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Kozínova 292, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078
Statutární zástupce:	[REDAKCE]		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR
Druh řízení:	poptávkové		
DODAVATEL			
Název dodavatele:	KLARO, spol. s r.o.		
Sídlo:	Ke Hříšti 187, 289 11 Pečky - Velké Chvalovice	IČO:	61460478
Statutární zástupce:	[REDAKCE]	Kontaktní osoba:	[REDAKCE]
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplněný požadavek, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE		VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZARÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
1. Resuscitační vozík	[REDAKCE]	36	ANO
Závazná specifikace zadavatele:		Název: Zdravotnický vozík ZV1251N + příslušenství	
Resuscitační vozík		Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL	
Pojízdný s koly o průměru min. 1250 mm		Výrobce: KLARO, spol. s r.o.	
min. 4 zásuvky z čela vozíku		DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
minimálně 1 prostorná zásuvka z boku vozíku k samostatnému oddělenému uložení intubační sady		ANO	
prostorná pracovní plocha – minimálně 500 x 700 mm		ANO	
držák transportního ventilátoru (např. eurolíšta nebo trubka imitující pelest postele, ev. samostatná police nad pracovní deskou), a to v zorném poli stojícího člověka		ANO	
stojan na infuzi s min. 2 háčky na zavěšení, min. nosnost 5kg		ANO	
místo k ukotvení min. 2 litrové lahve na stlačený kyslík s bezpečným uchycením		ANO	
zásobník s 2 řadami boxů k uložení drobného spotřebního materiálu nad pracovní plochou (galerka)		ANO	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.		Přílohy: https://www.klaro.cz/produkt/ZV1251N-PZ , viz CN N3221259/01	
		Ve Velkých Chvalovicích, dne 16.12.2022	
		[REDAKCE]	