

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽLICKÉ NEMOCNICE – TRANSPORTNÍ TECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE – II. VYHLÁŠENÍ (VZMR)

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ČÁST 2 - PŘEVAZOVÝ VOZÍK

ZADAVATEL

Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice	IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:	[REDACTED]		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR
		Druh řízení:	poptávkové

DODAVATEL

Název dodavatele:	KLARO, spol. s r.o.		
Sídlo:	Ke Hřišti 187, 289 11 Pečky - Velké Chvalovice	IČO:	61460478
Statutární zástupce:	[REDACTED]		
		Kontaktní osoba:	[REDACTED]

POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatření „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1.	PŘEVAZOVÝ VOZÍK	[REDACTED]	36	Název: Zdravotnický vozík BASIC ZV1257NPZ+příslušenství Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL Výrobce: KLARO, spol. s r.o.	
Závazná specifikace zadavatele:					
	š75 cm x h55 cm x v102 cm (vysoká verze) - základní rozměry vozíku bez příslušenství			ANO	
	konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antivibrační výztuha			ANO	
	pracovní deska nerez ocel, prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg			ANO	
	plechová zásuvka: kompaktní plastové čelo (ABS); nosnost: 20 kg			ANO	
	1x vel. S (v 4,5 cm), 1x vel. S (v 5,5 cm), 1x vel. M (v 13,5 cm), 2x vel. L (v 21,5 cm)			ANO	
	držák kontejneru na použité jehly			ANO	
	nerezový drátěný koš			ANO	
	nerezový otevírač ampulí			ANO	
	plastový odpadní koš			ANO	
	čelo zásuvky dle vzorníku barev			ANO	
	teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením			ANO	
	Centrální zamykání			ANO	
	madla ocel s práškovou barvou (šedá)			ANO	
	4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky			ANO	
	celková nosnost: 150 kg			ANO	
				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.				Přílohy: https://www.klaro.cz/produkt/ZV1257N-PZ , viz Cenová nabídka: N3221258/01	
				Ve Velkých Chvalovicích, dne 16.12.2022	