

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**ObčZ**“), tuto kupní smlouvu (dále jen „**Smlouva**“).

1. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. MeWAdia s.r.o.

Sídlo: Hlinky 64, 603 00 Brno

IČ: 27683818

DIČ: CZ 27683818 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51846

jednající: Ing. Attila Kürti, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú: 35-4784940217/0100

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**smluvní strana**“ a společně jako „**smluvní strany**“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této Smlouvy je vítězná nabídka dodavatele, která byla učiněna v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Vyšetřovací/zámkrové světlo na porodní sály**“, vedenou pod ev. č. **OŘN-97/22** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Tato Veřejná zakázka byla vyhlášena podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

1. Předmět Smlouvy

- 1.1 Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu předmět koupě a převést na něj vlastnické právo. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 1.2 Předmětem koupě je dodávka **vyšetřovacích / zámkrových světel na porodní sál s příslušenstvím** (dále jen „**zboží**“ nebo „**předmět plnění**“), a to v rozsahu a standardu dle přílohy č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace.
- 1.3 Zboží je kupováno za účelem obnovy a doplnění vybavení odborného medicínského pracoviště – Gynekologicko-porodnická klinika o adekvátní systém odpovídající aktuálním medicínským metodám a požadavkům.
- 1.4 Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, určené pro prodej na českém trhu. Prodávající se zavazuje dodat zboží v požadované kvalitě, aby bylo určeno pro zamýšlené použití, vyhovovalo podmínkám certifikace, bezpečnosti a požadavkům na dobu životnosti, a aby odpovídalo popisu funkčnosti uvedenému v průvodní dokumentaci zboží a v propagačních nebo nabídkových materiálech výrobce či Prodávajícího před uzavřením této Smlouvy.
- 1.5 Součástí dodávky zboží bude předávací protokol, který bude obsahovat jednoznačné určení jednotlivých položek předmětu plnění, ceny s DPH a ceny bez DPH a číslo Smlouvy Kupujícího.
- 1.6 Součástí dodávky zboží je rovněž:
 - a. zajištění dopravy do místa plnění;
 - b. instalace předmětu plnění v místě plnění, včetně předvedení funkčnosti;
 - c. předání dokladů, které se k předmětnému plnění vztahují a jsou nezbytné pro jeho řádný provoz, zejména instalační, validační, kalibrační a jiné protokoly;
 - d. zaškolení vybraných zástupců Kupujícího;
 - e. předání návodu k použití v českém jazyce 1x v písemné formě nebo 1x elektronicky na vhodném datovém nosiči;
 - f. dodání prohlášení o shodě a ve vztahu k CE certifikátu – doklad (např. formou prohlášení Prodávajícího nebo písemně na některém z předávaných dokladů) obsahující informace/identifikaci notifikované osoby a číslo notifikované osoby, která vystavila certifikát, a příslušné dokumentace dle platných právních předpisů.
- 1.7 Smluvní strany se dohodly v případě výkladových sporů na tom, že pořadí přednosti je následující:

- 1) Smlouva;
- 2) přílohy Smlouvy;
- 3) zadávací dokumentace;
- 4) nabídka Prodávajícího.

2. Cena

2.1 Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení ceny po předání zboží bez vad, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany Kupujícího. Pokud budou v předávacím protokolu uvedeny vady zboží, Prodávajícímu nevzniká nárok na zaplacení ceny do doby, než budou odstraněny.

2.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, se smluvní strany dohodly na celkové kupní ceně ve výši:

a.	Nabídková cena bez DPH	156 000,- Kč
b.	DPH 21%	32 760,- Kč
c.	Nabídková cena celkem vč. DPH	188 760,- Kč

2.3 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací předmětu Smlouvy (zejména balné, dopravné, celní či jiné poplatky, náklady spojené s instalací atd.), rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám), a to po celou dobu trvání Smlouvy.

2.4 Faktura bude vystavena na základě dodacího listu podepsaného odpovědným zástupcem Kupujícího. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení Kupujícímu na elektronickou adresu: efakturace1@fno.cz a musí obsahovat:

- a. číslo Smlouvy,
- b. IČ a DIČ Kupujícího i Prodávajícího,
- c. předmět plnění,
- d. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
- e. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
- f. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

2.5 V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Kupující oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Prodávajícímu. Ten ji podle charakteru nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

3. Místo a termín dodání zboží

3.1 Místem dodání zboží je **Gynekologicko-porodnická klinika Fakultní nemocnice Ostrava**. Náklady na dodání zboží do místa dodání hradí Prodávající.

3.2 Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující není povinen převzít zboží, které je poškozené či které jinak nesplňuje podmínky této Smlouvy.

3.3 Prodávající se zavazuje dodat zboží **do 8 týdnů** ode dne podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

4. Záruka a odpovědnost za vady

4.1 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží po dobu **24 měsíců**, počítanou od okamžiku převzetí zboží Kupujícím.

4.2 Prodávající se zavazuje v době trvání záruky provádět bezplatný servis zboží dle požadavků výrobce.

4.3 Prodávající se zavazuje **odstranit vadu zboží do deseti (10) pracovních dnů od oznámení vady Kupujícím**. Neuplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu v konkrétním případě jiné nároky, zavazuje se Prodávající odstranit vady dodáním nového bezvadného zboží. Právo Kupujícího uplatnit další nároky vyplývající z vadného plnění a ze záruky stanovené příslušnými právními předpisy tím není dotčeno.

4.4 Záruka na Předmět plnění se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou jej nebylo možné z důvodu vady užívat.

4.5 Kupující se zavazuje oznámit vadu zboží na e-mail Prodávajícího: mewadia@mewadia.cz.

5. Sankční ujednání

5.1 Kupující se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy občanského práva.

5.2 Kupující má v případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny řádně nedodaného zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení.

5.3 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 4. odst. 4.3 Smlouvy se Prodávající zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

5.4 Nárok Kupujícího podle tohoto článku není dotčen, pokud Kupující nebude povinen zboží převzít, v souladu s ustanovením čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy.

5.5 Dohodnuté smluvní pokuty budou uhrazeny vedle náhrady škody, která vznikne porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů od doručení písemné výzvy k úhradě oprávněnou smluvní stranou druhé smluvní straně.

6. Trvání a ukončení Smlouvy

- 6.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet.
- 6.2 Kupující a Prodávající mají právo odstoupit od Smlouvy z důvodů a v souladu s příslušnými ustanoveními ObčZ. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 6.3 Podstatným porušením této Smlouvy je zejména (avšak nikoliv výlučně):
- prodlení Prodávajícího s dodáním zboží o více než 14 dní;
 - prodlení Prodávajícího s odstraněním vady zboží o více než 30 dní;
 - opakovaný výskyt vady zboží;
 - jestliže Prodávající ujistil Kupujícího, že zboží má určité vlastnosti, zejména vlastnosti Kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v této Smlouvě ukáže jako nepravdivé;
 - v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

7. Závěrečná ustanovení

- 7.1 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 7.2 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Kupujícího, je neplatné.
- 7.3 Kontaktní osoba ve věcech plnění této Smlouvy, zejména pro vyřizování dílčích objednávek, je:
- na straně Kupujícího: jméno: [REDAKCE]
 - na straně Prodávajícího: jméno: [REDAKCE]
- 7.4 Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou absolutně neplatná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.5 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna včetně jejích změn a dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- 7.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 7.7 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- 7.8 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či chybějícího ustanovení.
- 7.9 Smlouva je tvořena následujícími přílohami, které jsou její nedílnou součástí:
- a. Příloha č. 1 Technická specifikace.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne _____

V Brně dne 13.2. 2023

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2023.02.24
08:39:35 +01'00'

Ing. Attila Kürti
Digitálně podepsal
Ing. Attila Kürti
Datum: 2023.02.13
10:35:22 +01'00'

Podpis: _____

Kupující
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

Podpis: _____

Prodávající
Ing. Attila Kürti
jednatel MeWAdia s.r.o.

Příloha č.1: Technická specifikace

Příloha č. 1 Technická specifikace

Požadované dodávky systému (přístrojů či zdravotnické technologie) vč. počtu ks:

- **Vyšetřovací/základové světlo na porodní sály (2 ks)**

Obecně platné pro všechny níže uvedené položky technické specifikace:

- Součástí vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je vždy, pokud to jeho povaha umožňuje, také jeho medicínský účel, tzn. jeho diagnostické a terapeutické využití uvedené níže.
- Veškeré obchodní a technické podmínky veřejné zakázky uvedené v ZD jsou zdůvodnitelné objektivními potřebami zadavatele. Číselné technické parametry uvedené níže, jsou tam, kde je to s ohledem na zachování požadovaného medicínského účelu (diagnostického a terapeutického účelu) vhodné, zadavatelem doplněny o toleranční rozsah min. $\pm 10\%$.
- V případě, že zadavatel trvá na přesném parametru bez tolerance, je požadavek zdůvodnitelný jeho objektivní potřebou.

Informace zadavatele: Toleranční rozsah je reálně doplnit a akceptovat u číselných parametrů, kde z logiky věci (textu, požadovaného parametru) nebo reálnosti tento toleranční rozsah lze použít. Zadavatel ve specifikaci uvádí i číselné technické parametry stanovené v min. nebo max. hodnotě nebo v určitém rozsahu, kde z logiky věci toleranci není možné použít (nedodrženo požadované omezení min. nebo max. hodnoty parametru), stejně jako např. neuváděna tolerance $\pm 10\%$ u definovaných fyzikálních parametrů/hodnot jednoznačně určujících účel/použití.

- Uvedené technicko-medické požadavky vychází z potřeb a požadavků odborného pracoviště a zkušeností s příslušnou (případně v současnosti používanou) technikou. Je požadován systém (přístroj, zdravotnická technologie) minimálně adekvátní k uvedeným vlastnostem (pro požadované použití - aplikaci). Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných systémů (přístrojů, zdravotnická technologie), avšak zadavatelův požadavek není omezen na nabídku jen těchto uvedených, tzn., že lze nabídnout systémy (přístroje, zdravotnická technologie) jakékoli jiné, které mají adekvátní (obdobné) vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.
- Systém (přístroj, zdravotnická technologie) musí mít všechny komponenty nutné k uvedení do provozu a pro požadované využití (aplikace dané a požadované uživatelem).

Parametry předmětu plnění (minimální):

Důvod pořízení

- Obnova a doplnění vybavení odborného medicínského pracoviště – Gynekologicko-porodnická klinika o adekvátní systém odpovídající aktuálním medicínským metodám a požadavkům

medicínský účel (diagnostické a terapeutické využití) – zdravotnický prostředek bude využíván pro minimálně níže uvedené výkony a aplikace:

- Osvětlení nad lůžkem k malým operačním intervencím, porodní poranění;

Příloha č. 1 Technická specifikace

Technicko – medicinské požadavky (minimální):

Každý z nabízených přístrojů musí vyhovovat následujícím požadavkům:

Vyšetřovací/zábrokové světlo na porodní sály (2 ks)

Kotevní výška stropu v místnostech pro instalaci vyšetřovacích světel je cca 300 cm. Snížený pohled zde není vybudován.

Technický požadavek (technický parametr)	Tolerance +/- 10% (ano/ne)	Vyjádření účastníka ZŘ (dodavatele)	
		Splnění ANO/NE	Odkaz na místo v nabídce, kde nalezneme (vč. strany dokumentu)
Vyšetřovací/zábrokové světlo stropní provedení – 1 rameno	Ne	ANO	Návod str. 32
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m min. 100 000 lx	Ano	ANO	130 000 Lux, Produktový list orig.
Regulace intenzity v rozmezí min. 50 – 100 % - LED indikace stupně osvětlení	Ne	ANO	30 -100%, Produktový list orig.
Teplota chromatičnosti min. 4300 K	Ne	ANO	3800°/4300°/4800°, Produktový list orig.
Průměr osvětleného pole min. 140 mm	Ano	ANO	150 – 250mm, Produktový list orig.
Index podání barev R _a min. 95	Ne	ANO	R _a = 96, Produktový list orig.
Průměrná životnost světelných zdrojů min. 60 000 h	Ano	ANO	60 000 hod., Produktový list orig.
Integrované ovládání	Ne	ANO	Návod str. 19
Homogenní světelné pole	Ne	ANO	Produktový list orig.
Maximální eliminace stínů	Ne	ANO	Produktový list orig.
Výškově stavitelné, možnost naktánění a otáčení – ramena otočná o 360°	Ne	ANO	Návod str. 32
Snadné čištění a dezinfekce svítidel běžnými dezinfekčními prostředky – uzavřený korpus svítidla s hladkým povrchem, krycí sklo odolné proti poškrábání	Ne	ANO	Návod str. 35
Napájení 230 V / 50 Hz	Ne	ANO	Návod str. 17

Další požadované funkcionality a vlastnosti:

Požadované funkcionality a vlastnosti uživatelem:	Vyjádření účastníka ZŘ (dodavatele)
	Splnění ANO/NE
Garance bezproblémového a bezpečného provozu:	
- jednoduchá (intuitivní) obsluha (rychlé a dostatečné zaučení obsluhy – minimalizace rizika chyby lidského faktoru (obsluhy));	ANO
- ovládací prvky srozumitelné a jednoduché (požadavek na jednoduché, jednoznačné a rychlé ovládání / nastavení parametrů; přehledné ovládání);	ANO
- jednoduchá a rychlá příprava pro aplikaci/použití; intuitivní a snadné používání a údržba	ANO
Garantovaná servisní podpora systému jako celku, (min. 8 let od dodání);	ANO
Garance rychlého servisu a zprovoznění systému po poruše (dostupnost záručního a pozáručního servisu) - autorizovaný servis v ČR	ANO
V záruční době bezplatně provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.)	ANO
Dodání návodu k použití v CJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi	ANO

Příloha č. 1 Technická specifikace

Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu	ANO
Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže	ANO
Technická/aplikační podpora v potřebném rozsahu po celou dobu provozu přístroje	ANO

Příslušenství a doplňky (akcesorie):

	Vyjádření účastníka ZŘ (dodavatele)
	Splnění ANO/NE
V dodávce musí být nutné příslušenství a vybavení:	
- pro instalaci a uvedení do provozu – kompletní napájecí kabely, propojovací kabely, materiál na uvedení do standardního provozu - pokud jsou vyžadovány pro provoz přístroje;	ANO

- Zadavatel bude akceptovat nabídku i s lepšími technickými parametry, než jsou uvedeny v technické specifikaci, a to za předpokladu, že nabízený zdravotnický prostředek bude vyhovovat požadavkům, které se na konkrétní prostředek vztahují, vč. naplnění medicínského účelu použití tohoto prostředku.
- **Pokyny pro vyplnění dokumentu**
- „ANO / NE “ - zde účastník uvede slovně ANO / NE zda splňuje požadované technické parametry;
- „Strana dokumentu“ - zde účastník uvede, stranu daného dokumentu, ve kterém se daný technický parametr nachází.
- ***Účastník je povinen vyplnit všechny položky uvedené v technické specifikaci, viz tabulky výše.***

Konzultováno se zástupci uživatele, schváleno k realizaci VZ.