

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA A TRANSPORTNÍ TECHNIKA			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ČÁST 9 - KOUPACÍ KŘESLO			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice	IČO:	263 61 078
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šima, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva		
Druh VZ:		Podmínky:	otevřené
Název dodavatele:	Stamed s.r.o.		
Sídlo:	Vřesová 667, 330 08 Zruč-Senec	IČO:	29161941
Statutární zástupce:	Stanislav Kohout, jednatel	Kontaktní osoba:	Roman Lung
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávací řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE			VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
1. Koupací křeslo	4	36	ANO
Závazná specifikace zadavatele:			Název: Sprchovací křeslo SOFLEX manual
hmotnost 136 kg	ANO	135kg	Sériové číslo: bude doplněno při předání
Hydraulický zdvih, velký zvedací rozsah 500 mm – 1050 mm	ANO	500-1050mm	Výrobce: France Reval S.A.
Řevné nastavení sklonu	ANO		
Možnost nastavitelné opěrky hlavy	ANO		
Ergonomicky tvarovaná záda a sedátko	ANO		
Nastavitelné a odnímatelné opěrky nohou a lýtek	ANO		
Klopné područky pro boční přesun	ANO		
Klopné a uzamykatelné područky s předním uzavřením nebo bezpečnostní pás kolem pacienta	ANO		
vhodné pro sprchový kout a WC	ANO		
Wobílní toaleta díky možnosti toaletní nádoby	ANO		
čtyři samostatně brzděná kolečka	ANO		
Možnost pěnové sedáčky a zad	ANO		
Veliková šířka max 730 mm	ANO	615mm	
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			Přílohy: viz. Příložený produktový list
			Ve Zručí- Senci dne 7.6.2022
			Zpracoval: Stanislav Kohout, jednatel

