

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE DOMAŽICKÉ NEMOCNICE – TRANSPORTNÍ TECHNIKA, OPERAČNÍ TECHNIKA, INTENZIVNÍ PÉČE – II. VYHLÁŠENÍ (VZMR)			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 4 - Přístroj pro vysokoprůtokový ohřev infuzí			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Kozinova 292, 344 01 Domažlice	IČO:	26361078
Statutární zástupce:	[REDAKOVANÉ]		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	VZMR
Druh řízení:	poptávkové		
DODAVATEL			
Název dodavatele:	MEDISSET - CHIRONAX s.r.o.		
Sídlo:	Lidická tř. 566 / 82, 370 01 České Budějovice	IČO:	48200417
Statutární zástupce:	[REDAKOVANÉ]	Kontaktní osoba:	[REDAKOVANÉ]
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Výzvy k podání nabídky dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE		VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:
1. Přístroj pro vysokoprůtokový ohřev infuzí	[REDAKOVANÉ]	24	ANO
Závazná specifikace zadavatele:		Výrobce: Ace Medical	
Přístroj pro vysokoprůtokový ohřev infuzí		DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
tlakový infuzní systém je určen pro ohřev krve a jiných infuzních tekutin s možností vysokého průtoku		ANO	
součástí přístroje jsou dvě tlakové komory pro krevní a infuzní vaky o objemu 250 ml až 1000 ml tekutiny zajišťující konstantní tlak 300 mm Hg		0-400 mmHG	
v závislosti na typu zvoleného infuzního setu lze podat až minimálně 30 litrů normotermické infuze za hodinu		ANO	
teplota 40-42 st C - teplota oběžného roztoku je nastavena na 41,7 +/- 0,3°C, teplota infuze v normotermickém rozměru v závislosti na vstupní teplotě roztoku / krve a rychlosti podávání		37-41°C	
voltáž 220 – 240 V, 50/60 Hz		ANO	
dobře čitelný displej, jednoduché ovládání		ANO	
odolnost proti vlhkosti, doporučeno minimálně IPx1		ANO	
součástí dodávky je pojízdný stojan s držáky na přístroj		ANO	
součástí dodávky je sada 10 jednorázových setů/souprav pro provoz přístroje		ANO (Automer II High Flow SET)	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.		Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍD	
		V Českých Budějovicích dne 19.12.2022	
		[REDAKOVANÉ]	