

Příloha č. 1 Kupní smlouvy
"3D zobrazovací systém propojený s mikroskopem"
TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
3D zobrazovací systém propojený s mikroskopem			
<i>(nabízený typ)</i>			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Integrovaná 1-čipová Full HD kamera	ANO	2 Integrované 3-čipové Full HD 4K kamery	
55" 4K (3840x2160p) monitor na pojízdném stojanu	ANO	55" 4K (3840x2160p) monitor na pojízdném stojanu	
Možnost volby režimu	ANO	Možnost volby režimu	
Plně 3D digitální (bez okulárů)	ANO	Plně 3D digitální (bez okulárů)	
Hybridní (možnost použití okulárů i 3D monitor souběžně)	ANO	Hybridní (možnost použití okulárů i 3D monitor souběžně)	
Možnost nastavení detailních parametrů zobrazení pro každý režim (přední segment, zadní segment, digitální, hybridní)	ANO	Možnost nastavení detailních parametrů zobrazení pro každý režim (přední segment, zadní segment, digitální, hybridní)	
Nahrávání 3D videa přes full HD3D nahrávání	ANO	Nahrávání 3D videa přes full HD3D nahrávání	
Propojení a kompatibilita se stávajícím operačním mikroskopem Lumero 700 pomocí kabeláže	ANO	Propojení a kompatibilita se stávajícím operačním mikroskopem Lumera 700 pomocí kabeláže	
10 ks 3D brýlí pro plnohodnotné sledování v 3D zobrazení	ANO	10 ks 3D brýlí pro plnohodnotné sledování v 3D zobrazení	
DICOM kompatibilita s mikroskopem i databázovým SW FORUM	ANO	DICOM kompatibilita s mikroskopem i databázovým SW FORUM	
Software pro rozšíření připojení biometru, mikroskopu a dalších stanovišť			
Prohlížecké licence:			
FORUM Viewer 3 ks	ANO	FORUM Viewer 3 ks	
Retina Workplace 3 ks	ANO	Retina Workplace 3 ks	
Galucoma Workplace 4 ks	ANO	Glaukoma Workplace 4 ks	
Přístrojové licence a připojení přístrojů:			
CZM Instrument 4 ks	ANO	CZM Instrument 4 ks	
Propojení s FONS Enterprise (HL7):			
FORUM-EMR HL7 package	ANO	FORUM-EMR HL7 package	
Volitelné, zvyhodňující vlastnosti/parametry – hodnotící kritérium			
hodnotící kritérium - 13 bodů			
Integrované 3-čipové kamery 2 ks	ANO ANO = 13 bodů NE = 0 bodů	2 Integrované 3-čipové Full HD 4K kamery	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
hodnotící kritérium - 15 bodů			
Rozlišení kamer 4K	ANO ANO = 15 bodů NE = 0 bodů	rozlišení kamer 4K	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)