

## 2. část VZ

## Radiodiagnostická stanice 6ks

**1. Technické požadavky:**

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

**2. Medicínský účel:** vyhodnocování nasnímaných obrazů

**3. Kompatibilita:** není požadována

**4. Specifikace:**

Předmětem nabídky je (účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce): **EIZO RadiForce RX 660 s PC stanicí FUJITSU Celsius 5010**

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	<p><b>Účastníkem nabízená hodnota</b></p> <p>(účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů <b>uvedením hodnoty</b> parametru, u ostatních slovem <b>splňuje, zároveň uvede odkaz na příložený</b> nebo výrobcem schválený veřejně přístupný <b>dokument</b> – zdroj, strana, kapitola)</p>
<p>1. PC stanice minimálně v konfiguraci nebo odpovídající ekvivalent:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intel Core i7 6700 Skylake, Intel C236, RAM 32GB DDR4, Intel HD Graphics 530, SSD 512GB, DVD, DVI-D, DisplayPort, USB 3.1 Gen 1, COM, M.2 2280,</li> <li>• aktuálně výrobcem podporovaný operační systém MS min. Windows 10 Pro 64-bit,</li> <li>• LCD monitor min. 21", klávesnice, myš</li> </ul>	<p><b>Splňuje,</b></p> <p>PC stanice minimálně v konfiguraci nebo odpovídající: Intel Core i7 6700 Skylake, Intel C236, RAM 32GB DDR4, Intel HD Graphics 530, SSD 512GB, DVD, DVI-D, DisplayPort, USB 3.1 Gen 1, COM, M.2 2280, MS min. Windows 10 Pro 64-bit, LCD monitor min. 21", klávesnice, myš</p> <p><b>TL. str. 17.</b></p>
<p>2. Minimálně jeden diagnostický medicínský barevný monitor, rozlišení 6MP, úhlopříčka 30", kontrast 1500:1, svítivost 1000 Cd/m<sup>2</sup>, výškově nastavitelný, DUE, DVI-D (dual link), 2xDP, grafická karta,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ekvivalentně lze nabídnout dva diagnostické medicínské barevné monitory, rozlišení 3MP, úhlopříčka min. 21", kontrast 1500:1, svítivost 1000 Cd/m<sup>2</sup>, otočný a výškově nastavitelný, DUE, DVI-D (dual link), 2xDP, grafická karta</li> </ul>	<p><b>Splňuje,</b></p> <p>diagnostický medicínský barevný monitor, rozlišení 6MP úhlopříčka 30", kontrast 1500:1, svítivost 1000 Cd/m<sup>2</sup>, , DVI-D (dual link), 2xDP,</p> <p><b>TL. str. 24.</b></p> <p>případně i ekvivalent pár diagnostických medicínských barevných monitorů, rozlišení 3MP, úhlopříčka 21", kontrast 1500:1, svítivost 1000 Cd/m<sup>2</sup>, (dual link), 2xDP,</p>