

2.část VZ

Diagnostické monitory digitálního obrazu pro PACS - 10ks

1. Technické požadavky:

- Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají podobné vlastnosti a splňují medicínský účel.
- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: vyhodnocování nasnímaných obrazů**3. Kompatibilita:** není požadována**4. Specifikace: EIZO RadiForce MX 216-HD**

Předmětem nabídky je (účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce): **EIZO RadiForce MX 216-HD**

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje, zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Medicínský barevný monitor úhlopříčka min. 21"	21" TL str. 29
2. Rozlišení min. 2MP (min. 1600x1200 pixel)	2 MP, 1600x1200 pix TL str. 29
3. Maximální kontrast min. 1400:1	1500:1 TL str. 29
4. Maximální svítivost min. 500 Cd/m ²	500 cd/m ² TL str. 29
5. Bitová hloubka min. 13bit	543 mld. barev / 13 bit TL str. 29
6. Otočný a výškově nastavitelný	ANO TL str. 27
7. Automatická regulace rozložení jasu	ANO TL str. 26
8. CE Medical Device Directive: 93/42/EEC	ANO TL str. 29
9. Konektivita monitorů pro jejich sériové propojení (omezení kabeláže)	ANO TL str. 27
10. Konektivita a vybavení: grafická karta odpovídající min. parametrům monitoru	ANO TL str. 29