

Protokol o uvedení do provozu

Tímto protokolem předává Fomei s.r.o. zboží dle kupní smlouvy.
Tento protokol současně slouží jako záruční list.



Příloha č.2. Předávací protokol

VZ: Dodávky RGT techniky, č.j. FTN-Ř-167/2021 / Z2021-044087

Prodávající:

FOMEI s.r.o.
U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

Kupující:

Fakultní Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 140 59 Praha
Místo instalace
Radiologická klinika - Pavilon B3 a B5

Předmět:

Philips DigitalDiagnost se třemi flat panely, Hight Performance C90 (typ) MV, 1 ks,
Philips DigitalDiagnost se dvěma flat panely, Hight Performance C90 (typ) MV, 2 ks,
Diagnostické stanice PC FUJITSU Celsius (typ) 5010, EIZO RadiForce, (typ) RX 660, 6 ks,
Monitory EIZO RadiForce, (typ) MX 216 HB, 10 ks

Číslo projektu:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 122/0016661
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016291
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016291
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016252

Zařízení instaloval:

Fomei s.r.o.

Místo instalace:

sídlo kupujícího, Radiologická klinika

Záruční lhůta:

Ode dne uvedení do provozu běží záruční lhůta v délce **24 měsíců**.
V průběhu této lhůty nesmí obsluha provádět na zařízení žádné zásahy kromě běžné obsluhy podle návodu nebo podle pokynů servisního technika. Detailní záruční podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě.

Servisní telefon:

RTG servis FOMEI s.r.o.
Vedoucí servisu Bc. Kamil Hrabal – 603 587 484
rtgservis@fomei.com

Předávané zařízení:

viz. další strana

Zaškolení obsluhy:

Kupující prohlašuje, že instruktáž obsluhy zařízení v potřebném rozsahu.
Jména a potvrzení zaškolených osob jsou uvedeny v „Protokolu o instruktáži obsluhy“, který je přílohou tohoto předávacího protokolu.

Přílohy:

Protokol o instruktáži obsluhy
Návod k použití v písemné a digitální formě 2 x písemné podobě a 2 x CD
Prohlášení o shodě
Dodací list

V Praze:

Fomei s.r.o.

Fakultní Thomayerova nemocnice

Protokol o uvedení do provozu

Tímto protokolem předává Fomei s.r.o. zboží dle kupní smlouvy.
Tento protokol současně slouží jako záruční list.



Seznam zařízení

VZ: Dodávky RGT techniky

Položka	Počet ks	Výrobní číslo
Philips DigitalDiagnost se třemi flat panely Hight Performance C90 MV	1	---
Philips DigitalDiagnost se dvěma flat panely Hight Performance C90 MV	2	---
Diagnostické stanice PC FUJITSU Celsius 5010, monitory EIZO RadiForce, RX 660,	6	---
Monitory EIZO RadiForce, MX 216 HB,	10	---

Protokol o uvedení do provozu

Tímto protokolem předává Fomei s.r.o. zboží dle kupní smlouvy.
Tento protokol současně slouží jako záruční list.



Protokol o instruktáži obsluhy

Příloha č.2. Předávací protokol

VZ: Dodávky RGT techniky, č.j. FTN-Ř-167/2021 / Z2021-044087

Školitel:

FOMEI s.r.o.
U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

Uživatel:

Fakultní Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, 140 59 Praha
Místo instalace
Radiologická klinika - Pavilon B3 a B5

Specifikace přístroje

Philips DigitalDiagnost se třemi flat panely, Hight Performance C90 (typ) MV, 1 ks,
Philips DigitalDiagnost se dvěma flat panely, Hight Performance C90 (typ) MV, 2 ks,
Diagnostické stanice PC FUJITSU Celsius (typ) 5010, EIZO RadiForce, (typ) RX 660, 6 ks,
Monitory EIZO RadiForce, (typ) MX 216 HB, 10 ks

Číslo projektu:

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 122/0016661
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016291
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016291
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21 121/0016252

Instruktaž obsluhy:

Níže uvedené osoby byly seznámeny s obsluhou a funkčními možnostmi zdravotnického prostředku v rozsahu návodu k použití, tzn. byly upozorněny na případná možná rizika, jež mohou vzniknout nesprávným použitím zdravotnického prostředku, s termíny pravidelných preventivních kontrol, s indikacemi a kontraindikacemi, s bezpečnostními předpisy vztahujícími se k zdravotnickému prostředku, s čištěním, dezinfekcí, údržbou a testováním zdravotnického prostředku.

V Praze:

FOMEI s.r.o.

Fakultní Thomayerova nemocnice

Protokol o uvedení do provozu

Tímto protokolem předává Fomei s.r.o. zboží dle kupní smlouvy.
Tento protokol současně slouží jako záruční list.



Seznam osob seznámených s používáním přístroje

Jméno a příjmení (hůlkovým písmem)	Podpis