

Technická specifikace

Předmět zakázky	Požadované parametry zadavatele	Parametry od účastníka*
Centrifuga chlazená	Výkyvný rotor se závěsy pro objem 15 - 750 ml	ANO
	Dodání včetně adaptérů pro zkumvaky o objemu 15 ml, 50 ml, 750 ml	ANO
	Min. RCF pro výkyvný rotor 3000 x g	ANO
	Min. otáčky rotoru pro objem 750 ml 3500	ANO
	Možnost cetrifugy rozšířit o mikrodestičkový rotor a rotor s pevným úhlem	ANO
	Časovač s min. rozsahem 1 - 59 min.	ANO
	Zdroj napájení 230 V	ANO
	Dodání včetně lahví pro adaptér 750 ml (min. 4 ks)	ANO
	Maximální rozměry: hloubka 61 cm, šířka 80 cm. (centrifuga bude umístěna v laboratoři GMO a mikrobiologie pro využití při práci především s GMO mikroorganismy. Vzhledem k nařízení o nakládání GMO mikroorganismů nemůže být centrifuga umístěna v jiné místnosti. Maximální požadované rozměry (hloubka a šířka) jsou dány prostorovým uspořádáním laboratorního nábytku v místnosti a rozměru stolu, na který je plánované přístroj umístit. Na jiný stůl není možné centrifugu umístit vzhledem k citlivosti jiných přístrojů a možnosti způsobení nepřesného měření při chodu centrifugy vlivem potencionálních vibrací vznikajících během odstředování).	ANO
	Rotory a adaptéry v ceně přístroje	ANO
Chlazená, min. teplotní rozsah: -5 - 40 °C	ANO	
<p>*Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.</p>		