

| | | |
|---|-----|---|
| Dvouramenné stropní operační svítidlo s technologií LED pro použití na operačním sále 2ks | ks | 2 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zdroj světla LED technologie – diody umístěny v korpusu svítidla – míšení světla přímo v jednotce LED 2. index podání barev Ra 99 pro všechny hodnoty 3. plynulé nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu 4. homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů 5. nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 6. multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti 7. ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 2 kusy pro svítidlo 8. možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení 9. životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 10. výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla 11. garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla 12. RAMENO1: <ul style="list-style-type: none"> · Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx · Průměr světelného pole 180–270 mm | | |
| <ul style="list-style-type: none"> · Rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od 3 800°K do 4 800°K za zachování chladného světla · Plynulé nastavení průměru světelného pole | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 13. RAMENO2 <ul style="list-style-type: none"> · Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 100 000 lx · Průměr světelného pole 170 mm · Nastavitelná intenzita osvětlení v rozmezí 30–100 % s LED indikací · Pracovní rozsah osvětlení cca 900–1600 mm · Teplota chromatičnosti – 4 300°K | | |
| Ukončovací prvky medicijních plynů 3ks | kpl | 1 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pevný stativ viz. Výkres D1.4.3.04 Detail 02 1ks 2. Dvouramenný sklopný stativ 2.stativ anesteziologický viz. Výkres D1.4.3.04 Detail 03 1ks 3. Dvouramenný sklopný stativ chirurgický viz. Výkres D1.4.3.04 Detail 04 1ks | | |
| Vestavná skříňka pro monitor 2ks | ks | 2 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. skříňky na monitor o velikosti 55“ do vestavby 2ks <ul style="list-style-type: none"> · Skříňka pro monitor do středního pásu systému vestaveb · Bezpečnostní sklo · Pozinkovaný ocelový plech v odstínu RAL vestaveb · prosklení je zároveň s panelem systému a nijak z něj nevyčnívá. · Skříňka má panty a odklopný systém k servisnímu zásahu. | | |