

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 7 – Křeslo vyšetřovací polohovací s kolposkopem					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	Amirex Medical, s.r.o.				
Sídlo:	Polní 92, Brno, 63900	IČO:	29240913		
Statutární zástupce:	Ing. Kamil Horňák	Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 <b>Zadávací dokumentace</b> dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).</b> V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci <b>název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.</b> Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce <b>související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)</b>, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- <b>Není přípustné měnit strukturu tabulky</b> v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO	
1. Křeslo vyšetřovací/polohovací s kolposkopem	2	24	<p>Název: kolposkop AC-2311, křeslo ML3g</p> <p>Sériové číslo: kolposkop AC-2311, křeslo ML3g, výrobní čísla zatím neznáma</p> <p>Výrobce: Kolposkop: Alltion (Guangxi) Instrument Co., Ltd. Křeslo: VAMEL Meditec, spol. s r.o.</p> <p><b>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</b></p>		
Závazná specifikace zadavatele:					
zabudovaná high resolution kamera přímo uvnitř kolposkopu			Full HD, 1920x1080 pixels	ANO	
možnost výstupu do PC i na externí monitor			ano, obojí, případně obojí současně	ANO	
skvělý kontrast				ANO	
široký úhel pohledu				ANO	
apochromatické čočky: (kvalitnější reprodukce barev reálného 3D pohledu)				ANO	
tříkrokové zvětšení: (3,75x; 7,5x; 15x)			3,75x 7,5x 15x	ANO	
integrován zelený filtr			na hlavě kolposkopu	ANO	
individuálně nastavitelné zaostření pro každé oko				ANO	
celkové zaostření je snadné přes ruční otočný kloub			jemné ostření	ANO	
osvětlení LED žárovkou o výdrži přes 10 000 hodin				ANO	
možnost regulace intenzity osvětlení otočným regulátorem			ano, na těle kolposkopu	ANO	
intenzita světla 6.5V / 10.000 LUX			25 000 LUX	ANO	
ohnisková vzdálenost 300 mm			300mm	ANO	
pracovní výška 83 - 125 cm			35-134 cm	ANO	
Křeslo:					
el. nastavení výšky: 65 - 95 cm			volitelně 65-95cm nebo 60-90cm	ANO	
el. nastavení sklonu křesla				ANO	
nastavení zádového dílu pomocí plynového pistu				ANO	
podkolenní opěrky nohou				ANO	
odklonná nerezová nádoba				ANO	
nosnost pacienta min.180kg			180 kg	ANO	
držák papírové role				ANO	
pevná a stabilní kovová konstrukce				ANO	
čalounění z umyvateľné a dezinfikovatelné koženky				ANO	
výběr barvy dle vzorníku			30 barev ze vzorníku	ANO	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.			<b>Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍ</b>		
			V Brně dne 13.12.2022		