

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 6 - Instrumentárium pro akutní operativu			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 610 86
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL			
Název dodavatele:	MEDILAB ČR, s.r.o.		
Sídlo:	Zahumenská 574, 517 71 České Meziříčí	IČO:	25944991
Statutární zástupce:	Amir Žaketović	Kontaktní osoba:	
POKyny K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybnosti si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE		VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZARÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO
1 Instrumentárium pro akutní operativu	1	24	Název: Resterilizovatelné chirurgické nástroje Sériové číslo: viz. Každý nástroj Výrobce: MEDILAB ČR, s.r.o.
Závazná specifikace zadavatele: Instrumentárium pro akutní operativu - musí být, umět, obsahovat následující technické parametry:		DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Instrumentárium pro akutní operativu	ks		
Okno velké/Middeldorpf/-délka 25cm, rozměry 70x55mm	2		ANO (19-215 ; Hák Middeldorpf - délka 25.5cm, čepel 55x70mm)
Široký ekarter střední/Mikulicz/-délka 26,0cm, rozměry 50x120mm	1		ANO (19-239 ; Hák Mikulicz - délka 26 cm, čepel 120x50 mm)
Široký ekarter krátký/Mikulicz/-délka 25,5cm, rozměry 55x85mm	2		ANO (19-237 ; Hák Mikulicz - délka 26 cm, čepel 90x50 mm)
Ekarter úzký-délka 24cm, rozměry 28x110mm	2		ANO (19-081102 ; Hák Ekarter úzký - délka 24cm, čepel 28 x110 mm)
Ekarter jaterní-délka 26cm, rozměry 50x155mm	2		ANO (19-240 ; Hák Mikulicz - délka 26 cm, čepel 150x50 mm)
Hák/Langenbeck/-délka 21cm, rozměry 14x28mm	2		ANO (19-165 ; Hák Langenbeck - délka 21cm, čepel 30x14mm)
Hák okénkový velký/Middeldorpf/-délka 23,5cm, rozměry 30x30mm	2		ANO (19-2120 ; Hák Middeldorpf - délka 23.5cm, čepel 30x30mm)
Hák okénkový střední/Middeldorpf/-délka 22,5cm, rozměry 22x22mm	2		ANO (19-211 ; Hák Middeldorpf - délka 22cm, čepel 20x22mm)
Hák okénkový malý/Middeldorpf/-délka 20,5cm, rozměry 16x16mm	2		ANO (19-2101 ; Hák Middeldorpf - délka 20.5cm, čepel 16x16mm)
Hák ostrý šestizubý/Kocher/-délka 22cm, šířka 28mm	2		ANO (19-149 ; Hák Kocher - délka 22cm, ostrý, šestizubý)
Hák ostrý čtyřzubý/Kocher/-délka 22cm, šířka 18mm	2		ANO (19-148 ; Hák Kocher - délka 22cm, ostrý, čtyřzubý)
Peánový jehelec/Mayo-Hegar"HM"/-délka 20cm	2		ANO (T-24-618 ; Jehelec Mayo-Hegar - délka 20cm, normální profil 0,5, TC GOLD)
Jehelec/Mathieu"HM"/-délka 17cm	4		ANO (T-24-671 ; Jehelec Mathieu - délka 17cm, normální profil 0,5, TC GOLD)
Deschamps/na ligatury/-délka 20cm, tupý, pravý	2		ANO (24-1020 ; Deschamps jehla podvazovací - délka 20 cm, tupá, zahnutá do prava, pro levou ruku)
Držátko skalpelových čepelek-č.4, délka 13,5cm	2		ANO (15-069 ; Skalpel rukojet - č.4)
Držátko skalpelových čepelek-č.3, délka 12,5cm	2		ANO (15-063 ; Skalpel rukojet - č.3)
Disektor/Mixer/-délka 23cm	1		ANO (37-015 ; Kleště na žlučnickové kameny Mixer - délka 22cm)
Pinzeta jemná chirurgická-délka 25cm, 1x2 zuby	2		ANO (16-035A ; Chirurgická pinzeta Tissue - délka 25cm, zuby 1:2, jemná)
Pinzeta anatomická-délka 25cm	2		ANO (16-018 ; Anatomická pinzeta Standard - délka 25cm)
Pinzeta anatomická-délka 14,5cm	3		ANO (16-014 ; Anatomická pinzeta Standard - délka 14,5cm)
Pinzeta chirurgická-délka 25cm, 1x2 zuby	1		ANO (16-035 ; Chirurgická pinzeta Tissue - délka 25cm, zuby 1:2)
Pinzeta chirurgická-délka 14,5cm, 1x2 zuby	3		ANO (16-031 ; Chirurgická pinzeta Tissue - délka 14,5cm, zuby 1:2)
Pinzeta jemná chirurgická-délka 14,5cm, 1x2 zuby	1		ANO (16-031A ; Chirurgická pinzeta Tissue - délka 14,5cm, zuby 1:2, jemná)
Peán/Rochester/zahnutý-délka 16cm	4		ANO (17-110 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 16cm, zahnutá)
Peán/Rochester/rovný krátký-délka 16cm	4		ANO (17-102 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 16cm, rovná)
Pean/Halsted/ mosquito-délka 12,5cm, zahnutý	5		ANO (17-022 ; Vaskulární svorka Halsted-Mosquito - délka 12,5cm, zahnutá)
Kocher/Halsted/ mosquito-délka 12,5cm, rovný	5		ANO (17-023 ; Vaskulární svorka Halsted-Mosquito - délka 12,5cm, zuby 1:2, rovná)
Kocher/Rochester-Ochsner/-délka 16cm, zahnuté branže	4		ANO (17-126 ; Vaskulární svorka Rochester-Ochsner - délka 16cm, zahnutá)
Kocher/Rochester-Ochsner/-délka 16cm, rovné branže	4		ANO (17-118 ; Vaskulární svorka Rochester-Ochsner - délka 16cm, rovná)
Tamponové kleště/Foerster/-délka 24cm, rovné, okénkové	2		ANO (20-764 ; Tamponové kleště Foerster - délka 25cm, vroubované)

Tamponové kleště/Foerster/-délka 24cm,zahnuté,okénkové	4	ANO (20-768 ; Tamponové kleště Foerste - délka 25cm, zahnuté, vroubkované)
Peán/Spencer-Wells/hrubý-délka 16cm,rovný	4	ANO (17-090 ; Vaskulární svorka Spencer-Wells - délka 15cm, rovná)
Peán/Spencer-Wells/hrubý-délka 16cm,zahnutý	2	ANO (17-095 ; Vaskulární svorka Spencer-Wells - délka 15cm, zahnutá)
Preparační nůžky/Metzenbaum/"HM"-délka 26cm,branže tupé,rovné	1	ANO (T-22-642 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum - délka 25cm, tupé, rovné, TC GOLD)
Nůžky/slim /-délka 20cm,branže ostré,zahnuté	1	ANO (22-169 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum-Fino - délka 20cm, hrotnaté, zahnuté, štíhlé)
Preparační nůžky/Metzenbaum/"HM"-délka 20cm,branže tupé,zahnuté	2	ANO (T-22-647 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum - délka 20cm, tupé, zahnuté, TC GOLD)
Nůžky/slim /-délka 18cm,branže ostré,rovné	2	ANO (22-164 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum-Fino - délka 18cm, hrotnaté, rovné, štíhlé)
Instrumentační nůžky-délka 11,5cm,branže tupé,rovné	1	ANO (22-002 ; Chirurgické nůžky - délka 11,5 cm, tupé, rovné)
Nůžky/Metzenbaum slim /"HM"-délka 18cm,branže tupé,zahnuté	1	ANO (T-22-653 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum-Fino - délka 18cm, tupé, jemné, rovné, TC GOLD)
Mikulicz-délka 18cm,zahnutý,1x2zuby	6	ANO (17-2851 ; Svorka na žlučovody Mikulicz - délka 18cm)
Stěvné svorky/Kocher/-délka 23cm,branže zahnuté	4	ANO (35-373 ; Svorka na stěva Kocher - délka 22cm, zahnutá)
Kleště/Allis/-délka 15cm,4x5 zuby	2	ANO (35-302 ; Chirurgická svorka Allis-Baby - délka 15cm, zuby 4,5)
Peán/Rochester/-délka 26cm,branže zahnutý	4	ANO (17-115 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 26cm, zahnutá)
Peán/Rochester/-délka 26cm,branže rovný	2	ANO (17-107 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 26cm, rovná)
Kocher/Rochester-Ochsner/-délka 26cm,rovné branže	4	ANO (17-123 ; Vaskulární svorka Rochester-Ochsner - délka 26cm, rovná)
Jehelec/Bozemann/"HM"-délka 26cm	2	ANO (T-24-060730 ; Jehelec BOZEMANN - délka 25 cm, vroubkované 0,5 mm, tvrdokov,normal, Profil)
KleštěCollin/ na žlučník-délka 16cm	2	ANO (17-182 ; Collin kleště na držení ohranů - délka 16 cm)
Paličková sonda-délka 18cm,průměr 2mm	2	ANO (23-026 ; Pátradlo - délka 18cm, průměr 2mm, var.3)
Žiábková sonda-délka 14cm, mírně zahnutá	2	ANO (24-1044 ; Kocher návaděcí pátradlo podvazovací - délka 15 cm, šířka 11 mm)
Lžička ostrá-délka 20cm,šířka 8mm	1	ANO (21-2702 ; Chirurgická kyreta trepanační - délka 20 cm, vel.8 mm)
Stěvné cévní pinzeta/DeBakey AT/-délka 30cm,šířka branží 2mm	1	ANO (27-635 ; Chirurgická pinzeta De Bakey - délka 30cm, šířka 2mm)
Koagulační rukojet včetně kabelu,koagulace ERBE	1	ANO (F4246 ; Koagulační rukojet včetně kabelu,koagulace ERBE)
Koagulační nůž-délka 10cm,průměr 4mm	1	ANO (162-115-13 ; Koagulační nůž-krátký,průměr 4mm)
Držák na světlo	1	<u>Není vyžadován</u>
Sterilizační konjener/hliníkový/-vana,rozměry 585x274x188mm,červené úchyty	1	ANO (SCB6-108 VANA KONTEJNEROVÁ - NEPERFOROVANÁ VNĚJŠÍ ROZMĚR: 600X272X190 MM - VNITŘNÍ ROZMĚR: 543X258X180 MM H1-557-01 DRŽADLO SILIKONOVÉ, ČERVENÉ, 1 ks)
Sterilizační víko ventilový systém/bezúdržbový/,rozměry: 588x278mm,červené víko	1	ANO (LBR7-124 ; VÍKO BARRIER SYSTÉM, ČERVENÉ 580X280 MM)
Nerezové síto do kontejneru 540 x 255 x 100mm	1	ANO (WB2-463 ; DRÁTĚNÝ KOŠ 540X250X100 MM)
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.		Přílohy: " Medilab - Technická dokumentace - část 6 "
		V Českém Meziříčí dne 29.07.2022