

TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)					
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY					
Část 4 – Dezinfektor podložních mís, Dezinfektor podložních mís - gynekologie					
ZADAVATEL					
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL					
Název dodavatele:	SORAL & HANZLIK Medical s.r.o.				
Sídlo:	Kettnerova 1940/1, 155 00 Praha 5	IČO:	054 57 955		
Statutární zástupce:	Ing. Dalibor Šoral, jednatel	Kontaktní osoba:			
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE					
<p>- V souladu se čl. 5.3 <b>Zadávací dokumentace</b> dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).</b> V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále <b>vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.</b> Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je <b>oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky</b>, že se jedná o <b>parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.</b> Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce <b>související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)</b>, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- <b>Není přípustné měnit strukturu tabulky</b> v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p> <p><b>U všech položek této části VZ musí být dodavatelem nabídnuta shodná délka záruční lhůty.</b></p>					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE					
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Dezinfektor podložních mís	2	24	<p>Název: Compact</p> <p>Sériové číslo: Discher Compact 500.1 HWB</p> <p>Výrobce: DISCHER Technik GmbH</p> <p>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŮJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</p> <p>ANO</p> <p>Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.</p> <p>ANO</p> <p>Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883</p> <p>ANO</p> <p>Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem</p> <p>ANO</p> <p>Plně automatický</p> <p>ANO</p> <p>Celonerezový</p> <p>ANO</p> <p>Přehledný displej</p> <p>ANO</p> <p>Komunikační rozhraní v českém jazyce</p> <p>ANO</p> <p>Tepelná dezinfekce při 91 °C</p> <p>ANO</p> <p>Vizuální indikace ukončení programu</p> <p>ANO</p> <p>Vizuální indikace průběhu programu</p> <p>ANO</p> <p>Vizuální indikace poruchy + označení poruchy</p> <p>ANO</p> <p>Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce</p> <p>ANO</p> <p>Mycí programy: Krátký program pro čištění a dezinfekci pro nádoby znečištěné pouze tekutým obsahem, Střední program pro čištění a dezinfekci pro nádoby normálně znečištěné, Dlouhý (Intenzivní) program pro čištění a dezinfekci silně znečištěných nádob</p> <p>ANO Min. 6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní</p> <p>Všechny 3 základní programy je možné libovolně programovat podle přání uživatele</p> <p>ANO</p> <p>Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob</p> <p>ANO</p> <p>Objem mycí komory min. 70 litrů – buď pro 3 močové lahve nebo 1 podložní mísa nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč</p> <p>ANO 80 litrů, 3 močové lahve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč</p> <p>Rozměry (tolerance +/- 10%): šířka 1000 mm, hloubka 700 mm, výška 1000 mm</p> <p>šířka 950 mm, hloubka 570 mm, výška 1000 mm</p> <p>Myčka včetně výlevky umístěné vpravo včetně malého umyvadla</p> <p>ANO</p> <p>Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)</p> <p>ANO</p> <p>Mycí systém pomocí planetového ramene s několika tryskami</p> <p>ANO</p> <p>Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení – dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje</p> <p>ANO</p> <p>Odpad se systémem sifónu – do podlahy nebo stěny průměr 90/110 mm</p> <p>ANO 110 mm</p> <p>Napojení teplá voda 3/4", studená voda 3/4", elektrická energie – max příkon 3,0 kW, 230 V, 16 A</p> <p>ANO</p> <p>ZP třídy IIa</p> <p>ANO</p>	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>					
<b>Dezinfektor podložních mís s výlevkou/ myčka nemocničního materiálu s výlevkou</b>					
Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.					
Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883					
Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem					
Plně automatický					
Celonerezový					
Přehledný displej					
Komunikační rozhraní v českém jazyce					
Tepelná dezinfekce při 91 °C					
Vizuální indikace ukončení programu					
Vizuální indikace průběhu programu					
Vizuální indikace poruchy + označení poruchy					
Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce					
Mycí programy: Krátký program pro čištění a dezinfekci pro nádoby znečištěné pouze tekutým obsahem, Střední program pro čištění a dezinfekci pro nádoby normálně znečištěné, Dlouhý (Intenzivní) program pro čištění a dezinfekci silně znečištěných nádob					
Všechny 3 základní programy je možné libovolně programovat podle přání uživatele					
Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob					
Objem mycí komory min. 70 litrů – buď pro 3 močové lahve nebo 1 podložní mísa nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč					
Rozměry (tolerance +/- 10%): šířka 1000 mm, hloubka 700 mm, výška 1000 mm					
Myčka včetně výlevky umístěné vpravo včetně malého umyvadla					
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)					
Mycí systém pomocí planetového ramene s několika tryskami					
Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení – dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje					
Odpad se systémem sifónu – do podlahy nebo stěny průměr 90/110 mm					
Napojení teplá voda 3/4", studená voda 3/4", elektrická energie – max příkon 3,0 kW, 230 V, 16 A					
ZP třídy IIa					
2.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
	Dezinfektor podložních mís - gynekologie	1	24	<p>Název: Piccolo</p> <p>Sériové číslo: Piccolo-500-DT</p> <p>Výrobce: DISCHER Technik GmbH</p> <p>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŮJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</p> <p>ANO</p> <p>Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.</p> <p>ANO</p> <p>Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883</p> <p>ANO</p> <p>Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem</p> <p>ANO</p>	
<b>Závazná specifikace zadavatele:</b>					
<b>Dezinfektor podložních mís / myčka nemocničního materiálu (gynekologie)</b>					
Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny.					
Provedení ve shodě s příslušnými normami řady ČSN EN ISO 15883					
Provedení vhodné do prostor s nepřetržitým provozem					

Plně automatický	ANO
Celonerezový	ANO
Přehledný displej	ANO
Komunikační rozhraní v českém jazyce	ANO
Tepelná dezinfekce při 91 °C	ANO
Vizuální indikace ukončení programu	ANO
Vizuální indikace průběhu programu	ANO
Vizuální indikace poruchy + označení poruchy	ANO
Bezpečnostní uzavření dveří během mytí a dezinfekce	ANO
Mycí programy: Krátký program pro čištění a dezinfekci pro nádoby znečištěné pouze tekutým obsahem, Střední program pro čištění a dezinfekci pro nádoby normálně znečištěné, Dlouhý (Intenzivní) program pro čištění a dezinfekci silně znečištěných nádob.	ANO Min. 6 programů – 2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní
Všechny 3 základní programy je možné libovolně programovat podle přání uživatele	ANO
Jednoduché komfortní ovládání prostřednictvím automatických programů bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob	ANO
Objem mycí komory min. 70 litrů – buď pro 3 močové lahve nebo 1 podložní mísa nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč	ANO 80 litrů, 3 močové lahve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí nebo nádoba do WC křesla + 1 lahev na moč
Rozměry: šířka 500 mm, hloubka 500 mm, výška min 1300 mm	šířka 500 mm, hloubka 570 mm, výška 1240 mm
Možnost použití pro dezinfekci dalších předmětů (kbelíky, nástroje, nádoby do toaletních křesel)	ANO
Mycí systém pomocí planetového ramene s několika tryskami	ANO
Zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení – dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje	ANO
Odpad se systémem sifónu – do podlahy nebo stěny průměr 90/110 mm	ANO 110 mm
Napojení teplá voda 3/4", studená voda 3/4", elektrická energie – max příkon 3,0 kW, 230 V, 16 A	ANO
ZP třídy Ila	ANO
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.	Přílohy: PDF Discher Piccolo, PDF Discher Compact vč. dřezu a výlevky, prohlášení o shodě V NABÍDCE
	V Praze dne 14.12.2022
	Zpracoval: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>

Ing. Dalibor Šoral

Digitálně podepsal  
Ing. Dalibor Šoral  
Datum: 2023.03.20  
08:59:39 +01'00'