

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - II. VYHLÁŠENÍ (operační technika, intenzivní péče, křesla, dezinfekční technika)			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 8 – Křeslo patientské			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 61 086
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M. – předseda představenstva, MUDr. Iva Pešková – místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman – člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřené řízení
DODAVATEL			
Název dodavatele:	CHIS, s.r.o.		
Sídlo:	Hudcova 78c	IČO:	46970363
Statutární zástupce:	Ing. Pavel Zachoval	Kontaktní osoba:	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napiše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE		VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
1.	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících
	křeslo patientské	10	36
Základní specifikace zadavatele:		<p>Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:</p> <p>ANO / NE</p> <p>křeslo Kardiak</p> <p>Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL</p> <p>Výrobce: CHIS, s.r.o.</p> <p>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</p>	
polohovatelné (polohovací) křeslo pro kardiologii tzn. kardiacké křeslo		ano	
dvě plynové pružiny umožňují na sobě nezávisle polohování zádového a nožního dílu až do protisíkové polohy		ano	
lze jej obsluhovat jak personálem, tak samotným pacientem		ano	
tvarované područky jsou polohovatelné všemi směry (3D)		ano	
možnost integrovaného infuzního stojanu (1ks součástí dodávky), usnadňující úklid kolem křesla a výrazné šetří místo		ano	
• infuzní stojan je možno použít na obou stranách křesla		ano	
• šířka sedáku cca 520 mm		ano	
• šířka a délka složeného křesla cca 820 x 820 mm		ano	
• délka rozloženého křesla cca 1600 mm		ano	
• více barevných provedení omyvatelné, dezinfikovatelné koženky		ano	
• více barevných provedení kovové konstrukce		ano	
• kolečka- 4ks brzditelné, průměr min.100mm		ano	
• nosnost 150-200 kg dle přání zákazníka		ano	
• doložení barevného vzorníku		příkládám	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.		<p>DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPIŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)</p> <p>Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍ</p>	
		V DOPLNIT dne DOPLNIT	
		Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL	