

Specifikace zboží

Název zboží	Horizontální laboratorní autokláv
Číslo/kód v rámci UniMeC II	133-058
Název zadávajícího pracoviště	Ústav hygieny a preventivní medicíny
Místo plnění	Lékařská fakulta v Plzni, UniMeC II, alej Svobody 76, 4.NP, Ústav hygieny a preventivní medicíny, Místnost 4.62
Popis zboží	

Horizontální laboratorní autokláv

- Objem 28 – 30 litrů
- Průměr kotliny min. 280 mm
- 2 flexibilní teplotní čidla pro sterilizaci roztoků
- Minimálně 5 přednastavených programů + min. 20 volných
- Ovládací displej s menu v češtině
- USB a ethernet port, musí být možný download proběhlých cyklů bez speciálního SW
- Jako součást instalace je požadován v ceně pasport a výchozí revize tlakové nádoby

CPV kód zboží	33191110-9	Autoklávy
---------------	------------	-----------