

TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - OPERAČNÍ TECHNIKA			
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY			
Část 5 - Instrumentárium břišní vč. sterilizačního kontejneru			
ZADAVATEL			
Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.		
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	263 610 86
Statutární zástupce:	Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, předseda představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, MUDr. Iva Pešková, člen představenstva		
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní
		Druh řízení:	otevřený řízení
DODAVATEL			
Název dodavatele:	MEDILAB ČR, s.r.o.		
Sídlo:	Záhumská 574, 517 71 České Meziříčí	IČO:	25944991
Statutární zástupce:	Amír Zaketović	Kontaktní osoba:	
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE			
<p>- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.</p> <p>- V úvodu pravého sloupce dodavatel <b>vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele.</b> Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatřetí „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.</p> <p>- Dodavatel dále <b>vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce.</b> Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je bližší specifikuje.</p> <p>- Dodavatel je <b>oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele.</b> Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.</p> <p>- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.</p> <p>- <b>Není přípustné měnit strukturu tabulky</b> v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.</p> <p>- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.</p>			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE			
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE		VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE	
	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících
1	Instrumentárium břišní vč. sterilizačního kontejneru	1	24
Základní specifikace zadavatele:		Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: ANO Název: Resterilizovatelné chirurgické nástroje Sériové číslo: viz. Každý nástroj Výrobce: MEDILAB ČR, s.r.o. DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Instrumentárium břišní vč. sterilizačního kontejneru		ks	
	Hák/Fritsch/ – délka 25,5cm, rozměry 75x45mm	1	ANO ( 19-230 ; Hák Fritsch - délka 24 cm, čepel 45x75 mm )
	Hák/Fritsch/ – délka 25,5cm, rozměry 40x40mm	1	ANO ( 19-226 ; Hák Fritsch - délka 24 cm, čepel 40x40 mm )
	Ekarter úzký-délka 24cm, rozměry 28x110mm	1	ANO ( 19-081102 ; Hák Ekarter úzký - délka 24cm, čepel 28 x110 mm )
	Ekarter jaterní-délka 26cm, rozměry 50x155mm	1	ANO ( 19-240 ; Hák Mikulicz - délka 26 cm, čepel 150x50 mm )
	Hák okénkový střední/Middeldorpf/-délka 22,5cm, rozměry 22x22mm	1	ANO ( 19-211 ; Hák Middeldorpf - délka 22cm, čepel 20x22mm )
	Hák okénkový malý/Middeldorpf/-délka 20,5cm, rozměry 16x16mm	1	ANO ( 19-2101 ; Hák Middeldorpf - délka 20,5cm, čepel 16x16mm )
	Reverdenova lžice-rozměry 45/60,délka 290mm	2	ANO ( 23-004 ; Lopatka břišní Reverdin - délka 29 cm )
	Vrták/Doyen/-délka 17cm	2	ANO ( 20-444 ; Vrták Doyen - délka 17cm )
	Jehelec /Mayo Hegar/ HM-délka 20cm	2	ANO ( T-24-618 ; Jehelec Mayo-Hegar - délka 20cm, normální profil 0,5, TC GOLD )
	Jehelec/Mathieu"HM"/-délka 17cm	1	ANO ( T-24-671 ; Jehelec Mathieu - délka 17cm, normální profil 0,5, TC GOLD )
	Jehelec/Bozemann/"HM"-délka 30cm	1	ANO ( T-24-64630 ; Jehelec BOZEMANN - délka 30cm, vroubované 0,5 mm, tvrdkov,normal. Profil )
	Jehelec/Bozemann/"HM"-délka 20cm	2	ANO ( T-24-646 ; Jehelec Bozemann - délka 20cm, normální profil, TC GOLD )
	Držátko skalpelových čepel-č.4,délka 13,5cm	1	ANO ( 15-069 ; Skalpel rukojeť - č.4 )
	Držátko skalpelových čepel-č.3,délka 12,5cm	2	ANO (15-063 ; Skalpel rukojeť - č.3 )
	Kovová cévka-Charr.-délka 25cm	1	ANO ( 38-235 ; Mužský katétr kovový - délka 27 cm, Fig. 07 )
	Pinzeta anatomická-délka 18cm	2	ANO ( 16-016 ; Anatomická pinzeta Standard - délka 18cm )
	Pinzeta anatomická-délka 14,5cm	2	ANO ( 16-014 ; Anatomická pinzeta Standard - délka 14,5cm )
	Pinzeta chirurgická-délka 18cm,1x2 zuby	3	ANO ( 16-033 ; Chirurgická pinzeta Tissue - délka 18cm, zuby 1:2 )
	Pinzeta chirurgická-délka 14,5cm,1x2 zuby	3	ANO ( 16-031 ; Chirurgická pinzeta Tissue - délka 14,5cm, zuby 1:2 )
	Kocher/Rochester-Ochsner/-délka 16cm,rovne branže	15	ANO ( 17-118 ; Vaskulární svorka Rochester-Ochsner - délka 16cm, rovná )
	Peán/Rochester/-délka 16cm,rovne branže	15	ANO ( 17-372 ; Vaskulární svorka Pean - délka 17cm, rovná )
	Backhaus-délka 13,5cm	5	ANO ( 18-010 ; Svorka na prádlo Backhaus - délka 13cm )
	Kocher/Rochester-Ochsner/-délka 20cm,rovne branže	5	ANO ( 17-120 ; Vaskulární svorka Rochester-Ochsner - délka 20cm, rovná )
	Kocher/Rochester-Ochsner/-délka 26cm,rovne branže	5	ANO ( 17-123 ; Vaskulární svorka Rochester-Ochsner - délka 26cm, rovná )
	Tamponové kleště/Foerster/-délka 24cm, rovné, okénkové	7	ANO ( 20-764 ; Tamponové kleště Foerster - délka 25cm, vroubované )

Peán/Rochester/-délka 20cm,rovné branže	5	ANO ( 17-104 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 20cm, rovná )
Peán/Rochester/-délka 26cm,rovné branže	5	ANO ( 17-107 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 26cm, rovná )
Peán/Rocheste/rovný zahnutý-délka 26cm	5	ANO ( 17-115 ; Vaskulární svorka Rochester-Pean - délka 26cm, zahnutá )
Americké kleště/Schroeder/-délka 25cm	5	ANO ( 20-290 ; Tenaculum kleště Schroeder - délka 25cm )
Mikulicz-délka 18cm,zahnutý,1x2zuby	4	ANO ( 17-2851 ; Svorka na žlučovody Mikulicz - délka 18cm )
Duval (ovariální kleště)-délka 20,5cm,šířka 15mm	1	ANO ( 35-2890 ; Chirurgická svorka Duval - délka 20cm, čelisti 15mm )
Wertheim kleště-délka 25cm,branže zahnuté	3	ANO ( 17-298 ; Wertheim hysterektomická a vaginální svorka, délka 25 cm )
Nůžky/Mayo/-čipkové,délka 28cm, branže mírně zahnuté	7	ANO ( 22-510 ; Chirurgické nůžky Mayo Harrington - délka 30cm, zahnuté )
Nůžky/Mayo/-čipkové,délka 17cm, branže mírně zahnuté	7	ANO ( 22-106 ; Chirurgické nůžky Mayo - délka 17cm, tupé, zahnuté )
Nůžky hrotnatoupé-délka 23cm, branže mírně zahnuté	7	ANO ( 22-086 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum-Nelson - délka 23cm, hrotnatoupé, zahnuté )
Nůžky hrotnatoupé-délka 14cm,branže mírně zahnuté	7	ANO ( 22-034 ; Chirurgické nůžky - délka 14,5cm, hrotnatoupé, zahnuté )
Nůžky hrotnatoupé-délka 23cm, branže mírně zahnuté	1	ANO ( 22-086 ; Chirurgické nůžky Metzenbaum-Nelson - délka 23cm, hrotnatoupé, zahnuté )
Nůžky hrotnatoupé-délka 14cm,branže mírně zahnuté	1	ANO ( 22-034 ; Chirurgické nůžky - délka 14,5cm, hrotnatoupé, zahnuté )
Lžička ostrá-délka 28cm,šířka 10mm	1	ANO ( 21-2701 ; Chirurgická kyreta trepanační - délka 28cm, vel.10 mm )
Miska malá/dezinfekce/-nerezová, rozměry 105x60mm,0,3l	1	ANO ( 2020-37 ; Miska nerezová - rozměry 105 x 60mm, objem 0,3l )
Miska malá/dezinfekce/-nerezová, rozměry 105x60mm,1l	1	ANO ( 2025-48 ; Miska nerezová - objem 1 l )
Koagulační rukojeť včetně kabelu, koagulace ERBE	1	ANO ( F4246 ; Koagulační rukojeť včetně kabelu,koagulace ERBE )
Koagulační nůž-krátký, průměr 4mm	1	ANO ( 162-115-13 ; Koagulační nůž-krátký,průměr 4mm )
Miska na jehly- nerezová, průměr 65 mm x 15 mm	1	ANO ( 1062-65 ; Kuffík na sterilizaci jehel - průměr 65 mm, výška 15 mm, s vnitřním kompletně dřevaným boxem )
Sterilizační konjener/hliníkový/-vana, rozměry 585x274x188mm,červené úchyty	1	ANO ( SCB6-108 VANA KONTEJNEROVÁ - NEPERFOROVANÁ VNĚJŠÍ ROZMĚR: 600X272X190 MM - VNITŘNÍ ROZMĚR: 543X258X180 MM ) H1-557-01 DRŽADLO SILIKONOVÉ, ČERVENÉ, 1 ks )
Sterilizační víko ventilový systém/bezúdržbový/,rozměry: 588x278mm,červené víko	1	ANO ( LBR7-124 ; VÍKO BARRIER SYSTÉM, ČERVENÉ 580X280 MM )
Nerezové síto do kontejneru 540 x 255 x 100	1	ANO ( WB2-463 ; DRÁTĚNÝ KOŠ 540X250X100 MM )
U všech číselně vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.		Přílohy: " Medilab - Technická dokumentace - část 5 "
		V Českém Meziříčí dne 29.07.2022