

Smlouva o dodávce spotřebního materiálu

Tato Smlouva o dodávce spotřebního materiálu (dále jen „Smlouva“) je uzavírána mezi:

I. Smluvní strany

Vsetínská nemocnice a.s.

sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín

IČ: 26871068, DIČ CZ26871068

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2946

zastoupená: Ing. Martinem Pavlicou, MHA, předsedou představenstva

(dále jen „Kupující“ či „Zákazník“)

a

B. Braun Medical s.r.o.

sídlo: V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4

IČ: 48586285, DIČ: CZ48586285

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17893

zastoupená: [REDAKCE], na základě plné moci

číslo účtu: [REDAKCE]

kontaktní osoby: [REDAKCE]

telefon, fax, e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Prodávající“).

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, jejímž zadavatelem je Kupující (dále jen „Veřejná zakázka“).

III. Předmět smlouvy, doba a místo dodání, sankční ujednání, odpovědnost za škodu

1. Předmětem smlouvy jsou dodávky spotřebního materiálu, blíže specifikovaného v Příloze č. 6 zadávací dokumentace – Požadavky na předmět plnění (v příloze č. 2 této smlouvy).
2. Dodávky spotřebního materiálu je Prodávající povinen zajišťovat do budovy nemocničního areálu, v době od 7.00 do 14.00 hodin, a to jednou měsíčně na základě objednávky, která bude učiněna kupujícím nejpozději 5 pracovních dnů před požadovanou dobou dodání. *Pro případ prodloužení Prodávajícího v předchozí větě je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den trvání prodloužení.*
3. Kontaktní údaje Prodávajícího pro komunikaci:
el. pošta, a to e-mail: [REDAKCE]
telefon, a to číslo: [REDAKCE]
4. Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu v plné výši škodu, která Kupujícímu vznikla vadným plněním nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Prodávajícího dle této Smlouvy.

5. Uplatněním smluvní pokuty není právo na náhradu škody nijak dotčeno. Prodávající uhradí Kupujícímu náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
 6. Prodávající před podpisem smlouvy doloží kupujícímu následující doklady (postačují v kopii), které jsou nezbytné pro její uzavření:
 - pro veškerý nabízený spotřební materiál:
 - a) kapilární dialyzátory
 - b) dialyzační sety
 - c) ultrafiltry
 - d) bikarbonátové kapsle a vaky vyjma chemické desinfekce
- bude dodáno prohlášení o shodě, příp. declaration of conformity v listinné podobě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- platný bezpečnostní list k nabízeným desinfekčním prostředkům v českém jazyce
 - platný, výrobcem vystavený doklad pověřující k provádění instruktáží dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích; k výše uvedenému spotřebnímu materiálu
 - platný český návod k nabízeným kapilárním dialyzátorům, dialyzačním setům, ultrafiltrům a bikarbonátovým kapslím

V. Cena a platební podmínky, skutečné množství objednávek

1. Cena je obsažena v dokumentu Krycí list nabídky, který je Přílohou č. 5 zadávací dokumentace (přílohou č. 1 této smlouvy). Konkrétní výše ceny bude určena měsíčně na základě vykázaného počtu provedených ošetření.
2. Skutečné množství realizovaných objednávek spotřebního materiálu bude činěno na základě potřeby pacientů, a to dle aktuálního počtu a skladby, dále na základě možné změny legislativy pro předmět plnění zakázky a dále na základě změny počtu (možné vyřazení) dialyzačních monitorů, které má zadavatel momentálně k dispozici a které slouží pro poskytování dialyzační léčby pro pacienty Vsetínské nemocnice a.s.
3. Plnění na základě smlouvy bude hrazeno na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného na základě vykázaných ošetření. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení faktury Kupujícímu, povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude některý údaj uvedený chybně, je Kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Kupující důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadně vystavené faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené bezvadné faktury Kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb souvisejících s plněním této Smlouvy (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.).
4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktur je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši stanovené dle občanského zákoníku.
5. Za prodlení s úhradou faktur není Prodávající oprávněn kromě smluvně sjednaného úroku z prodlení dle předchozí věty uplatňovat vůči Kupujícímu jakoukoliv pokutu nebo jinou sankci.

6. Případné prodlení Kupujícího s úhradou faktur nebude považováno za podstatné porušení smlouvy a není důvodem k odstoupení od této Smlouvy nebo pozastavení dodávek spotřebního materiálu na dobu do zaplacení faktur.

VII. Zvláštní ustanovení o DPH

1. Prodávající je povinen sdělit Kupujícímu skutečnosti, které zakládají jeho povinnost ručení za neodvedenou daň z přidané hodnoty za zdanitelná plnění uskutečněná podle této Smlouvy (viz § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). Informace musí poskytnout písemně nejpozději do 10 dnů od vzniku uvedených skutečností.
2. V případě, že skutečnosti definované § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nastanou, je Kupující oprávněn zajistit předmětnou daň z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Kupující je oprávněn uvedený postup uplatnit zejména v případech, že:
 - na Prodávajícího bude vyhlášeno insolvenční řízení,
 - Prodávající nebude schopen na požádání Kupujícího předložit prohlášení o bezdlužnosti vůči správci daně,
 - Prodávající sdělí podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy skutečnosti rozhodné pro vznik povinnosti ručení ze strany Kupujícího.
3. V případě, že Prodávající poruší povinnost uloženou v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, je Kupující oprávněn vůči němu uplatnit náhradu za veškeré škody, které mu tím vzniknou.
4. Kupující je povinen ve lhůtě 15 dnů sdělit Prodávajícímu, že v souladu s předchozími odstavci uplatnil zajištění daně. Tímto oznámením se má za to, že Kupující splnil vůči Prodávajícímu svůj závazek k úhradě kupní ceny ve výši uplatněné daně z přidané hodnoty, plynoucí z jednotlivých daňových dokladů.

VIII. Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého smluvní strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít; zejména:
 - prodlení Prodávajícího s dodáním spotřebního materiálu delším než 14 dnů
 - v případě, že se kterékoli prohlášení Prodávajícího uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé
3. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato smlouva zaniká ke dni doručení oznámení odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.

5. Smlouvu je možné vypovědět každou ze smluvních stran i bez uvedení důvodu, přičemž výpovědní lhůta v délce 6 měsíců začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní, a to dnem tohoto odmítnutí či znemožnění doručení.
4. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou číslovány vzestupně, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány osobami oprávněnými jednat jménem nebo za smluvní strany.
5. Pohledávky vyplývající ze Smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. Prodávající prohlašuje, že neuzavřel před uzavřením této Smlouvy s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvu), která se vztahuje i na pohledávky vyplývající ze Smlouvy. Pokud se toto prohlášení ukáže nepravdivým, má Kupující právo od Smlouvy odstoupit.
6. Pro případ, že se na uzavřenou Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), platí, že obě smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí a sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Kupující.
7. Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu poslední smluvní strany a účinnosti k datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá-li Smlouva uveřejnění v registru smluv.
8. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a odpovídá jejich pravé a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (Příloha č. 5 Zadávací dokumentace)
Příloha č. 2 – Požadavky na předmět plnění (Příloha č. 6 Zadávací dokumentace)

Ve Vsetíně

Digitálně podepsal
Datum: 2023.04.03

Za Kupujícího
Vsetínská nemocnice a.s.
Ing. Martin Pavlica, MHA
předseda představenstva

V Praze

2023.03.30

Za Prodávajícího
B. Braun Medical s.r.o.
na základě plné moci

KRYCÍ LIST NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Dialyzační přístroje a spotřební materiál „Dialýza část II“
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	veřejná zakázka na dodávky
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	otevřené řízení (nadlimitní režim)

CENA ČÁST II.	<u>Za 1 jednotku</u> (tj. za 1 ks či za 1 litr)		<u>Za 1 rok</u> (tj. cena za 1 jednotku * předpoklad objednaného množství jednotek za 1 rok)
1a) Nabídková cena za Dialyzační set pro HD			
1b) Nabídková cena za Dialyzační set pro HDF ON-LINE			
2) Ultrafiltry pro získání ultračistého roztoku pro 4500 ošetření			
3) Desinfekční prostředky pro 4500 ošetření			
4) Bikarbonátové kapsle a vaky			

Příloha č. 5

Kapilární dialyzátory			
5a) Low flux Plocha 1,0 - 1,2 m ² (předpokládaný odběr 100 ks / rok)			
5b) Low flux Plocha 1,3 - 1,6 m ² (předpokládaný odběr 1000 ks/rok)			
5c) Low flux Plocha ≥ 1,7 m ² (předpokládaný odběr 1200 ks/rok)			
6a) High flux Plocha 1,1 - 1,6 m ² (předpokládaný odběr 600 ks/ rok)			
6b) High flux Plocha 1,7 - 1,9 m ² (předpokládaný odběr 1000 ks/rok)			
6c) High flux Plocha > 2,0 m ² (předpokládaný odběr 600 ks/rok)			
CELKEM ZA 1 ROK (SOUČET POLOŽEK VÝŠE)	2 523 750,-	510 547,50	3 034 297,50

* Modelový příklad: vydrží-li filtr 100 ošetření, dodavatel uvede hodnotu 90 (45 x 2) atd.

V Praze

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:

Funkce oprávněné osoby dodavatele:

vedoucí oddělení veřejných zakázek, na základě plné moci

Příloha č. 6

POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ


Předmětem plnění je dodání nového, nepoužitého spotřebního materiálu dle níže uvedených požadavků.

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „Parametry požadavku“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené, a to v buňkách, které nejdou označeny symbolem „ANO (SPLŇUJE)“)

Požadavky na předmět plnění	Parametry požadavku
Dialyzační přístroje a spotřební materiál - „Dialýza část II“	
Spotřební materiál pro dialyzační monitory Dialog+	
Dialyzační set	
Dialyzační sety pro HD 2300 ks / rok a pro HDF ON-LINE 2200 ks / rok	
Bezftalátové provedení setů	
Uchazeč může nabídnout oddělené sety pro HD a HDF nebo univerzální set pro HD a HDF	
Ultrafiltry pro získání čistého roztoku	
Předpokládaný odběr ultrafiltrů pro celkem 4500 ošetření	
Zadavatel požaduje 2 ultrafiltry v každém dialyzačním monitoru	
Desinfekční prostředky	
Zadavatel požaduje nabídku desinfekčního prostředku, který je výrobcem monitoru doporučen v návodu k obsluze pro desinfekci přístroje	
Předpokládaný počet ošetření je 4500/rok	
Bikarbonátové kapsle a vaky	
Zadavatel požaduje plnění předmětu zakázky obsahem práškového NaHCO ₃ v kapsli nebo ve vaku od 650 g do 1100 g (postačující je hodnota v rámci daného rozmezí, která zajistí potřebu zadavatele vyplývající z této zakázky)	
Kompatibilní s přístroji Dialog +	
Předpokládaný počet ošetření je 4500/rok	
Veškerý nabízený materiál (dialyzační sety, ultrafiltry, desinfekční prostředky, bikarbonátové kapsle a vaky) musí být plně kompatibilní s uvedeným přístrojem tak, aby byl dodržen zákon 89/2021 Sb. v platném znění	
Kapilární dialyzátory	
S plně syntetickou membránou, sterilizace parou nebo zářením	
Low flux	
Tři typy low-flux dialyzátorů lišících se svou plochou, a to v rozmezí 1,0 až 1,2 m ² , 1,3 až 1,6 m ² a větší než 1,7 m ² .	

Plocha 1,0 - 1,2 m ² (předpokládaný odběr 100 ks/rok)
Plocha 1,3 - 1,6 m ² (předpokládaný odběr 1000 ks/rok)
Plocha ≥ 1,7 m ² (předpokládaný odběr 1200 ks/rok)
Požadavky pro plochu 1,0 - 1,2 m ² :
- způsob sterilizace dialyzátoru
- plocha dialyzátoru
- clearance pro ureu: minimálně 245ml/min.
- clearance pro keratinin: minimálně 215 ml/min.
- clearance pro fosfáty: minimálně 185 ml/min.
Požadavky pro plochu 1,3 - 1,6 m ² :
- způsob sterilizace dialyzátoru
- plocha dialyzátoru
- clearance pro ureu: minimálně 265 ml/min.
- clearance pro keratinin: minimálně 235 ml/min.
- clearance pro fosfáty: minimálně 210 ml/min.
Požadavky pro plochu ≥ 1,7 m ² :
- způsob sterilizace dialyzátoru
- plocha dialyzátoru
- clearance pro ureu: minimálně 280 ml/min.
- clearance pro keratinin: minimálně 255 ml/min
- clearance pro fosfáty: minimálně 230 ml/min.
Uvedené parametry musí být definované za následujících podmínek:
• průtoky Q_b = 300 ml/min • průtok Q_d = 500 ml/min • Q_f = 0 ml/min • další podmínky jsou stanoveny normou EN 1283, ISO 8637; zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení • in vitro, ultrafiltrace měřena na krvi s HTC 32% a CB neméně 60 g/l při teplotě 37 stupňů C
High flux
Tři typy high-flux dialyzátorů lišících se svou plochou, a to v rozmezí 1,1 až


> 2,0 m ² .
Plocha 1,1 - 1,6 m ² (předpokládaný odběr 600 ks/rok)
Plocha 1,7 - 1,9 m ² (předpokládaný odběr 1000 ks/rok)
Plocha > 2,0 m ² (předpokládaný odběr 600 ks/rok)
Požadavky pro plochu 1,1 - 1,6 m ² :
- způsob sterilizace dialyzátoru
- plocha dialyzátoru
- clearance pro ureu: minimálně 270 ml/min.
- clearance pro keratinin: minimálně 250 ml/min.
- clearance pro fosfáty: minimálně 250 ml/min.
- clearance pro B12: minimálně 170 ml/min.
- clearance pro inulin: minimálně 110 ml/min.
- ultrafiltrace: minimálně 60 ml/mmHg/h
- sieving coefficient pro Albumin: méně než < 0,001
- sieving coefficient pro β ₂ m: minimálně 0,8
Požadavky pro plochu 1,7 - 1,9 m ² :
- způsob sterilizace dialyzátoru
- plocha dialyzátoru
- clearance pro ureu: minimálně 280 ml/min.
- clearance pro keratinin: minimálně 260 ml/min.
- clearance pro fosfáty: minimálně 260 ml/min.
- clearance pro B12: minimálně 180 ml/min.
- clearance pro inulin: minimálně 120 ml/min.
- ultrafiltrace: minimálně 80 ml/mmHg/h
- sieving coefficient pro Albumin: méně než < 0,001
- sieving coefficient pro β ₂ m: minimálně 0,8
Požadavky pro plochu > 2,0 m ² :
způsob sterilizace dialyzátoru

plocha dialyzátoru		
clearance pro ureu: minimálně 290 ml/min.		
clearance pro keratinin: minimálně 275 ml/min.		
clearance pro fosfáty: minimálně 275 ml/min.		
clearance pro B12: minimálně 200 ml/min.		
clearance pro inulin: minimálně 140 ml/min.		
ultrafiltrace: minimálně 90 ml/mmHg/h		
sieving coefficient pro Albumin: méně než $< 0,001$		
sieving coefficient pro β_2m : minimálně 0,8		
Uvedené parametry musí být definované za následujících podmínek:		
• průtoky $Q_b = 300$ ml/min • průtok $Q_d = 500$ ml/min • $Q_f = 0$ ml/min • další podmínky jsou stanoveny normou EN 1283, ISO 8637; zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení • in vitro, ultrafiltrace měřena na krvi s HTC 32% a CB neméně 60 g/l při teplotě 37 stupňů C		

Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.

V Praze

Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:



Funkce oprávněné osoby dodavatele:

vedoucí oddělení veřejných zakázek, na základě plné moci