

TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY				
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - NÁKUP LABORATORNÍCH PŘÍSTROJŮ				
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY				
ČÁST 4 - Biological safety cabinet				
ZADAVATEL				
Název zadavatele:	Domažlická nemocnice, a.s.			
Sídlo:	Kozlínova 292, 344 22 Domažlice	IČO:	26361078	
Statutární zástupce:				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení: otevřené řízení
DODAVATEL				
Název dodavatele:	I T A - Intertact s.r.o.			
Sídlo:	Parížská 67/13, Inšpekce: 110 00 Praha 1	IČO:	63406783	
Statutární zástupce:	Kontaktní osoba:			
POKyny K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE				
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky. - V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zařčení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. - Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje. - Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn. - K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce. - Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. - Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.				
TECHNICKÁ SPECIFIKACE				
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE				VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet kusů	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	
1. Biological safety cabinet (PCR box)		24	ANO Název: SCR-2A1 Sériové číslo: 2020-163669 Výrobce: ESCO ANO, 730 x 617 x 950 mm ANO ANO Přílohy: prohlášení o shodě a technický popis nabízeného zařízení v nabídce dodavatele	
Závazná specifikace zadavatele: Technické parametry: Stolní varianta – maximální rozměry: 750x650x1000mm Vestavěná germicidní UV lampa Minimální pracovní rozměry (vnitřní): 650x600x600 mm Poznámka: U všech číselné vyjádřených parametrů je tolerance +/- 10%.			V Praze dne 25.9.2022 	