

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI A.S. – OSTATNÍ TECHNIKA

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Část 5 – Artroskopická optika, světlovodný kabel, adaptéry

ZADAVATEL

Název zadavatele:	Stodská nemocnice, a.s.				
Sídlo:	Hradecká 600, Stod, 333 01	IČO:	26361086		
Statutární zástupce:	MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M., místopředseda představenstva, Mgr. Daniel Hajšman, člen představenstva				
Druh VZ:	dodávky	Režim VZ:	nadlimitní	Druh řízení:	otevřené

DODAVATEL

Název dodavatele:	TraumaPro spol. s r.o.		
Sídlo:	Hlubočepská 1190/38d, Praha 5, 150 00	IČO:	24664324
Statutární zástupce:		Kontaktní osoba:	

POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. **Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné)**. V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále **vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce**. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je **oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky**, že se jedná o **parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele**. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce **související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty)**, požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci.
- **Není přípustné měnit strukturu tabulky** v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACETECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELEVLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE

	NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ	Počet	Záruka v měsících	Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele:	ANO
1	Artrioskopická optika, světlovodný kabel, adaptéry	1 sada		Název: Artrioskop Sériové číslo: není známo	
Závazná specifikace zadavatele:				Výrobce: Zimmer Biomet, REDA Instrumente GMBH	
				DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)	
Artrioskop průměr 4.0 mm 30°, Full HD, prac. délka 185 mm, celková délka 225 mm – 3ks				ANO, 8300036855 - Artrioskop 4.0mm 30°, pracovní délka 185mm, Celková délka 225mm, FULL HD	
Světlovodný kabel, 4,8x2300 mm, HTT – 3ks				ANO, 97 045-23HTT - Kabel světlovodný 4,8mmx2300mm, HHT	
Adaptér Olympus – projektor – 3ks				ANO, 97 100-05 - adaptér kabelu pro projektor Olympus	
Adaptér Olympus/Stryker – optik – 3ks				ANO, 97 100-11 - adaptér kabelu pro optiku Olympus/Stryker	
Vše plně kompatibilní se stávajícím světelným zdrojem Olympus.				ANO	
Z důvodu zachování předchozích investic a jednotnosti dodaného vybavení je požadována plná kompatibilita s dodávkou artroskopických nástrojů: „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. – Nástroje pro artroskopii“.				ANO	
U všech numericky stanovených specifikací je povolena odchylka +/- 10 %.				Přílohy: Artrioskop_brožura_CZ verze.pdf, Reda 3B laparoskopie světlov.jpg	

Jan
Lexa

Digitálně podepsal Jan Lexa
Datum: 2023.02.10 14:09:06 +01'00'